

单一来源论证小组签到表


项目名称：襄阳市第一人民医院内脏脂肪测量装置项目

评审时间：2021年07月02日

序号	姓名	工作单位	职称(职称)	联系电话	备注
1	何斌	襄阳市中心医院	主任医师	13377897186	
2	彭子	湖北华中医院	工程师	1300742418	
3	李海	华润武钢总医院	副主任医师	13971690430	

单一来源采购专家论证意见

一、基本情况	
申请单位：	襄阳市第一人民医院
拟采购项目名称：	襄阳市第一人民医院内脏脂肪测量装置项目
拟采购项目金额（万元）：	70 万元
二、申请理由	
☒ 1. 只能从唯一供应商处采购的；	
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；	
☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；	
☐ 4. 法律法规规定的其他情形；	
三、原因阐述：	
采购内容：内脏脂肪测量装置（具体内容详见附件）。 供应商名称：湖北安尔康医疗器械有限公司 理由：欧姆龙内脏脂肪测量装置 HDS-2000 DUALSCAN（双重扫描）是通过欧姆龙独特的生物阻抗技术，安全便捷地计算出内脏脂肪面积的内脏脂肪测量装置。可以在短期内反复检查，能够灵活应用于内分泌科/肥胖门诊/糖尿病指导/体检中心等各个领域。 通过以上新技术检测出来的内脏脂肪面积完全是实测值，区别以往设备（预估值）可以真实反映区分出内脏脂肪面积和皮下脂肪面积情况，而且与 X 线 CT 具有很好的相关性。鉴于，目前市场上没有同等功能的产品，拟采取单一来源采购的方式。	
四、专家论证意见：	
襄阳市第一人民医院拟采购内脏脂肪测量装置，要求该设备具有如下功能： 1. 无创、无辐射，可短期内反复检查，一次检查过程5分钟内完成。 2. 可进行内脏脂肪的精确测定，检测的内脏脂肪面积是实测值，并能区分皮下脂肪与内脏脂肪。	



3. 与CT测量内脏脂肪相比,相关性 $\geq 85\%$ 以上。

4. 以数值和图形模式显示检测结果,自动显示腹部横断面图像,显示内脏脂肪等级。

5. 要求具有电子表格管理,电子数据保护功能,及网络功能。

欧姆龙内脏脂肪测量装置HDS-2000完全满足上述功能要求,而目前国内市场没有同等功能的产品,为更好地满足医院临床工作需要,建议采取单一来源采购方式。

专家签字:

李强 孙 伟 王 伟



2021年07月02日