



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式： ☒ 公告； ☐ 邀请； ☐ 问卷； ☐ 其他： _____

项目类型： ☐ 工程； ☒ 货物； ☐ 服务； ☐ 其他： _____

需求部门： 高新区消毒供应中心

项目名称： 高新区消毒供应中心零星设备一批

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 需求调查公告（代调查问卷）	3
一、 项目概述.....	3
二、 需求调查活动参与条件	3
三、 报名时间和地点.....	4
四、 会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。	4
五、 文件获取.....	4
六、 报名要求.....	5
七、 其他.....	5
八、 联系方式.....	5
九、 发布公告媒介.....	5
第二章 需求调查须知.....	6
第三章 采购需求调查内容.....	7
（一） 拟采购项目概况.....	7
（二） 拟采购货物、服务、工程清单.....	7
（三） 拟设置的技术要求（如有）	9
（四） 拟设置的商务要求.....	9
（五） 拟设置的其他要求.....	18
（六） 需求调查问卷.....	18
（七） 拟设置的评分办法.....	20
第四章 响应文件格式.....	21
格式 1.....	23
需求调查承诺书.....	23
格式 2.....	24
法定代表人授权书.....	24
格式 3.....	25
法定代表人身份证明书.....	25
格式 4.....	26
报价一览表.....	26
格式 5.....	27
格式 6 资格证明文件.....	28
格式 7 需求响应文件.....	28
格式 8 其他响应文件.....	28
格式 9.....	29
无重大违法记录声明.....	29
格式 10.....	30
投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函.....	30

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等的一方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2023-YNXQ-0017

（二）项目名称：高新区消毒供应中心零星设备一批

（三）项目概述：

1. 描述项目主要采购内容

包含设备：眼科清洗工作站 1 套，环境安全监测报警系统 1 套，压缩空气洁净干燥设备 1 套，清洗工作台 4 台，器械打包台 6 台，包布检查打包台 4 台，疏列式货架 6 套，污物接收台 2 台，两槽污物清洗槽 1 套，脚踏式分类污物车 2 台，敷料柜 6 套，密封转运架 2 套，篮筐 100 个，单侧立式网筐储存架 4 套，纸塑袋搁架 2 套，器械标识牌(打码) 1000 个，器械清洗喷枪 8 个，器械干燥气枪 8 个，多功能 U 型架（210*170*70）10 个，多功能 U 型架（280*170*70）100 个，多功能 U 型架（330*170*70）100 个，器械检查放大镜 6 个，1 台医用除锈仪，1 台绝缘检测仪，2 台切割封口打印一体机，1 套极速生物阅读器（高、低温 1 小时生物监测），1 台快速生物阅读器（环氧乙烷 3 小时生物监测），4 台包布车，4 台平板送物车，4 台治疗车，6 台密封下送车，10 套器械柜，1 台小车清洗机，2 台篮筐运输车，6 台电动密封下送车，2 台危化品安全储存柜，2 台危化品安全储存柜，4 套双头立式洗眼器。

二、需求调查活动参与条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能

力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同市场主体，不得参加本项目同一合同项下的需求调查活动。

（三）参与本活动的市场主体，通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2023 年 5 月 29 日 8 时至 2023 年 6 月 2 日 17 时 30 分

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<http://www.xysdyrmmygw.com/>）招标公告— 招标信息栏**自行下载采购文件**。

六、报名要求

本调查活动不设置报名，欢迎所有市场主体踊跃参加，有意愿参加本调查活动的各方市场主体可联系下方提供的联系方式，并预留参与信息以及联系方式，因故不能参加的应提前告知。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

（二）参与本活动时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人参与本活动，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。

（三）参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官(<http://www.xysdyrmmy.com/>)网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3.	响应文件装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7.	需求调查方式	主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实守信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息， 市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
10.	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
11.	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“☒”

第三章 采购需求调查内容

（一）拟采购项目概况

高新院区消毒供应中心零星设备一批包含设备：眼科清洗工作站 1 套，环境安全监测报警系统 1 套，压缩空气洁净干燥设备 1 套，清洗工作台 4 台，器械打包台 6 台，包布检查打包台 4 台，疏列式货架 6 套，污物接收台 2 台，两槽污物清洗槽 1 套，脚踏式分类污物车 2 台，敷料柜 6 套，密封转运架 2 套，篮筐 100 个，单侧立式网筐储存架 4 套，纸塑袋搁架 2 套，器械标识牌(打码) 1000 个，器械清洗喷枪 8 个，器械干燥气枪 8 个，多功能 U 型架（210*170*70）10 个，多功能 U 型架（280*170*70）100 个，多功能 U 型架（330*170*70）100 个，器械检查放大镜 6 个，1 台医用除锈仪，1 台绝缘检测仪，2 台切割封口打印一体机，1 台极速生物阅读器（高、低温 1 小时生物监测），1 台快速生物阅读器（环氧乙烷 3 小时生物监测），4 台包布车，4 台平板送物车，4 台治疗车，6 台密封下送车，10 套器械柜，1 台小车清洗机，2 台篮筐运输车，6 台电动密封下送车，2 台危化品安全储存柜，2 台危化品安全储存柜，4 套双头立式洗眼器。

本项目采用需求调查方式实施采购活动。

（二）拟采购货物、服务、工程清单

序号	采购内容	单位	数量	备注
1.	眼科清洗工作站	套	1	
2.	环境安全监测报警系统	套	1	
3.	压缩空气洁净干燥设备	套	1	
4.	清洗工作台	台	4	
5.	器械打包台	台	6	
6.	包布检查打包台	台	4	

7.	疏列式货架	套	6	
8.	污物接收台	台	2	
9.	两槽污物清洗槽	套	1	
10.	脚踏式分类污物车	台	2	
11.	敷料柜	套	6	
12.	密封转运架	套	2	
13.	篮筐	个	100	
14.	单侧立式网筐储存架	套	4	
15.	纸塑袋搁架	套	2	
16.	器械标识牌(打码)	个	1000	
17.	器械清洗喷枪	个	8	
18.	器械干燥气枪	个	8	
19.	多功能 U 型架 (210*170*70)	个	10	
20.	多功能 U 型架 (280*170*70)	个	100	
21.	多功能 U 型架 (330*170*70)	个	100	
22.	器械检查放大镜	个	6	
23.	医用除锈仪	台	1	
24.	绝缘检测仪	台	1	
25.	切割封口打印一体机	台	2	
26.	极速生物阅读器 (高、低温 1 小时生物监测)	套	1	
27.	快速生物阅读器 (环氧乙烷 3 小时生物监测)	台	1	
28.	包布车	台	4	

29.	平板送物车	台	4	
30.	治疗车	台	4	
31.	密封下送车	台	6	
32.	器械柜	套	10	
33.	小车清洗机	台	1	
34.	篮筐运输车	台	2	
35.	电动密封下送车	台	6	
36.	危化品安全储存柜（过氧化氢）	台	2	
37.	危化品安全储存柜（环氧乙烷）	台	2	
38.	双头立式洗眼器	套	4	

（三）拟设置的技术要求（如有）

1. 内镜清洗工作站（定制）

(1) 具有控制系统，供水供气功能，排水系统，全自动清洗消毒器。

(2) 清洗槽规格尺寸要求：

单方槽：长 500mm×宽 750mm，内径长 400mm×宽 450mm×深 200mm

(3) 干燥台规格尺寸要求：长 1500mm×宽 750mm；

(4) ★全自动清洗消毒器大于等于 60L 容积。针对眼科专科器械清洗消毒；

2. 环境安全监测报警系统

(1) ★分辨率/测量精度：0.001 ppm

(2) 报警值：报警值可自由设定

(3) 自检功能：开机运行自检功能，检测传感器及其他元件的当前性能，故障自动报警与指示

(4) 报警方式：报警器声、光报警方式，远程报警控制器同步声、光报警

(5) 监测频率：5 秒/次

(6) ★信息储存与导出：可存大于等于 3 万条于远程报警控制器中，并支持查询

和 U 盘导出历史数据

3. 压缩空气洁净干燥设备

- (1) 输出气体满足 GB50751-2012 医用气体要求;
- (2) 采用压力传感器控制设备启停、操控简单, 稳定可靠;
- (3) 具有触控屏, 全中文界面显示运行信息, 维护保养信息只能提醒;
- (4) 具有后冷却系统, 降低供气系统内气体温度;
- (5) 储气罐, 内喷涂工艺技术, 避免储存气体的污染;
- (6) 噪音: $\leq 70\text{dB}$;
- (7) 储气罐容积: $\geq 15\text{L}$;

4. 清洗工作台 (定制)

- (1) 尺寸 $1800*1100*800\text{mm}$
- (2) 全不锈钢
- (3) 前后边角大圆弧过渡, 避免人受到伤害、易于清理
- (4) 底部带脚轮
- (5) 用于污染物品的分类

5. 器械打包台 (定制)

- (1) 尺寸 $2000*1100*1500\text{mm}$
- (2) 全不锈钢
- (3) 双层台面, 双面使用, 桌面底部添加复合板, 增加了强度台面强度, 降低了使用带节能照明灯, 立柱上带有电源插座
- (4) 用于器械的检查打包
- (5) 台面最大承重 $\geq 120\text{Kg}$

6. 包布检查打包台 (定制)

- (1) 尺寸 $2000*1100*850\text{mm}$
- (2) 全不锈钢
- (3) 带检查灯, 可检查出包布的微小破损
- (4) 日光灯电源由前后两个开关实行双控
- (5) 可根据要求添加抽屉

- (6) 底部带脚轮
- (7) 用于包布的检查打包
- (8) 台面最大承重 $\geq 110\text{Kg}$

7. 疏列式货架（定制）

- (1) 尺寸 1200*600*1800mm
- (2) 全不锈钢
- (3) 五层疏列式隔板
- (4) 四角有脚轮
- (5) 用于各种物品的存放
- (6) 单层最大承重 $\geq 60\text{Kg}$ ，货架最大承重 $\geq 300\text{Kg}$

8. 污物接收台（定制）

- (1) 尺寸 1100×600×800mm
- (2) 底部带脚轮
- (3) 底部带一层隔板
- (4) 用于物品的传送、接受和发放
- (5) 台面最大承重 $\geq 100\text{Kg}$ ，搁板最大承重 $\geq 60\text{Kg}$

9. 两槽污物清洗槽（定制）

- (1) 尺寸 1800X630X950mm
- (2) 用于污染物品的手工清洗
- (3) 冷、热水接口，流量大且可自由调节
- (4) 双槽、鹅颈型水龙头，全不锈钢、带沥水台
- (5) 操作台面高度 $\geq 840\text{mm}$ ，沥水台最大承重 $\geq 40\text{Kg}$

10. 脚踏式分类污物车

- (1) 全不锈钢
- (2) 污物分类放置，脚踏翻盖，操作简单
- (3) 配置 ≥ 2 个污物袋
- (4) 用于医疗废物的回收、存放和分类

11. 敷料柜（定制）

- (1) 尺寸 1200×405×1750mm
- (2) 全不锈钢
- (3) 两门，四层搁板
- (4) 外开门，玻璃视窗
- (5) 用于存放辅料或其他物品
- (6) 单层搁板最大承重≥40Kg

12. 密封转运架（定制）

- (1) 尺寸 1185*600*1000mm
- (2) 全不锈钢
- (3) ≥4 寸万向轮（含刹）2 个；≥4 寸万向轮
- (4) 两层隔板

13. 篮筐（定制）

- (1) 尺寸 535*380*195mm
- (2) 全不锈钢
- (3) 与灭菌器配套使用
- (4) 用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输
- (5) 多个篮筐可叠列存放

14. 单侧立式网筐储存架（定制）

- (1) 尺寸 2190*405*1748mm
- (2) 全不锈钢
- (3) 可特制，以便于存放不同规格篮筐

15. 纸塑袋搁架（定制）

- (1) 尺寸 465*330*90mm
- (2) 可与标准篮筐配套适用
- (3) 用于摆放纸塑包装袋包装的器械

16. 器械标识牌(打码)

- (1) 尺寸 60*40mm
- (2) 可打印包裹名称或追溯条形码
- (3) 带有挂钩，可挂在器械托盘
- (4) 不锈钢材质

17. 器械清洗喷枪

- (1) 用于消毒供应中心、检验室及化验室对导管、各种玻璃仪器进行高效清洗并吹干
- (2) 带有 ≥ 8 个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥
- (3) 开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制，操作简单，清洗彻底

18. 器械干燥气枪

- (1) 用于消毒供应中心、检验室及化验室对导管、各种玻璃仪器进行高效清洗并吹干
- (2) 带有 ≥ 8 个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥
- (3) 开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制，操作简单，清洗彻底

19. 多功能 U 型架（210*170*70）

- (1) 全不锈钢
- (2) 适用于手术器械关节的张开，使其在清洗过程中清洗更加彻底
- (3) U 型架宽度 70-170mm 之间可自由调节，尺寸 210(L)*170~70(W)mm

20. 多功能 U 型架（280*170*70）

- (1) 全不锈钢
- (2) 适用于手术器械关节的张开，使其在清洗过程中清洗更加彻底
- (3) U 型架宽度 70-170mm 之间可自由调节，尺寸 280(L)*170~70(W)mm

21. 多功能 U 型架（330*170*70）

- (1) 全不锈钢，
- (2) 适用于手术器械关节的张开，使其在清洗过程中清洗更加彻底
- (3) U 型架宽度 70-170mm 之间可自由调节，尺寸 330(L)*170~70(W)mm

22. 器械检查放大镜

- (1) 带灯
- (2) 可自由伸展
- (3) 放大 ≥ 5 倍

23. 医用除锈仪技术参数

- (1) 用于除去医疗器械表面锈迹
- (2) 容积 $\geq 15\text{L}$
- (3) 数字控制，温度、时间可调可控；过压、过流保护

24. 绝缘检测仪技术参数

- (1) 功能：对带电源手术器械进行绝缘层破损检测
- (2) ★电压精度：输出电压精度： $\leq \pm 1\%$
- (3) 检测方式：手持或座台式检测，检测不同规格器械
- (4) ★自动待机：仪器在停止使用后，主动降低屏幕亮度；仪器在停止使用 10 分钟后，将自动进入待机休眠状态，保证电池组件较长使用寿命
- (5) 输出电流：放电电流： $< 0.1\text{mA}$ （检测笔末端）（保障操作者的安全）
- (6) 放电保护：高压放电连续 2 秒钟，自动停止高压输出
- (7) 导通电阻：导通电阻精度： $\leq \pm 2\%$ ，具备导通性检测功能
- (8) 连接端：多规格，可连接不同直径的器械接电端口
- (9) 多功能接口：配备特有的针式探头和方便特殊器械的检测的多种规格探头
- (10) 计数：漏电次数计数(打印款可打印出次数和时长)

25. 切割封口打印一体机技术参数

- (1) 切割偏差： $\leq 1\%$
- (2) 功能类型：具有自动进纸切割封口打印功能，根据实际需要设置包装袋长度与数量，启动后，设备即可完成自动进纸、自动切割、自动封口，自动打印已设置的参数；可单独切割，单独封口，单独封口和打印，一机多用
- (3) ★多卷切割功能：可一次装入多卷不同宽度的纸塑袋，实现多卷同时切割、封口与打印，提高设备工作效率
- (4) 参数设置与储存：内置时钟、切割、封口等工作参数任意设置并具有自动储存功能，可通过液晶触控屏对设备使用的各项参数等内容进行设置或更改

- (5) 安全保障：封口温度与设定工作温度偏差超过 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ 时，设备自动停止工作
- (6) 封口测试模式：封口机运行检测功能和参数检查模式，对设备运行压力和速度实时检测并即时显示，在参数检查模式下，设备的速度、压力、温度以及测试时间等信息可以打印
- (7) 打印功能：内置一台打印机，具有中英文、数字与符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可打印规范要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、灭菌器号、操作者、物品名称以及科室等内容
- (8) ★历史数据查询功能：标配历史数据查询功能，USB 数据导出功能

26. 极速生物阅读器（高、低温 1 小时生物监测）技术参数

- (1) ★用于压力蒸汽灭菌生物指示剂和过氧化氢等离子体灭菌生物指示剂的培养和效果监测，开始培养至生物培养出结果的时间 ≤ 1 小时。
- (2) 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。
- (3) 断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。
- (4) ★带追溯功能，可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。

27. 快速生物阅读器（环氧乙烷 3 小时生物监测）技术参数

- (1) ★用于环氧乙烷灭菌生物指示剂的培养和效果监测，开始培养至生物培养出结果的时间 ≤ 3 小时。
- (2) 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。
- (3) 断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。
- (4) ★带追溯功能，可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。

28. 包布车技术参数

- (1) 全不锈钢
- (2) 四列横撑可存放不同规格的包布或包装纸
- (3) 带无纺布压块
- (4) 用于包布和医用包装纸的凉干及存放

29. 平板送物车 B 型技术参数

- (1) 全不锈钢
- (2) ≥ 4 寸万向轮（含刹）2 个 ≥ 4 寸万向轮
- (3) 围栏高度 $\geq 500\text{mm}$

30. 治疗车技术参数

- (1) 全不锈钢
- (2) 结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的存放
- (3) 用于医院病人治疗所需物品的存放

31. 密封下送车技术参数

- (1) 全不锈钢
- (2) 单面开门
- (3) 门能旋转 $\geq 270^\circ$ ，有弹簧拉手固定门，适合小空间使用
- (4) 内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品
- (5) 用于污物回收或无菌物品的封闭下送，避免在运输过程中被污染
- (6) 单层搁板最大承重 $\geq 60\text{Kg}$ ，车子最大承重 $\geq 120\text{Kg}$

32. 器械柜（带玻璃门）技术参数

- (1) 全不锈钢
- (2) 内置多层搁板间隔可调
- (3) 门带玻璃视窗
- (4) 可存放不同规格器械
- (5) 单块搁板最大承重 $\geq 40\text{Kg}$

33. 小车清洗机技术参数

- (1) 最大水流量 6 升/min；最高水温 50 度
- (2) 水管长度 ≥ 5 米，电线长度 ≥ 5 米，净重 ≤ 7.8 公斤

34. 篮筐运输车技术参数

- (1) 全不锈钢
- (2) 用于空篮筐以及整筐物品的运输

35. 电动密封下送车技术参数

- (1) 大功率防水直流电机驱动
- (2) 可调速控制器
- (3) 复合式门结构，带硅橡胶密封条
- (4) 内置可调高度隔板
- (5) 用于无菌物品的密封下送

36. 危化品安全储存柜技术参数

- (1) 全不锈钢材质，适用于过氧化氢卡匣的存放
- (2) 柜身底部有防漏液槽，柜身的两侧有通风口，柜体背部下方有防静电接触线
- (3) 三点联动锁，结构安全，双锁双人管理安全
- (4) 存放过氧化氢与酒精等物品

37. 危化品安全储存柜技术参数

- (1) 全不锈钢材质，适用于环氧乙烷气罐的存放
- (2) 柜身底部有防漏液槽，柜身的两侧有通风口，柜体背部下方有防静电接触线
- (3) 三点联动锁，结构安全，双锁双人管理安全
- (4) 存放环氧乙烷气罐等物品

38. 双头立式洗眼器技术参数

- (1) 手动控制出水
- (2) 不锈钢材质
- (3) 水流温和，不会伤害眼睛
- (4) 用于对眼部和面部进行清洗

(四) 拟设置的商务要求

1. 合同履行期限：签订合同后 30 日内应将本次采购内容供应到医院指定地点，并安装调试完毕，试机符合标准，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。
2. 质保期：本次采购的所有货物验收合格后质保期不得少于 1 年，质保期内应提供定期维护维修保养等服务；质保期后若需维修更换零件或配件等应只收取基本的零件或配件购置费，并提供价格折扣。
3. 服务要求：供应商应需提供免费的操作培训和维修培训，直至达到

采购人要求。

4. 付款条件及方式：按合同约定执行。

5. 提供售后服务承诺书：验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。

6. 其他：供应商如需获得其他材料或咨询更多信息可自行联系本项目公告列明的联系方式。

（五）拟设置的其他要求

详见技术、服务要求说明

（六）需求调查问卷

1、产业发展情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的产业现状，如产业规模，整体水平，制造情况、服务情况、人员情况等整个行业的宏观状态或代表情况）

2、市场供给情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给采购人的某种货物、服务、工程的总量情况）

3、同类采购项目历史成交信息：

主要要求提供其他同类型采购人（如医院）等机构的采购案例：

下列数据请各供应商认真据实填写，其他行业可续表另做说明

序号	业主单位	医院等级（或其他行业）	主要标的名称	主要标的型号	主要标的单价	合同总价
1						
2						
3						
4						
...						

注：附合同复印件或中标通知书

4、其他认为应当说明的情况：

供应商可以根据自身的服务、业绩、等各方面特点和优势提出需求解决方案、服务思路供采购人参考，内容不限。

(七) 拟设置的评分办法

内容	评审因素	分值	评审标准
评分办法	市场占有率	10	1. 品牌知名度低，无三甲医院使用（0-3分） 2. 品牌知名度一般，有三甲医院使用（4-6分） 3. 品牌知名度高，有较多家三甲医院使用（7-10分）
	技术符合性及先进性	30	1. 技术符合性低且核心功能不具备，产品质量、配置不具有优势（0-10分） 2. 技术符合性一般且满足核心技术要求，产品质量、配置具有可操作性（11-20分） 3. 技术符合性高且完全满足核心技术要求，产品质量、配置具有先进性（21-30分）
	售后服务	10	对产品的保修年限、维修保养的及时性、易损件的供应价格、是否有退换货渠道、维修备品等情况进行综合评价
	临床评价	10	1. 临床科室评价低，不能满足临床使用需求（0-3分） 2. 临床科室评价一般，部分满足临床使用需求（4-6分） 3. 临床科室评价高，完全满足临床使用需求（7-10分）
	报价合理性	40	1. 设备、耗材、配件等报价不合理，明显高于或低于市场价（0-10分） 2. 设备、耗材、配件等报价较合理，没有明显高于或低于市场价（11-30分） 3. 设备、耗材、配件等报价合理且性价比高（31-40分）

第四章 响应文件格式

正本/副本

需求调查

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位或个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第__包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权代表签字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称:

采购项目编号:

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
服务期	
项目负责人	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

(2) 此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位(元 / 万元)：

序号	产品名称	品牌	型号 规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注：1.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2.如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：_____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，需求调查问卷内容进行说明

格式 8 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的 _____(项目名称) 项目(项目编号： _____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）： _____

日期： _____年_____月_____日