

## 单一来源采购专家论证意见

|                                                                                                                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>一、基本情况</b>                                                                                                                                                                        |                             |
| 申请单位:                                                                                                                                                                                | 襄阳市第一人民医院                   |
| 拟采购项目名称:                                                                                                                                                                             | 襄阳市第一人民医院放射科 GE16 排 CT 采购项目 |
| 拟采购项目金额 (万元) :                                                                                                                                                                       | 35.6688 万元                  |
| <b>二、申请理由</b>                                                                                                                                                                        |                             |
| <input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一厂家处采购的;                                                                                                                                             |                             |
| <input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;                                                                                                                                |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;                                                                                 |                             |
| <input type="checkbox"/> 4. 法律法规规定的其他情形;                                                                                                                                             |                             |
| <b>三、原因阐述:</b>                                                                                                                                                                       |                             |
| <p>采购内容: 放射科 GE16 排 CT</p> <p>单一来源供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司</p> <p>理由: 襄阳市第一人民医院放射科 GE16 排 CT, 型号: Optima CT520 需要更换原装球管及配套电缆线各一根。期间更换过第三方球管, 因球管散热不达标, 设备无法正常使用。故需对本项目单一来源采购。</p> |                             |

#### 四、专家论证意见:

CT球管是CT设备的核心配件之一,是保证CT图像清晰稳定的保证。每种型号的CT设备都在一个对型号的球管上调试其各项参数(mA、kV等),球管的焦点大小,对应每个部位的kV、mA、mAs都已固化。热容量是球管曝光能力的指标之一,所以为了保证原GE Optima CT520设备的良好运行:图像稳定,只能购买原厂球管才能符合原设备性能一致。

专家签字:

周仕立

胡明

何国军

2023年 7月10日