



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院  
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL  
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院  
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

## 襄阳市第一人民医院

# 院内采购文件

采购方式： ☒磋商；☐谈判；☐询价； ☐需求调查（市场调研、价格摸底  
其他：\_\_\_

项目类型： ☐工程；☒货物；☐服务；☐其他：\_\_\_\_\_

需求部门： 全院

项目名称： 不锈钢制品目录

项目编号：

采购日期：            年        月        日

其他：

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一章 采购公告（采购邀请函） .....                  | 3  |
| 一、项目概述 .....                           | 3  |
| 二、申请人资格要求 .....                        | 3  |
| 四、采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。五、采购文件获取 ..... | 4  |
| 六、报名要求 .....                           | 4  |
| 七、其他 .....                             | 5  |
| 九、发布公告媒介 .....                         | 5  |
| 第二章 供应商须知 .....                        | 6  |
| 第三章 采购需求 .....                         | 7  |
| （一）工程内容、货物清单、服务内容 .....                | 7  |
| （二）技术或服务要求（详细技术要求） .....               | 7  |
| （三）商务要求 .....                          | 55 |
| 第四章 评定办法 .....                         | 56 |
| 一、初步评审 .....                           | 56 |
| 三、计算方式及定标办法 .....                      | 58 |
| 第五章 合同签署 .....                         | 60 |
| 第六章 响应文件格式 .....                       | 61 |
| 响应文件目录（编列要求） .....                     | 62 |
| 格式 1 .....                             | 63 |
| 并进行如下承诺声明： .....                       | 63 |
| 格式 2 .....                             | 64 |
| 格式 3 .....                             | 65 |
| 格式 4 .....                             | 66 |
| 分项报价表 .....                            | 67 |
| 格式 9 .....                             | 69 |
| 格式 10 .....                            | 70 |
| 致： .....                               | 70 |

# 第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

## 一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2023-YNCS-0198

（二）项目名称：不锈钢制品目录

（三）项目概述：

全院区 不锈钢制品目录

1. 不锈钢制品

2. 目录有效期1年，有效期满后经院方评估服务合格可续签1次。

## 二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。此外，所投货物包含耗材时，供应商必须具

备耗材的经营资质（如临床检验分析仪器所使用的试剂，其供应商经营范围必须包含体外诊断试剂。）。国家另有规定的从其规定。

### 三、报名时间和地点

（一）报名时间：2023年11月2日8时至2023年11月15日17时30分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

### 四、采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

### 五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告— 招标信息栏 **自行下载采购文件**。

### 六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料（**全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效**）

（一）法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

（二）营业执照

（三）按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

**（四）公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。**

## **七、其他**

（一）供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

（二）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标 时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

## **八、联系方式**

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

## **九、发布公告媒介**

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官网

（<https://www.xysdyrmmygw.com>）上发布，信息以本网站发布为准。

## 第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

| 序号  | 条款名称     | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 采购人      | 襄阳市第一人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | 供应商      | 资格要求：符合本文件公告规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | 响应文件装订要求 | 必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | 响应文件编列要求 | 见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.  | 响应文件有效期  | 不少于 90 日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.  | 样品       | <input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交；                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | 采购方式     | <p>（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商</p> <p>（4）需求调查：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。</p> <p>（5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明</p> |
| 8.  | 项目类型     | <p>货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。</p> <p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | 定标办法     | <input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价；<br><input type="checkbox"/> 其他；                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | 签字盖章要求   | 供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | 解释权      | 本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. | 合同授予     | 本文件不作为合同授予的唯一依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | 诚信履约     | 采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

注：表格中“☒”

## 第三章 采购需求

### （一）工程内容、货物清单、服务内容

| 序号 | 采购内容    | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|
| 1  | 不锈钢制品目录 | 年  | 1  |    |
| 2  |         |    |    |    |

### （二）技术或服务要求（详细技术要求）

#### 1、工程内容、货物清单、服务内容

| 序号 | 采购内容                 | 规格型号                    | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-------------------------|----|----|----|
| 1  | 墙式氧气吸入器<br>(湿化瓶带通气管) | 医用标准型                   | 个  | 1  | 全院 |
| 2  | 墙式氧气吸入器<br>(国标)      | 医用标准型                   | 套  | 1  | 全院 |
| 3  | 墙式氧气吸入器<br>(德标)      | 医用标准型                   | 套  | 1  | 全院 |
| 4  | 冰箱温度计                | 医用标准型                   | 个  | 1  | 全院 |
| 5  | 氧气袋                  | 42L, 760mm*500mm        | 个  | 1  | 全院 |
| 6  | M16丝医用轮              | 5寸                      | 个  | 1  | 全院 |
| 7  | 电磁波治疗器发热盘            | 166mm                   | 个  | 1  | 全院 |
| 8  | 输液架单杆                | 医用标准型                   | 个  | 1  | 全院 |
| 9  | 输液架                  | 350mm*550mm*1500-2300mm | 个  | 1  | 全院 |
| 10 | 输液架<br>(带轮)          | /                       | 根  | 1  | 全院 |
| 11 | 电动吸引器吸痰管             | 80cm                    | 台  | 1  | 全院 |
| 12 | 电动吸引器贮液瓶             | /                       | 个  | 1  | 全院 |

|    |           |                        |   |   |                  |
|----|-----------|------------------------|---|---|------------------|
| 13 | 电动吸引器吸引管  | 内径7mm, 外径12mm          | 个 | 1 | 全院               |
| 14 | 电动吸引器脚踏开关 | /                      | 台 | 1 | 全院               |
| 15 | 电动吸引器     | /                      | 台 | 1 | 全院               |
| 16 | 电动吸引器     | /                      | 台 | 1 | 全院               |
| 17 | PU轮       | 5寸                     | 个 | 1 | 全院               |
| 18 | 病床把手      | /                      | 个 | 1 | 全院               |
| 19 | 电子血压计袖带   | /                      | 个 | 1 | 全院               |
| 20 | 病床摇杆      | /                      | 个 | 1 | 全院               |
| 21 | 污物袋车      | 500mm*500mm*800mm      | 个 | 1 | 全院               |
| 22 | 病床护栏      | 双孔                     | 个 | 1 | 全院               |
| 23 | 便携式医用冷藏箱  | 6L, 310mm*230mm*270mm  | 台 | 1 | 全院               |
| 24 | 病例夹       | 标准                     | 个 | 1 | 全院               |
| 25 | 浮标式氧气吸入器  | 185mm*65mm*240mm       | 套 | 1 | 全院               |
| 26 | 非接触式红外体温计 | /                      | 台 | 1 | 全院               |
| 27 | 生物安全运输箱   | 6L, 325mm*234mm*270mm  | 个 | 1 | 全院               |
| 28 | 生物安全运输箱   | 35L, 590mm*330mm*370mm | 个 | 1 | 全院               |
| 29 | 电子血压计     | /                      | 台 | 1 | 全院               |
| 30 | 床头柜       | 480mm*480mm*760mm      | 个 | 1 | 全院               |
| 31 | 防辐射围领     | 大异型, 0.5mmpb           | 个 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 32 | 防辐射围领     | 进口大领异型, 0.5mmpb        | 个 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |

|    |                      |                       |   |   |                  |
|----|----------------------|-----------------------|---|---|------------------|
| 33 | 防辐射帽                 | 通用型, 0.5mmpb          | 顶 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 34 | 防辐射帽                 | 进口通用型, 0.5mmpb        | 顶 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 35 | 医用射线防护眼镜             | 通用型, 0.5mmpb          | 副 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 36 | 医用射线防护眼镜<br>(可佩戴近视镜) | 进口型 0.5mmpb           | 副 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 37 | 医用射线防护手套             | 通用型, 0.5mmpb          | 双 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 38 | 医用射线性腺防护衣帘           | 400*500mm, 0.5mmpb    | 件 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 39 | 医用射线防护帘              | 1200mm*600mm, 0.5mmpb | 件 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |

|    |                 |                              |   |   |                  |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|------------------|
| 40 | 铅衣摆放架           | 800mm*500mm*1450mm           | 个 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 41 | 医用射线防护服         | 1000mm*600mm, 0.5mmPb        | 件 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 42 | 医用射线防护服         | 进口型<br>1000mm*600mm, 0.5mmPb | 件 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 43 | 放射性个人剂量报警仪      | /                            | 台 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 44 | 警示灯             | 200mm*600mm, 白底红字            | 套 | 1 | 放射科、神经内科介入室、核医学科 |
| 45 | 高压造影注射器管路系统（内管） | /                            | 套 | 1 | 放射科              |
| 46 | 高压造影注射器管路系统（外管） | /                            | 套 | 1 | 放射科              |
| 47 | 导电膏             | 114g                         | 盒 | 1 | 全院               |
| 48 | 特定电磁波治疗器（台式）    | /                            | 台 | 1 | 全院               |
| 49 | 特定电磁波治疗器（立式）    | /                            | 台 | 1 | 全院               |

|    |            |                     |   |   |           |
|----|------------|---------------------|---|---|-----------|
| 50 | 防褥疮床垫（气泵）  |                     | 台 | 1 | 全院        |
| 51 | 担架         | /                   | 付 | 1 | 全院        |
| 52 | 血氧仪        | /                   | 个 | 1 | 全院        |
| 53 | 不锈钢篮筐      | 585mm*395mm*195mm   | 个 | 1 | 手术室、消毒供应室 |
| 54 | 电热恒温水浴箱    | 420mm*200mm*150mm   | 台 | 1 | 全院        |
| 55 | 手术圆凳       | Φ 320mm*500-700mm   | 把 | 1 | 手术室、麻醉科   |
| 56 | 脚踏凳        | 600mm*520mm*300mm   | 把 | 1 | 手术室、麻醉科   |
| 57 | 医用废物转运车    | 240L                | 辆 | 1 | 手术室、麻醉科   |
| 58 | 氧气瓶推车      | 550mm*380mm*1330mm  | 个 | 1 | 全院        |
| 59 | 身高体重秤      | /                   | 台 | 1 | 全院        |
| 60 | 平板推车       | 900mm*600mm*200mm   | 辆 | 1 | 全院        |
| 61 | 臂式电子血压计    | 成人、儿童、新生儿型          | 台 | 1 | 全院        |
| 62 | 压缩空气式雾化器   | 19.5cm*9.8cm*16.0cm | 台 | 1 | 全院        |
| 63 | 单孔灯        | /                   | 台 | 1 | 全院        |
| 64 | 手术圆凳（带靠背）  | 550-750mm           | 把 | 1 | 手术室、麻醉科   |
| 65 | 折叠式手动轮椅车   | 103cm*64cm*89cm     | 辆 | 1 | 全院        |
| 66 | 防褥疮床垫（气垫床） | 2000mm*900mm        | 床 | 1 | 全院        |
| 67 | 低频电子脉冲治疗仪  | 230mm*160mm*75mm    | 台 | 1 | 疼痛科       |
| 68 | 电针治疗仪      | 210mm*100mm*300mm   | 台 | 1 | 疼痛科、中医科   |

|    |           |                                      |   |   |          |
|----|-----------|--------------------------------------|---|---|----------|
| 69 | 竹罐器       | W6                                   | 个 | 1 | 中医科、康复科  |
| 70 | 火罐器       | W6                                   | 个 | 1 | 中医科、康复科  |
| 71 | 污物袋车      | 550mm*550mm*850mm                    | 辆 | 1 | 全院       |
| 72 | 便携式吸痰器    | 370 *180* 280 3.7kg                  | 台 | 1 | 全院       |
| 73 | 陪伴椅       | 1900mm*600mm*420mm(展开)               | 个 | 1 | 全院       |
| 74 | 屏风        | 三折, 1900mm*1800mm                    | 个 | 1 | 全院       |
| 75 | 屏风        | 三折, 1840mm*1800mm                    | 扇 | 1 | 全院       |
| 76 | 婴儿车       | 800*500*780-980mm                    | 辆 | 1 | 产科、新生儿科  |
| 77 | 婴儿床       | 800*450*850mm                        | 张 | 1 | 妇产科      |
| 78 | 儿童病床      | 1880*900*650-1260mm                  | 张 | 1 | 儿科       |
| 79 | 检查床       | 1880mm*600mm*700mm                   | 个 | 1 | 全院       |
| 80 | 检查床       | 按摩床 1880*600*700mm                   | 个 | 1 | 疼痛科      |
| 81 | 仪器车       | 550mm*450mm*870mm                    | 辆 | 1 | 全院       |
| 82 | 治疗车(小号)   | 780mm*420mm*870mm                    | 辆 | 1 | 全院       |
| 83 | 治疗车(大号)   | 880mm*505mm*870mm                    | 辆 | 1 | 全院       |
| 84 | 方盘托架(单杆式) | 495mm* (365-590mm方盘位) * (930-1300mm) | 台 | 1 | 全院       |
| 85 | 方盘托架(双杆式) | 655mm*430mm* (955-1200mm)            | 台 | 1 | 全院       |
| 86 | 方盘托架(液压式) | 850mm*550mm* (950-1350mm)            | 台 | 1 | 全院       |
| 87 | 器械台       | 980mm*585mm*870mm                    | 辆 | 1 | 全院       |
| 88 | 恒温干燥箱     | 260mm*260mm*260mm                    | 台 | 1 | 神经内科介入室  |
| 89 | 护理车       | 1000mm*480mm*900mm                   | 辆 | 1 | 全院       |
| 90 | 普通产床      | 1130mm*600mm*750/820mm               | 张 | 1 | 泌尿外科、妇产科 |
| 91 | 普通产床      | 1800mm*600mm*750/820mm               | 张 | 1 | 泌尿外科、妇产科 |

|     |              |                                  |   |   |              |
|-----|--------------|----------------------------------|---|---|--------------|
| 92  | 医用废物转运车      | 660L                             | 辆 | 1 | 医废班          |
| 93  | 手动病床         | 2150mm*980mm*500mm               | 张 | 1 | 全院           |
| 94  | 器械车          | 720mm*460mm*800mm/980mm          | 辆 | 1 | 全院           |
| 95  | 治疗车<br>(双桶)  | 650mm*450mm*860mm                | 辆 | 1 | 全院           |
| 96  | X射线胶片观片灯     | 850mm*510mm*45mm                 | 台 | 1 | 全院           |
| 97  | 病历夹车         | 50格, 620mm*420mm*1260mm          | 辆 | 1 | 全院           |
| 98  | 病人推车         | 1900mm*640mm*780mm               | 辆 | 1 | 全院           |
| 99  | 急救物品车        | 650mm*420mm*900-80mm             | 辆 | 1 | 全院           |
| 100 | 麻醉车          | 730mm*420mm*900mm                | 辆 | 1 | 麻醉科、急诊科      |
| 101 | 喉镜           | /                                | 套 | 1 | ICU重症        |
| 102 | 器械柜          | 900mm*400mm*1750mm               | 个 | 1 | 全院           |
| 103 | 送药车          | 630mm*440mm*850mm                | 辆 | 1 | 全院           |
| 104 | 麻醉车          | 610mm*410mm*950mm                | 辆 | 1 | 麻醉科          |
| 105 | 医用转移车        | 2050mm*710mm                     | 辆 | 1 | 全院           |
| 106 | 病人推床<br>(担架) | 2180mm*640mm*360mm               | 床 | 1 | 麻醉科          |
| 107 | 医疗废物转运车      | 800L, 1550mm*720mm*1250mm        | 辆 | 1 | 医废班          |
| 108 | 病人推床<br>(外车) | 1790mm*700mm*510-790mm           | 台 | 1 | 麻醉科          |
| 109 | 病人推床<br>(内车) | 1825mm*700mm*510-790mm           | 台 | 1 | 麻醉科          |
| 110 | 敷料检查打包台      | 2200mm*1100mm*800mm              | 台 | 1 | 药房、消毒供应室、麻醉科 |
| 111 | 器械检查打包台      | 2200mm*1100mm*800/1500mm         | 台 | 1 | 药房、消毒供应室、麻醉科 |
| 112 | 双面西药调剂柜      | 1980mm*1000mm/400mm*800mm+1180mm | 台 | 1 | 药房、消毒供应室、麻醉科 |

|     |          |                                     |   |   |                 |
|-----|----------|-------------------------------------|---|---|-----------------|
| 113 | 组合式西药调剂柜 | 4500mm*1700mm (*2)<br>*800mm+1180mm | 台 | 1 | 药房、消毒供应室、麻醉科    |
| 114 | 无菌包布车    | 1200mm*45mm*1180mm                  | 辆 | 1 | 消毒供应室、麻醉科       |
| 115 | 无菌物品下送车  | 1125mm*610mm*900mm                  | 辆 | 1 | 消毒供应室、麻醉科       |
| 116 | 电动手术台    | 2000mm*500mm*660mm                  | 台 | 1 | 麻醉科、妇产科、神经内科介入室 |
| 117 | 无菌室器械柜   | 900*400*1750                        | 台 | 1 | 全院              |
| 118 | 治疗台      | 1800*750/350*1600                   | 台 | 1 | 全院              |
| 119 | 多用途器械柜   | 900*400*1750                        | 台 | 1 | 麻醉科、妇产科、神经内科介入室 |

(二) 技术或服务要求 (详细技术要求)

| 序号 | 产品参数              | 技术性能及参数                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 墙式氧气吸入器 (湿化瓶带通气管) | PER材质, 由湿化瓶和通气管两部分组成                                                                                                                                             |
| 2  | 墙式氧气吸入器 (国标)      | <p>流量管、进气插头、流量调节阀、出气接头、潮化瓶、安全阀, 1、工作压力:0.20 Mpa~0.30 Mpa;</p> <p>2、流量调节范围:1L/min-10L/ min;</p> <p>3、流量基本误差:不大于±4%;</p> <p>4、使用气体:医用氧气;</p> <p>5、湿化用水:纯净水或蒸馏水</p> |
| 3  | 墙式氧气吸入器 (德标)      | <p>流量管、进气插头、流量调节阀、出气接头、潮化瓶、安全阀, 1、工作压力:0.20 Mpa~0.30 Mpa;</p> <p>2、流量调节范围:1L/min-10L/ min;</p> <p>3、流量基本误差:不大于±4%;</p> <p>4、使用气体:医用氧气;</p> <p>5、湿化用水:纯净水或蒸馏水</p> |

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 4 | 冰箱温度计   | 塑料结构     |
| 5 | 氧气袋     | 大容量，密封导管 |
| 6 | M16丝医用轮 | 万向带刹车    |

|   |               |                                                                          |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 电磁波治疗<br>器发热盘 | 波普范围:2um-25um<br>电源输入:220V 输入功率:250W<br>定时方式:电子定时 定时范围:0-60分钟<br>有过线保护装置 |
| 8 | 输液架           | 304不锈钢材质，带多个挂钩                                                           |
| 9 | 输液架           | 不锈钢材质及挂架，可升降，带轮                                                          |

|    |              |                    |
|----|--------------|--------------------|
| 10 | 输液架（带轮）      | 304不锈钢结构、十字钢构底座、带轮 |
| 11 | 电动吸引器<br>吸痰管 | 乳胶材质               |
| 12 | 电动吸引器<br>贮液瓶 | 加厚玻璃制成             |

|    |               |                                                                                                                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 电动吸引器<br>吸引管  | 硅塑胶材质                                                                                                                  |
| 14 | 电动吸引器<br>脚踏开关 | 两孔两芯，可拆卸                                                                                                               |
| 15 | 电动吸引器         | 电源电压：220±22V, 50Hz±1Hz<br>电机功率：120VA<br>吸引泵：活塞泵<br>负压值使用范围：>0.09MPa<br>噪音：<60dB(A)<br>抽气速率：>20L/min<br>贮液瓶：2500mL/只，2只 |

|    |       |                                                                                                        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 电动吸引器 | 电源电压：220V±22v 50HZ±1HZ<br>电机功率：90VA<br>吸引泵：活塞泵<br>极限负压值：≥0.085MPA<br>抽气速率：≥15L/MIN<br>储液瓶：2500ml/只. 2只 |
| 17 | PU轮   | 万向带刹车                                                                                                  |
| 18 | 病床把手  | ABS材质                                                                                                  |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| 19 | 电子血压计<br>袖带 | 重复用血压袖带         |
| 20 | 病床摇杆        | 钢制结构            |
| 21 | 污物袋车        | 污物袋 高级尼龙布、手动尼龙绳 |

|    |          |                                                                                                                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 病床护栏     | 双孔，合成钢结构                                                                                                                                              |
| 23 | 便携式医用冷藏箱 | <p>结构样式 箱体、箱盖采用吹塑、注塑中空工艺成形</p> <p>内外壁材料 内胆PP, 外壳PE</p> <p>隔热层 聚氨酯发泡</p> <p>环境温度+32℃下，</p> <p>保冷时间时间<math>\geq</math> 12 小时</p> <p>冷藏箱内温度由2℃至8℃的保冷</p> |
| 24 | 病例夹      | ABS 白、蓝、粉、绿、棕、红可选                                                                                                                                     |

|    |           |                                                                                                                                              |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 浮标式氧气吸入器  | <p>输出压力：0.2~0.3MPA</p> <p>承受13.7MPA高压，各连接位置不漏气，</p> <p>安全阀压力：0.35±0.05MPA</p> <p>流量调节：1L/min~10L/min无级可调</p> <p>附件：潮化瓶1个、氧管1个、通气管1个</p>      |
| 26 | 非接触式红外体温计 | <p>常实用温度：10℃-40℃</p> <p>精度：≤±0.3℃</p> <p>使用次数：10万次</p> <p>电源：DC3V(2节5号碱性电池)</p> <p>测量时间：1</p> <p>测试距离：3cm-5cm</p> <p>测量范围：体温模式：32℃-42.9℃</p> |
| 27 | 生物安全运输箱   | <p>注塑工艺，PU发泡，带肩带和冰袋</p>                                                                                                                      |

|    |         |                                                                                                                                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 生物安全运输箱 | 注塑工艺，PU发泡，                                                                                                                               |
| 29 | 电子血压计   | <p>脉搏数据：40~180次/分钟</p> <p>显示方式：LED数字显示</p> <p>测量范围：0~299mmHg</p> <p>记忆组数：14组记忆值</p> <p>舒张压：40~130mmHg (5.3~17.3KPa)</p> <p>运行模式：连续运行</p> |
| 30 | 床头柜     | ABS工程塑料                                                                                                                                  |

|    |       |                |
|----|-------|----------------|
| 31 | 防辐射围领 | 面料、铅胶皮、里料      |
| 32 | 防辐射围领 | 进口材质 面料、铅胶皮、里料 |
| 33 | 防辐射帽  | 面料、铅胶皮、里料      |

|    |                  |                      |
|----|------------------|----------------------|
| 34 | 防辐射帽             | 进口材质 面料、铅胶皮、里料       |
| 35 | 医用射线防护眼镜         | 铅玻璃                  |
| 36 | 医用射线防护眼镜（可佩戴近视镜） | 进口材质 铅玻璃，带护边（可配带近视镜） |

|    |            |           |
|----|------------|-----------|
| 37 | 医用射线防护手套   | 面料、铅胶皮、里料 |
| 38 | 医用射线性腺防护衣帘 | 铅单        |
| 39 | 医用射线防护帘    | 铅毯        |

|    |         |              |
|----|---------|--------------|
| 40 | 铅衣摆放架   | 移动式，304不锈钢材质 |
| 41 | 医用射线防护服 | 连体半袖铅衣       |
| 42 | 医用射线防护服 | 进口材质 连体半袖铅衣  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 放射性个人剂量报警仪       | <p>1. 测量范围和相对基本误差：<br/> <math>x - \gamma</math> 剂量当量率 (<math>^{137}\text{Cs}</math>) : <math>0.1 \sim 999.9 \mu\text{Sv/h}</math> , 误差: <math>\pm 25\%</math><br/> <math>x - \gamma</math> 剂量当量 (<math>^{137}\text{Cs}</math>) : <math>0.001 \sim 9999\text{mSv}</math> , 误差: <math>\pm 25\%</math><br/> <math>\beta</math> 辐射通量密度 (<math>^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}</math>) : <math>10 \sim 100\,000 (\text{cm}^2 \cdot \text{min})^{-1}</math> ; 误差: <math>\pm 20\%</math><br/> 2. 剂量当量累积间隔时间及误差: 1分钟~100小时, 每24小时误差不超过<math>\pm 0.1</math>秒<br/> 3. <math>x - \gamma</math> 测量能量范围和能量响应: <math>0.05 \sim 3.0\text{MeV}</math>; <math>\pm 25\%</math><br/> 4. <math>\beta</math> 辐射 : <math>0.5 \sim 3.0\text{MeV}</math><br/> 5. 测量间隔时间: <math>5 \sim 70</math>秒<br/> 6. 使用温度范围: <math>-10^\circ \text{C} \sim +50^\circ \text{C}</math></p> |
| 44 | 警示灯              | 白底红字, 塑料外壳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45 | 高压造影注射器管路系统 (内管) | CT, 核磁用管 聚乙烯管、聚氨酯管、四路链接器、过滤器、鲁尔接头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                 |                                                                                                                        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 高压造影注射器管路系统（外管） | CT用管 保护盖、鲁尔接头（PVC）、管（PVC）、单向阀（外壳：ABS、膜：低密度聚乙烯                                                                          |
| 47 | 导电膏             | 丙二醇、氯化钠、乙醇、甘油、椰油酰两性基乙酸钠、黄原胶、道康宁矽油、尼泊金乙酯、柠檬香精、水组成。                                                                      |
| 48 | 特定电磁波治疗器（台式）    | 波普范围:2um-25um<br>电源输入:220V 输入功率:250W<br>定时方式:电子定时<br>定时范围:0-60分钟<br>可伸缩上支臂<br>360° 可旋转<br>可伸缩下支臂<br>底座加重稳固<br>内含倾倒断电装置 |

|    |              |                                                                                                                                                                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 特定电磁波治疗器（立式） | 波普范围:2um-25um<br>电源输入:220V 输入功率:250W<br>定时方式:电子定时<br>定时范围:0-60分钟<br>可伸缩上支臂<br>360° 可旋转<br>可伸缩下支臂<br>底座加重稳固<br>内含倾倒断电装置<br>过线保护装置<br>升降安全锁 自由升降<br>折叠脚架, 铁质脚轮支架 |
| 50 | 防褥疮床垫（气泵）    | 方格形床垫用气泵最大输出气流量 $\geq 4\text{L/min}$<br>输出压力 $\geq 12\text{kPa}$ （90mmHg）<br>换气周期为每次10min~12min。<br>气泵正常工作时间的整机噪声： $\leq 50\text{dB}$                          |
| 51 | 担架           | 铝合金材质，可折叠                                                                                                                                                      |

|    |         |                                                                                                           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 血氧仪     | 测量范围：最大允许保差：<br>脉搏血氧饱和度:45%~100%<br>精度:±2%;<br>脉率:25bpm~250bpm<br>脉率测量误差:测量误差为:±3bpm<br>脉搏血氧饱和度为:70%~100% |
| 53 | 不锈钢篮筐   | 304不锈钢丝制成                                                                                                 |
| 54 | 电热恒温水浴箱 | 控温范围 室温~99.9℃<br>水温均匀性 1.0℃<br>电源电压 220±22V<br>电源频率 50±1Hz<br>额定功率 450±50W                                |

|    |         |                    |
|----|---------|--------------------|
| 55 | 手术圆凳    | 304不锈钢材质           |
| 56 | 脚踏凳     | 两踏凳 304不锈钢材质，面粘有胶垫 |
| 57 | 医用废物转运车 | 塑料结构               |

|    |       |              |
|----|-------|--------------|
| 58 | 氧气瓶推车 | 钢制喷塑结构       |
| 59 | 身高体重秤 | 铸铁称台，机械转动指针盘 |
| 60 | 平板推车  | 钢制喷塑材质       |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 臂式电子血压计  | 彩色液晶屏显示<br>振荡法自动<br>连续运行<br>压力:成人模式 0~290 mmHg (0~38.67 kPa)<br>小儿模式 0~240mmHg (0~32 kPa)<br>新生儿模式 0~145mmHg (0~19.3kPa)<br>成人模式 295±5 mmHg (39.33±0.67 kPa)<br>小儿模式 240±5 mmHg (32±0.67 kPa)<br>新生儿模式 145±5mmHg (19.33±0.67 kPa)<br>成人模式 160±5mmHg (21.33±0.67 kPa)<br>小儿模式 120±5mmHg (16±0.67 kPa)<br>新生儿模式 70±5 mmHg (9.33±0.67 kPa)<br>压力:1 mmHg (0.133 kPa)<br>静态压力:±3mmHg (±0.4kPa) |
| 62 | 压缩空气式雾化器 | 噪音≤65dB<br>最大雾化率≥0.2ml/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63 | 单孔灯      | LED560 照度相距 1 米处 (Lux) 180,000 130,000 色温 (K) 4300 色温可调 (Kelvin) (选配) 3600-5600 演色性指数 (CRI) 96 红色还原指数 (Ra) 96 灯头电子光线强度控制 standard 调光范围 10—100%术者头部温升 (℃) 0.5 术野温升 (℃) 2 有效工作聚焦深度 (cm) 60-150 总辐射量Ee (W/m²)                                                                                                                                                                                |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 手术圆凳(带靠背)  | 带靠背, 不锈钢结构304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 65 | 折叠式手动轮椅车   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用双支撑杆设计, 加厚钢管表面镀铬, 可折叠。</li> <li>2. 万向实心前轮, 充气后轮, 防滑塑料手推圈。</li> <li>3. 长柄刹车。</li> <li>4. 人革面料硬坐靠垫, 座靠垫中间加衬布加海绵, 坐靠垫两边配有加强防裂铁质压条, 就做座背垫不会裂开或损坏。</li> <li>5. 配置回弹性好的海绵减压性长扶手扶。</li> <li>6. 配有驻坡性能好的刹车, 配有调节式安全带, 使用安全可靠。</li> <li>7. 脚踏板高度可调, 可旋转, 可收起。</li> </ol>                                                                                                                                                                 |
| 66 | 防褥疮床垫(气垫床) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、床垫采用PVC料制作, 应无毒、无异味。</li> <li>2、床垫用输气导管采用软聚氯乙烯管制成, 应无毒、无异味。</li> <li>3、床垫用气导管采用软聚氯乙烯管制成, 总长度<math>\geq 1500\text{mm}</math>。</li> <li>4、床垫应能够承受120kg的压力, 应不发生漏气现象。</li> <li>6、床垫用气导管与床垫、气泵的连接应牢固, 使用时连接部位应不发生漏气现象。</li> <li>7、方格形床垫用气泵最大输出气流量<math>\geq 4\text{L/min}</math>, 输出压力<math>\geq 12\text{kPa}</math> (90mmHg)</li> <li>8、换气周期为每次10min~12min。</li> <li>9、气泵正常工作时间的整机噪声: <math>\leq 50\text{dB}</math> (A计权)。</li> </ol> |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | 低频电子脉冲治疗仪 | <p>输出脉冲宽度：0.5ms</p> <p>输出脉冲波形：非对称双向脉冲波</p> <p>输出模式：连续、疏密、断续</p> <p>连续波频率：0~100Hz；连续波频率调节：电位器调节</p> <p>断续疏密调制频率：10次/分；</p> <p>断续时续波频率：可调；</p> <p>疏密时密波频率：可调</p>                                                                                                                                                                              |
| 68 | 电针治疗仪     | <p>1. 输入功率:10.0VA</p> <p>2. 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波</p> <p>3. 输出脉冲路数：六路输出</p> <p>4. 最大输出功率:0.3VA(250<math>\Omega</math> 负载阻抗下)</p> <p>5. 输出脉冲频率：1-100Hz 可调, 允差为<math>\pm 15\%</math></p> <p>6. 输出电流的限制：<math>\leq 10\text{mA}</math> (250<math>\Omega</math> 负载阻抗下)</p> <p>7. 输出直流分量：0</p> <p>8. 输出脉冲宽度：0.2ms<math>\pm 30\%</math> (EMC 检测基本性能)</p> |
| 69 | 竹罐器       | 竹木结构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | 火罐器    | 高强度防爆玻璃结构                                                                                                                                                                                            |
| 71 | 污物袋车   | 304不锈钢结构                                                                                                                                                                                             |
| 72 | 便携式吸痰器 | 额定电源 AC220V, 50HZ<br>输入功率 90VA<br>极限负压值 $\geq 75\text{kPa}$<br>负压调节范围(应不窄于) $20\text{kPa} \sim$ 极限负压值<br>自由空气流量 $\geq 15\text{L/min}$<br>储液瓶 $\geq 1000\text{mL}$ , 一只<br>工作噪音 $\leq 65\text{dB(A)}$ |

|    |     |           |
|----|-----|-----------|
| 73 | 陪伴椅 | 钢制喷塑结构    |
| 74 | 屏风  | 不锈钢304 带轮 |
| 75 | 屏风  | 不锈钢304 带轮 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | 婴儿车  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 气控升降装置可以调节高低，方便母婴交流</li> <li>2. 纯铝合金立柱，透明高强度婴儿盆，整车看起来 美观、大方、实用</li> <li>3. 气拉调节整个婴儿盆的倾斜0-10°</li> <li>6. 配置:4个豪华静音轮</li> </ol>                          |
| 77 | 婴儿床  | 304不锈钢材质，带万向轮                                                                                                                                                                                     |
| 78 | 儿童病床 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整床钢结构，可拆卸PP塑料床头尾板</li> <li>2. 护栏:铝合金护栏，护栏防护管间距小于8公分，3档位设置可调节高度。</li> <li>3. 通过操作摇杆来实现姿态的改变背部角度0-750±50，腿部角度0-40° ±5°</li> <li>4. 每个脚轮带有单独的刹车</li> </ol> |

|    |     |                                  |
|----|-----|----------------------------------|
| 79 | 检查床 | CR材质<br>碳钢喷塑床架<br>人造革海棉床面，床面有呼吸孔 |
| 80 | 检查床 | CR材质 碳钢喷塑床架 人造革海棉床面，床面有呼吸孔       |
| 81 | 仪器车 | 304不锈钢材质，两层                      |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 82 | 治疗车（小号）   | 304不锈钢材质，两层 |
| 83 | 治疗车（大号）   | 304不锈钢材质，两层 |
| 84 | 方盘托架（单杆式） | CR方盘托架单杆    |

|    |               |             |
|----|---------------|-------------|
| 85 | 方盘托架<br>(双杆式) | CR方盘托架双杆    |
| 86 | 方盘托架<br>(液压式) | CR方盘托架      |
| 87 | 器械台           | 304不锈钢材质 两层 |

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| 88 | 恒温干燥箱 | 材质：不锈钢/镀锌板<br>温度范围：室温+10-250℃（℃） |
| 89 | 护理车   | 不锈钢304材质                         |
| 90 | 普通产床  | 不锈钢304材质，可折叠调整                   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | 普通产床    | 不锈钢304材质 可折叠调整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92 | 医用废物转运车 | 塑料结构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93 | 手动病床    | <p>1. 床框材料：矩形钢管</p> <p>2. 床面材料：冷轧钢板，冲压成型多孔设计。</p> <p>3. 背部脚部升起角度 背部<math>0^{\circ} \sim 65^{\circ}</math>，膝部可在<math>0^{\circ} \sim 45^{\circ}</math> 范围内升降。</p> <p>4. 床体载重 <math>\geq 220\text{kg}</math></p> <p>5. 床体：表面经过酸洗防锈、静电喷涂处理后，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈。</p> <p>6. 摇杆：双摇杆，采用优质黄铜制造，传动离合器系统结构，万向节连轴，且具有空转过盈保护、限位保护等功能。摇把采用高强度ABS材料注塑成型，可折叠内藏。</p> <p>7. 床头尾板：采用优质PP塑料一次注塑成型，弧线型设计。带锁紧装置，拆卸方便，稳定可靠；易清洗，不褪色，安全无毒；可兼作CPR功能，尾板外侧有病人信息卡插槽。两侧有塑料防撞盒。</p> <p>8. 铝合金折叠护栏 可收缩平放，6挡支柱采用不锈钢管制作，整体牢固，</p> <p>9. 脚轮：中控万向轮，一脚刹车；静音耐磨，稳定性强。</p> |

|    |          |                   |
|----|----------|-------------------|
| 94 | 器械车      | ABS材质 2层有护栏，万向轮   |
| 95 | 治疗车(双桶)  | 304不锈钢材质，两层，双桶    |
| 96 | X射线胶片观片灯 | 铝合金材结构、LED光源，即插即亮 |

|    |       |               |
|----|-------|---------------|
| 97 | 病历夹车  | 304不锈钢材质      |
| 98 | 病人推车  | 304不锈钢材质，带输液杆 |
| 99 | 急救物品车 | 304不锈钢材质 5抽屉  |

|     |     |                                       |
|-----|-----|---------------------------------------|
| 100 | 麻醉车 | 304不锈钢材质，五抽屉                          |
| 101 | 喉镜  | 用于苏克曼适配喉镜叶片的独立光导向，它并可稳固连接在适配喉镜手柄上并能取出 |
| 102 | 器械柜 | 两层304不锈钢材质                            |

|     |       |                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | 送药车   | ABS材质 五抽屉，有推手，平台上有不锈钢护栏，侧面有挂2个，万向轮，带输液架。                                                                                                                                                 |
| 104 | 麻醉车   | ABS材质，五抽屉, 顶部加2层10格器械放置盒                                                                                                                                                                 |
| 105 | 医用转移车 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 手摇式抢救车，顺时针方向摇动摇手时，车体上升，逆时针方向摇动，车体下降</li> <li>2. 有明确的箭头标记指示使用者进行操作</li> <li>3. 配中央导向轮，方便使用者控制车体行进方向</li> <li>4. 可升降欧式护栏，PP 一体吹塑成型床面板</li> </ol> |

|     |              |                                         |
|-----|--------------|-----------------------------------------|
| 106 | 病人推床<br>(担架) | 背部升降、整体升降、<br>三档中控脚轮 内部结构 、四钩输液架、背部气动升降 |
| 107 | 医疗废物转运车      | 材质：不锈钢304 ， 内称骨架，上盖为推拉门，底部有排水阀，静音轮      |
| 108 | 病人推床<br>(外车) | 背部升降、整体升降、三档中控脚轮 内部结构 、四钩输液架、背部气动升降     |

|     |              |                                                                                     |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | 病人推床<br>(内车) | 背部升降、整体升降、<br>三档中控脚轮 内部结构 、四钩输液架、背部气动升降                                             |
| 110 | 敷料检查打包台      | 304不锈钢材质，无抽屉                                                                        |
| 111 | 器械检查打包台      | 1. 304不锈钢材质，主要支撑架为钢管材质<br>2. 台面下方有隔层，无抽屉，底部四脚处从地往高处有前后左右四根横管支撑，平台居中有一个平台架，架为2层，前后相通 |

|     |          |                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | 双面西药调剂柜  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 304不锈钢材质，主要支撑架为钢管材质</li> <li>2. 台面下方有隔层，有平台前后各有4个抽屉，2个柜子，柜子内又分2层，活动隔板，抽屉比柜子突出</li> <li>3. 底部有踢脚板，平台居中有一个固定在平台上与平台一样长度的平台架，架为4层，前后相通</li> </ol> |
| 113 | 组合式西药调剂柜 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 304不锈钢材质，主要支撑架为钢管材质</li> <li>2. 台面下方有隔层，有84个抽屉，按高度均分，4个不带门的柜子</li> <li>3. 底部有踢脚板，平台最前端有一个固定在平台上与平台一样长度的平台架，架为4层，有背板，最上面的两向下倾斜30度</li> </ol>    |
| 114 | 无菌包布车    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：304不锈钢</li> <li>2. 三层结构、层板梯式设计不急灰尘、方便沥水、</li> <li>3. 车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、乘载量大、移动轻便灵活</li> </ol>                      |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | 无菌物品下送车 | <p>1. 不锈钢304材质，外部封闭，内有2层，下层长度空间均分有隔断</p> <p>2. 车左面有推手，，车顶部有对开盖门，正面下层有2扇对开门，万向承重轮.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 116 | 电动手术台   | <p>1. 采用低压直流电机驱动，整机噪声低、床台运行平稳，性能安全稳定，使用方便，安全可靠。</p> <p>2. 床面由四部分组成：头部，背部，臀部，两片式脚部（左右分开）</p> <p>3. 各种床面调节全部由电动完成，以满足外科，妇产科，五官科等各科手术室体位要求。</p> <p>4. 床板具有良好X光穿透性，床垫为高密度海绵，防褥疮。</p> <p>5. 床体内外罩壳，底座外壳材料为高级优质不锈钢，便于清洗消毒，耐冲击。</p> <p>6. 侧面机械式刹车装置，具有固定或移动功能，移动灵活，固定可靠。</p> <p>7. 脚板部分左右可外展90°，下折90°且可取下，可配合骨科牵引架，便于骨科手术。</p> <p>8. 床面可平移，增加C型臂X光透视检查之范围。</p> <p>9. 手术床配有内置高性能充电电池，确保手术床在无电源状态工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用，确保最大的安全性。</p> <p>升降行程：≥300mm</p> <p>前倾：≥22°</p> <p>后倾：≥30°</p> <p>左倾：≥20°</p> <p>右倾：≥20°</p> <p>背板上折：≥70°</p> <p>背板下折：≥15°</p> <p>头板上折：≥50°</p> <p>头板下折：≥90°</p> <p>腰板升高：≥120mm</p> <p>腿板下折：≥90°</p> <p>腿板外展：≥90°</p> <p>前后平移：≥300mm</p> |

|     |        |                                                                                                                                       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | 无菌室器械柜 | 1. 304不锈钢材质，三层，每层都有不锈钢推拉门<br>2. 四脚支撑，居中的地方左右前后有横管固定                                                                                   |
| 118 | 治疗台    | 1. 304不锈钢材质，主要支撑架为钢管材质<br>2. 台面下方有隔层，有3个抽屉，按长度度均分，1个推拉门的柜子，柜内配有活动隔板1个，底部有4个脚柱，平台最前端有一个固定在平台上与平台一样长度的平台架，架为3层，有背板，最上面的两层为玻璃推拉门，低层敞开无门。 |
| 119 | 多用途器械柜 | 1. 304不锈钢材质<br>2. 上下两层，两个对开门，门上左右各带门把手，带锁，门内上下各配活动层板2个                                                                                |

### （三）商务要求

1. 合同履行期限：签订合同后 30 日内应将本次采购内容供应到医院指定地点，并安装调试完毕，试机符合标准，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。
2. 质保期：本次采购的所有货物验收合格后质保期不得少于1年，质保期内应提供定期维护维修保养等服务；质保期后若需维修替换零件或配件等应只收取基本的零件或配件购置费，并提供价格折扣。
3. 服务要求：供应商应需提供免费的操作培训和维修培训，直至达到采购人要求。
4. 付款条件及方式：按合同约定执行。
5. 提供售后服务承诺书：验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。
6. 其他：供应商如需获得其他材料或咨询更多信息可自行联系本项目公告列明的联系方式。

## 第四章 评定办法

### 一、初步评审

| 审查内容     |                             | 评审因素                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初步<br>评审 | 具有独立承担民事责任的能力               | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）                                                        |
|          | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度         | 提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。                                                                                               |
|          | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力         | (1)提供具备满足本项目的设施设备的证明材料；<br>(2)提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料；<br>(3)供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟）                               |
|          | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录         | (1)提供近一段时间缴纳税收的凭据；<br>(2)提供近一段时间缴纳社会保险的凭据；                                                                                     |
|          | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书，格式详见响应文件格式                                                                                                               |
|          | 法律、行政法规规定的其他条件              | （供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。                                                       |
|          | 禁止参加情况                      | (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。<br>(2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式） |
|          | 主体信用记录                      | 本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单      |
|          | 联合体                         | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包                                                                                                        |
|          | 特定资格条件                      | 符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求                                                                                                      |
|          | 投标人名称                       | 与营业执照等其他证件一致                                                                                                                   |
|          | 签字盖章                        | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章                                                                                                         |
|          | 投标人身份证明文件                   | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书                                                                                               |
|          | 投标报价                        | 每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；报价金额不超过采购预算                                                                             |
|          | 采购需求                        | *号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；                                                                                                |
|          | 其他要求                        | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的                                                                                                       |

## 二、详细评分办法（详细评分表）

| 内容       | 项目   | 评审因素   | 分值 | 评审标准                                                                                                                                                                                        |
|----------|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评分办法     | 商务评审 | 市场占有率  | 10 | 1. 品牌知名度低，无三甲医院使用（0～3分）；<br>2. 品牌知名度一般，有三甲医院使用（4～6分）；<br>3. 品牌知名度高，有较多家三甲医院使用（7～10分）。                                                                                                       |
|          |      | 质保期    | 5  | 以最长质保期为基准，按等比例折算。                                                                                                                                                                           |
|          | 技术评审 | 主要技术参数 | 40 | 供应商应逐条响应采购文件第三章第二项技术需求：技术参数每有一项未响应或响应不符合要求的扣3分，直至本项不得分。<br>其中：★为重要技术要求，要求每有一项未响应或响应不符合要求的扣4分，直至本项不得分。<br>(技术要求中为实物的，响应内容应辅以图片或文字说明，或附产品说明等，不能仅简单响应是否偏离，仅简单响应是否偏离的视为缺项。如存在虚假应标，主要技术参数项得分为0。) |
|          |      | 现场情况   | 5  | 根据投标公司标书制作情况、投标人现场讲解及答疑情况，酌情给0～5分。                                                                                                                                                          |
|          |      |        | 5  | 根据投标公司出具的技术培训方案（应包括培训讲师安排、技术培训内容、培训流程、培训计划、实操操作等五项内容），酌情给0～5分。                                                                                                                              |
|          |      |        | 5  | 根据投标公司承诺的售后保障情况（应有具体的维修响应和售后服务承诺），酌情给0～5分。                                                                                                                                                  |
|          | 价格评审 |        | 30 | 满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br>投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值。                                                                                                            |
| 总分（100分） |      |        |    |                                                                                                                                                                                             |

### 三、计算方式及定标办法

|                                      |                                          |                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法 |                                          | 最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序                                               |
| 采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法   |                                          | 得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。<br>得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列                         |
| 同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法                 |                                          | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格 |
| 评定办法                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 综合评价 | 进行评分，并进行排序（见评分细则）                                                       |
|                                      | <input type="checkbox"/> 最低价             | 符合资格条件和采购需求的最低报价                                                        |
|                                      | <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                         |

（一）本次采购为价格磋商采购。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交谈判响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行磋商。

（八）磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（十二）价格磋商共有叁轮报价。叁轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

## **第五章 合同签署**

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：\_\_\_\_\_（盖章）

供应商法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

| 编列顺序                                                           |
|----------------------------------------------------------------|
| 1) 封面                                                          |
| 2) 标书目录（含页码）                                                   |
| 3) 响应函、廉洁承诺书                                                   |
| 4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）                                        |
| 5) 分项报价表（按项目性质编制）                                              |
| 6) 法定代表人身份证明书                                                  |
| 7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）                                   |
| 8) 资格证明文件（按申请人资格要求）                                            |
| 9) 需求响应文件                                                      |
| 10) 技术响应文件                                                     |
| 11) 报价文件                                                       |
| 12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位或个人缴纳社保金进行截图。 |
| 13) 财务状况                                                       |
| 14) 同类项目业绩的印证材料                                                |
| 15) 供应商认为需要提交的其他文件                                             |

格式 1

## 报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

**并进行如下承诺声明：**

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权代表签字：

日 期：

格式 2

## 法定代表人授权书

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

**法定代表人身份证明书**

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、 本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、 如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

## 报价一览表

采购项目名称:

采购项目编号:

|               |  |
|---------------|--|
| 供应商名称         |  |
| 供应商地址         |  |
| 总报价           |  |
| 工期（供货期）       |  |
| 质保期           |  |
| 项目负责人         |  |
| 投标货物品牌及型号（如有） |  |
| 备注            |  |

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

(2) 此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

## 格式 5

### 分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|------|----|------|----|----|----|----|
|    |      |    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |
| 总价 |      |    |      |    |    |    |    |

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_

**格式 6 资格证明文件**

格式自拟

**格式 7 需求响应文件**

格式自拟

**格式 8 评审办法响应文件**

格式自拟

## 格式 9

### 无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间： 年 月 日

格式 10

## 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(供应商名称) 参加贵院组织的\_\_\_\_\_(项目名称) 项目(项目编号：\_\_\_\_\_)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日