

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查（市场调研、价格摸底）；

其他：_____

项目类型：工程；货物；服务；其他：_____

需求部门：高新 ICU

项目名称：高新院区重症系统配套硬件采购项目

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	3
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	4
七、 其他	4
八、 联系方式	5
九、 发布公告媒介	5
第二章 供应商须知	6
第三章 采购需求（本章按项目情况编制）	7
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整）	错误！未定义书签。
（二） 技术或服务要求（详细技术要求）	7
（三） 商务要求	12
第四章 评定办法（可自行修改）	12
一、 初步评审	12
二、 详细评审	9
三、 计算方式及及定标办法	10
第五章 合同签署	16
第六章 响应文件格式	16
一、 报价书	14
二、 法定代表人授权书	22
三、 法定代表人身份证明书	23
四、 报价一览表	24
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件	25
七、 需求响应文件	26
八、 评审办法响应文件	26
九、 无重大违法记录声明	27
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	28

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编号：XYYY-2024-YNCS-0049

（二）项目名称：高新院区重症系统配套硬件采购项目

（三）项目概述：为配合高新院区重症医学科重症系统上线，购置一批移动推车及串口服务器等硬件，货物在签订合同后 20 个工作日内完成。

（四）项目预算：11 万

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：无

三、报名时间和地点

(一) 报名时间：2024 年 3 月 25 日 8 时至 2024 年 4 月 8 日 17 时 30 分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告— 招标信息栏自行下载采购文件。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料（全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效）

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行封装。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类

资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行封装。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交；
7.	采购方式	<p>（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商</p> <p>（4）需求调查：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。</p> <p>（5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明</p>
8.	项目类型	<p>货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。</p> <p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>
9.	定标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价；
10.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11.	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12.	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13.	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“”

第三章 采购需求

（一）采购内容

序号	采购项目	参数规格及要求	数量	单位
1	护理推车	详见技术需求指标	5	台
2	远程诊疗车	详见技术需求指标	1	台
2	串口服务器	详见技术需求指标	6	台
3	串口线	详见技术需求指标	12	条

（二）技术及功能要求

1. 移动护理车

序号	子项	技术参数要求
1	整车材质	整车采用航空级铝合金材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒，抗菌耐腐蚀，持久耐用；
2	台面尺寸	实际操作台面（不含把手和键盘托）尺寸为 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm}$
3	▲台面设计	采用航空级铝合金压铸一体成型设计台面，承重抗压性强，表面UV固化处理，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；圆弧形无缝设计，清洁无死角；显示器支架后移或侧移，不占用台面空间，保障台面使用空间利用率；（提供台面铝合金压铸一体成型的整机和局部细节实物照片证明）
4	▲防滑挡条	工作台面具有与台面完全压铸一体成型的铝合金防滑挡条，高度 $\geq 24\text{mm}$ ；挡条与台面无缝一体成型，防止物品滑落和漏液侵蚀车体；（提供与台面压铸一体成型的铝合金防滑挡条真机实物照片证明）
5	▲台面把手	工作台面具有与台面完全压铸一体成型的全铝合金把手，把手与台面之间无螺丝固定，颜色材质一致，坚固耐用；把手为圆弧形闭环设计，方便操作推动；（提供与台面压铸一体成型的铝合金把手真机实物照片）
6	▲键盘托	配置与台面把手一体成型的全铝合金键盘托，键盘托向

		上倾斜 $\geq 9^\circ$ ，符合人体工程学设计，操作使用舒适； (提供与台面把手一体成型的铝合金键盘托向上倾斜的真机实物照片证明)
7	▲键盘照明灯	台面下方内嵌 LED 键盘照明灯，支持在光线较弱情况下人体自动感应照明，方便医护人员在黑暗环境下操作使用；(提供真机实物操作演示照片证明)
8	▲鼠标托盘	配置旋转式鼠标托盘，尺寸 $\geq 125\text{mm} \times 120\text{mm}$ ；支持在键盘托左右侧灵活选配，满足不同人群使用习惯，不用时旋转收缩在键盘内侧，不占用空间；(提供鼠标托盘隐藏和转出键盘托的真机实物照片证明)
9	升降立柱	采用航空级铝合金材质升降立柱，承重耐久性能良好，采用气动升降方式，支持 $\geq 300\text{mm}$ 升降；
10	抽屉设计	配置 ≥ 2 层高分子合成树脂材质抽屉，更加轻便，单层抽屉(含抽屉面板及把手)压铸一体成型，颜色材质一致，无任何螺丝固定，无缝清洁无死角； 整个抽屉采用模块化设计，支持徒手快速拆卸更换，便于后期更新维护。
11	底座	采用高强度铝合金压铸一体成型，无缝无拼接，表面采用粉体涂料抑菌处理，耐碰耐刮耐腐蚀；专为医疗定制设计；底座向内弯曲，可有效避免推动时撞脚，方便坐姿使用；
12	脚轮	4个双面超静音医用万向脚轮，四轮八面着地更平稳，2个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控；
13	配件	配置垃圾桶*2，中置物盒*1，配件采用模块化设计，方便维护更换
14	显示器固定支架	显示器固定支架支持单独 $\geq 150\text{mm}$ 升降；支持俯角 $\geq 10^\circ$ ，仰角 $\geq 27^\circ$ 调节；支持横竖屏转换，便于床旁阅片；显示器线缆完全隐藏于显示器固定支架内，无外漏。

15	▲电量显示	显示器固定支架上具备 LED 百分比电量显示灯，方便实时查看电池状态及电量情况；（提供百分比电量显示灯位于显示器固定支架的真机实物照片证明）
16	显示模块	尺寸 ≥ 23.5 ”，最佳分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，内置双扬声器。
17	▲节能模块	车体配置人体感应识别智能节能模块，高效节能，提升推车续航时间。（提供第三方检测机构出具的降低功耗测试报告）
18	*主机	CPU：酷睿 I5 及以上 内存： ≥ 8 GB 内存 固态硬盘：容量 ≥ 256 GB 操作系统：支持 windows 10 专业版及以上 Intel 系列网卡：支持 2.4G/5G Hz Wifi 网络，支持 802.11 b/g/n/ac 以上标准 接口：USB3.0 ≥ 2 个，USB2.0 ≥ 6 个；RJ45 网口 ≥ 1 个，HDMI ≥ 1 个
19	▲硬盘支架	配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定；（提供国家相关部门颁发的硬盘支架硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商）
20	电源线	采用隐藏式伸缩电源线，固定在车体上，防盗失，充电时拉伸充电，方便不同距离充电，不充电时支持自动收缩隐藏于车体中。
21	电池性能	支持 ≥ 8 小时续航时间
22	▲视频宣教	配置节能控制模块，在不接通市电情况下，设备一次充满电后，支持床旁连续播放视频时长 ≥ 15 小时对患者进行健康宣教。（提供第三方检测机构出具的支持连续播放视频时长 ≥ 15 小时的测试报告，委托单位为整车制造商）

23	▲电路保护	配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全；（提供国家有关部门颁发的马达转动控制硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商）
24	▲医疗电源	配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费；（提供国家相关部门颁发的医疗电源硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商）
25	抗菌感控	整车采用粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率 $\geq 99\%$ ，符合 GB/T21866-2008 标准；

2. 远程诊疗车

序号	子项	技术参数要求
1	整车材质	整车采用航空铝合金抗菌材料和 ABS 工程塑料抗菌材质；通过抗菌测试，抗菌率 99.9%，抗菌耐腐蚀，持久耐用；
2	台面设计	显示器支架后移或侧移，不得位于台面，不占用台面面积，保证台面实际使用面积最大化，台面使用部分为完整方形；（提供台面完整方形的整机实物照片和局部细节照片）
3	▲扩展台面	扩展台面尺寸 $\geq 330\text{mm} \times 270\text{mm}$ ，内嵌于台面，采用无把手设计，支持按压弹出，优化台面操作空间；（提供扩展台面隐藏于台面及弹出真机实物照片）
4	把手材质	采用 ABS 材质，抗菌抗压、耐腐蚀，与台面压铸一体成型，不可拆卸；
5	把手设计	把手与台面为 ABS 压铸无缝一体成型，无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为闭环式设计；（提供台面前把手一体化闭环式设计真机实物照片）
6	▲把手方向	把手向下弯曲，符合人体工程学设计，抽出键盘操作时，把手位于键盘托下方，不影响操作视线；（提供前把手向

		下弯曲且位于键盘托下方的整机实物照片和局部细节照片)
7	▲键盘托设计	键盘托完全隐藏嵌入台面内部,使用时可从台面内拉出,拉出后位于把手上方,不影响操作视线;(提供键盘托完全嵌入隐藏台面及拉出真机实物照片)
8	▲显示器固定支架	显示器支架支持 $\geq 15\text{cm}$ 升降;支持横竖屏转换,便于床旁阅片,支持左右各旋转 ≥ 360 度;(提供显示器支架左右各旋转 ≥ 360 度的真机演示照片)
9	▲电量显示	键盘托配置电池电量LED显示灯,可实时显示电池状态及电量;(提供电池电量LED显示灯位于键盘托真机实物照片)
10	立柱结构	配置上宽下窄高强度铝合金升降立柱,预留扩展位置,便于安装抽屉和配件;
11	车体升降	标配气动升降方式,支持台面升降 $\geq 30\text{cm}$;
12	脚轮	4个医用静音双面轮,四轮八面更平稳,其中2个带刹车锁定功能;
13	*显示终端	≥ 2 台显示屏,尺寸 ≥ 21.5 " ,最佳分辨率 $\geq 1920 \times 1080$,内置音箱;
14	*系统配置	CPU: 酷睿 I5 及以上 内存: $\geq 8\text{GB}$ 内存 固态硬盘: 容量 $\geq 256\text{GB}$ 操作系统: 支持 windows 7 专业版及以上 Intel 系列网卡: 支持 2.4G/5G Hz Wifi 网络,支持 802.11 b/g/n/ac 以上标准, 接口: ≥ 4 个 USB;
15	▲硬盘支架	配置防震设计的硬盘支架,固定防护硬盘,适合医护人员高频移动操作设备,保障数据存储安全稳定
16	▲电路保护	配置直流马达转动控制模块,防止过压、过流、欠压、过充、过放,保护电路安全

17	电池性能	支持≥8小时续航时间
18	▲医疗电源	配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费
19	电源线	采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电，固定在车体上，防盗失
20	视频模块连接	支持与医院远程视频模块无缝对接，同时车体可为视频模块供电
21	抗菌感控	车体采用粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%

3. 串口服务器

NPort5110 标准 TCP/IP 接口支持多种操作，接头 DB9 公头，串口标准 RS-232，串口通信：TXD、RXD、RTS。

4. 串口线

1.5 米 RS232 9 孔交叉线

（三）商务要求

1. 合同履行期限：20 个日历日
2. 质保期：至少 3 年
3. 付款条件及方式：验收后付合同金额的 70%，质保 1 年后付 25%，质保期结束后付 5%。
4. 提供售后服务承诺书：是

第四章 评定办法

一、初步评审

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	(1) 提供具备满足本项目的设施设备的证明材料； (2) 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料； (3) 供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 提供近一段时间缴纳税收的凭据； (2) 提供近一段时间缴纳社会保险的凭据；
	参加政府采购活动前三	提供承诺书，格式详见响应文件格式

年内，在经营活动中没有重大违法记录	
法律、行政法规规定的其他条件	(供应商主动自行提供)国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
禁止参加情况	(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。(提供承诺，见响应文件格式)
主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
特定资格条件	符合本文件第一章第二款第(五)条本项目特定资格要求
投标人名称	与营业执照等其他证件一致
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；报价金额不超过采购预算
采购需求	*号条款为废标项，是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、详细评分办法

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	类似项目业绩	6	每提供一个所投产品 2021 年以来的三甲医院业绩案例得 2 分，其它等级医院案例得 1 分，满分 6 分，要求至少提供合同关键页，否则不得分
		免费质保期	5	在采购文件 3 年原厂质保 3 分，承诺 4 年免费质保得 4 分；原厂承诺 5 年及以上免费质保得 5 分。(提供质保承诺并加盖制造商公章)
		售后服务	5	在设备生命周期内(包含免费质保期结束后)，投标人必须在高新院区提供 7*24 小时响应，5 天×8 小时驻场服务，提供至少 1 名驻场工程师，如未按照承诺函执行，我院有权单

		方面解除合同并要求投标人赔偿经济损失，具体金额以合同为准。（提供承诺函，并同时提供驻场工程师近6个月投标单位的社保证明并加盖投标单位公章且具有计算机操作技能证书）
	产品/企业认证	4 投标人所投产品厂家具备 ISO9001、ISO27001 认证证书, 每一项得 1 分; 护理推车整车通过 3C 认证得 2 分, 要求提供认证报告。
技术评审	主要功能/技术参数	30 供应商针对第三章第二部分中功能及商务要求全部满足招标要求的得 30 分。标注“▲”号的功能指标, 每不满足一项扣 2 分, 未标注“▲”号的功能指标, 每不满足一项扣 1 分, 扣完 30 分为止。 备注: 根据供应商磋商响应文件中提供的偏离表(需要证明材料的提供相应承诺函或者证书, 未标明证明材料形式的以偏离表中应答是否偏离为准)是否满足要求进行评分。未按要求制作偏离表及证明材料的不得分。
	项目整体方案设计	10 详细阐述本项目中移动推车整体方案设计: 1. 投标人方案设计体系清晰、对需求把握能力强、架构合理、前瞻性强, 完全响应方案设计要求的, 得 8-10 分; 2. 投标人方案设计体系基本清晰、对需求把握能力较强、架构基本合理、前瞻性较强, 基本响应方案设计要求的, 5-7 得分; 3. 投标人方案设计体系较不清晰、对需求把握能力差、架构缺乏合理性、前瞻性差, 未能完全满足方案设计要求的, 得 2-4 分; 4. 不满足以上方案要求, 描述不清晰的, 得 0-1 分
	实施、培训及售后方案	10 1. 充分理解采购需求, 对项目所采购软件的安装、部署、实施重点、用户和技术人员培训、关键点分析透彻, 对本项目的理解认识度高, 项目进度安排及控制科学、合理、针对性强, 得 8-10 分; 2. 基本理解采购需求, 对项目所采购软件的安装、部署、实施重点、关键点进行了部分的分析, 项目进度安排及控制较科学、合理、针对性较强, 得 5-7 分; 3. 基本理解采购需求, 但没有对项目实施重点、关键点加以分析, 项目进度安排及控制基本符合要求, 针对性一般, 得 2-4 分。 4. 对采购需求的理解有欠缺, 项目进度安排及控制不满足要求的得 0-1 分。
价格评审	30	满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30 注: 报价得分精确到小数点后两位

总分 (100 分)

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	<input type="checkbox"/> 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	<input type="checkbox"/> 其他	

（一）本次采购为磋商采购。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交谈判响应文件，并准备参加谈判。

（二）供应商应当在谈判文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达谈判会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(五) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。

(六) 磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的谈判文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

(七) 实质性响应谈判文件资格要求的供应商按所抽取的谈判顺序，依次与磋商小组分别进行谈判。

(八) 磋商小组将就谈判文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

(九) 磋商小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

(十) 对谈判文件作出实质性变动是谈判或谈判文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

(十一) 磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。

(十二) 响应供应商的报价均超过了采购预算，谈判活动终止。

(十三) 磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

7. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄： 。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真： 电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

- 注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： _____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称)参加贵院组织的_____(项目名称)项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日