



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式： ☒公告； ☐邀请； ☐问卷； ☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☒货物； ☐服务； ☐其他： _____

需求部门： 放射科

项目名称： CT 智能 AI 诊断系统采购项目

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 需求调查公告（代调查问卷）	3
一、 项目概述	3
二、 需求调查活动参与条件	3
三、 报名时间和地点	4
四、 会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。	4
五、 文件获取	4
六、 报名要求	4
七、 其他	4
八、 联系方式	5
九、 发布公告媒介	5
第二章 需求调查须知	6
第三章 采购需求调查内容	7
（一）货物清单	7
（二）技术或服务要求（详细技术要求）	7
（一）、项目总体要求	7
（二）、功能要求	7
（三）、技术要求	12
（三）商务要求	13
第四章 评定办法	15
一、初步评审	15
二、详细评分办法（详细评分表）	16
第五章 响应文件格式	18
格式 1	20
需求调查承诺书	20
格式 2	21
法定代表人授权书	21
格式 3	22
法定代表人身份证明书	22
格式 4	23
报价一览表	23
格式 5	24
格式 6 资格证明文件	25
格式 7 需求响应文件	25
格式 8 其他响应文件	25
格式 9	26
无重大违法记录声明	26
格式 10	27
投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	27

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等各方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2024-YNXQ-0018

（二）项目名称：CT 智能 AI 诊断系统采购项目

（三）项目概述：

1. 项目主要采购内容：拟采购一套成熟的 CT 智能 AI 诊断系统，辅助放射科工作人员进行影像诊断。

2. 项目包含的延申内容：无。

二、需求调查活动参与条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同市场主体，不得参加本项目同一合同项下的需求调查活动。

（三）参与本活动的市场主体，通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

供应商所投产品要有 CT 智能 AI 诊断功能相关著作权证书，著作

权证书无纠纷且在有效期内，并提供证明文件。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2024 年 3 月 22 日 8 时至 2024 年 4 月 7 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间：以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告— 招标信息栏自行下载采购文件。

六、报名要求

欢迎所有市场主体踊跃参加，有意愿参加本调查活动的各方市场主体可联系下方提供的联系方式，并预留参与信息以及联系方式，因故不能参加的应提前告知。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

（二）参与本活动时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人参与本活动，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。

（三）参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

八、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官网 (<https://www.xysdyrmyygw.com>) 上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3.	响应文件装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份（一正四副），无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交；
7.	需求调查方式	主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息，市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
10.	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
11.	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“☒”

第三章 采购需求调查内容

（一）货物清单

序号	采购内容	单位	数量	功能和技 术要求
1	CT 智能 AI 诊断系统	套	1	详见第三 章第（二） 部分

（二）技术或服务要求

1. 项目总体要求

襄阳市第一人民医院 CT 智能 AI 诊断系统建设将采用整体规划、分期建设、逐步实施和上线并持续优化的策略，一方面，要求系统的建设能够满足现有业务及服务的需求，另一方面又能够适应医院不断发展和变化的要求，系统具有良好的可扩展性。

2. 功能要求

2.1 肺结节及随访

功能/性能		具体要求
2.1.1	肺结节 CT 影像辅助检测软件	具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，产品名称必须包含“肺结节 CT 影像辅助检测”字样，需提供证书复印件
(1)	肺结节检出与标识	系统支持自动识别医学 CT 影像中的 4mm 及以上肺结节，并在在最大层面上用矩形框标记。检出敏感性 $\geq 90\%$ ，需提供第三方机构测试或文献证明
(2)	征象检测	系统可自动提取结节多种良恶性表征，包括：分叶、毛刺、空洞、脂肪、胸膜凹陷、空泡、钙化、血管集束、充气支气管、棘状突起

(3)	密度判断	系统可以自动判断出结节性质信息（实性、部分实性、磨玻璃、钙化）
(4)	实性成分分析	对于部分实性结节，提供实性占比，自动测量和展示实性成分的长径值、体积值，在局部放大图中显示实性成分轮廓标记和长径标记
★ (5)	良恶性预测准确率	肺结节良恶性预测准确率在外部独立验证集的准确率不低于 70%，需提供影响因素 10.0 以上的文献证明
★ (6)	良恶性预测 AUC 曲线性能	肺结节良恶性预测 AUC 曲线下面积在外部独立验证集不低于 70%，需提供影响因素 10.0 以上的文献证明
(7)	检查所见	自动生成检查所见文本描述，文本可编辑、可复制
(8)	MPR 显示	支持进行 MPR 视图与横断位视图的切换
(9)	归档 PACS	支持手动选择结节，将所选结节信息归档到 PACS
(10)	结节编辑	支持医生对结节进行添加、删除及编辑，及一键恢复 AI 计算结果
(11)	靶重建数据计算	在支持平扫胸部 CT 计算的同时，支持对靶重建 CT 数据的计算
(12)	肺转移结节预测	系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看
(13)	局部 VR 重建	系统提供结节与血管、胸膜等肺部结构 VR 重建的彩色渲染图，便于观察结节是否发生了血管侵犯或胸膜侵犯
(14)	多窗口布局阅片	系统支持几种多窗口布局阅片方式，方便医生选择多个序列在同一界面对比查看
(15)	结节整体风险评估	提供 6mm 以上的结节辅助诊断分析列表，列表包含结节的良恶性预测概率、基于 Lungrads 指南的等级评估、基于 Lungrads 指南的随访建议
2.1.2	胸部 CT 影像处理软件	提供具备随访功能产品的中华人民共和国医疗器械注册证（不包括具备随访功能的肺炎辅助分诊软件）
(1)	同屏对比显示	根据患者 patient ID 自动匹配两次检查，可同屏显示 2 次不同时间的检查图像
(2)	自动配准	多时间点数据智能配准(适配不同协议、不同层厚、不同体位的 CT 图像)，对应结节智能跟踪匹配，显示匹配结节、新增、消失结节。配准准确性>90%，需提

		供相关文献证明
★（3）	病灶成分与组学特征对比	通过直方图提供结节不同成分对比分析，同时提供不同成分的体积占比、质量占比对比分析、多维 CT 组学特征值对比分析，支持结节征象对比分析
★（4）	配准性能	肺叶配准后平均 Dice 值高于 90%，随访关联病灶配准后距离小于 3.0mm，提供第三方检测报告或文献证明

2.2 骨折

功能/性能		具体要求
（1）	中华人民共和国医疗器械注册证	具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“骨折 CT 影像辅助检测”字样，需提供证书复印件并加盖公章
★（2）	骨折检出率算法性能	经临床验证，病人层面骨折检测敏感度提高 20%以上，肋骨层面骨折检测敏感度提高 20%以上，病灶层面骨折检测敏感度提高 20%以上，提供第三方检测报告或文献证明
（3）	肋骨骨折检测	支持多种类型肋骨骨折的检测
（4）	脊椎骨折检测	支持多种类型脊椎骨折的检测
（5）	胸廓骨（锁骨、肩胛骨、胸骨）骨折检测	支持胸廓骨（锁骨、肩胛骨、胸骨）骨折的检测
（6）	骨折局部动态展示	提供骨折的局部动态横断位图像和局部动态 MIP 图
（7）	MPR 最佳视角	可自动跳转到骨折的 MPR 最佳视角
（8）	VRT 三维重建	VRT 三维重建，可进行任意角度旋转，可单独分割出左/右肋骨、椎骨、左/右锁骨、左/右肩胛骨、胸骨，可自定义不同部位的不同显示组合
（9）	多发骨折高危提醒	列表区若某根肋骨出现多处骨折，则出现高危提醒标志
（10）	MIP 三维重建	MIP 三维重建，并支持三视图层厚调节
（11）	影像所见文字	自动生成多种模板影像所见描述文字，可以复制到诊断报告中
（12）	图像归档 PACS	可将自动生成的病灶标记的图像和手动保存的图像回传到 PACS
（13）	图文报告	依据确认后的检测结果，自动生成图文报告，支持一键导出与打印

2.3 冠脉

功能/性能		具体要求
2.3.1	冠脉分析	准备软件现场备查。

(1)	并发显示	支持多人同时在线浏览，≥5 并发。
(2)	心脏自动提取	可对心脏自动分割，提供全面完整的形态学信息。
(3)	冠脉自动分割	可自动分割冠脉。
(4)	完全闭塞血管自动重建	能识别出完全闭塞的血管，并重建出 VR 图、CPR 图、SCPR 图。
(5)	MIP 重建及显示	支持冠脉树的 MIP 重建与显示，支持冠脉树左冠 MIP 和右冠 MIP 分开重建及显示，且支持任意角度旋转。
★ (6)	右位心重建	支持一键右位心重建，并支持一键切换回左位心结果。
(7)	自动检出起源和优势型	支持冠脉起源和优势型检出，并支持用户手动修改。
(8)	自动检出斑块	可自动识别血管内斑块。
(9)	自动识别支架	可自动识别支架，并支持用户对支架内是否再狭窄进行选择。
(10)	自动识别心肌桥	可自动识别心肌桥，自动输出心肌桥深度和壁冠状动脉长度，同时支持用户对浅表和纵深型心肌桥进行标记。
(11)	冠周脂肪 FAI 值	智能计算 RCA、LAD、LCX 血管周围脂肪密度 FAI 值。
(12)	结构化报告	根据国际 SCCT 指南，自动生成结构化报告。
(13)	AI 重置	支持一键重置到 AI 初始结果。
(14)	中华人民共和国医疗器械注册证	提供中华人民共和国医疗器械注册证。
★ (15)	完全闭塞血管自动重建性能	完全闭塞血管自动分割和重建成功率不低于 95%，平均后处理时间不超过 130 秒，需提供影响因子 20.0 以上的文献证明
★ (16)	冠脉狭窄检测性能	冠脉狭窄检测算法敏感度高于 90%，需提供第三方机构测试或文献证明

2.4 头颈

功能/性能		具体要求
2.4.1	头颈血管 CT 造影影像辅助诊断软件	提供具备头颈 CTA 数据的三维可视化重建功能的医疗器械注册证
(1)	带骨 VR 显示	进行头颈血管的带骨 VR 重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转
(2)	变异自动检出	自动检出主动脉弓起源变异、椎动脉变异、Willis 环变异
(3)	中心线轨迹编辑	支持在 CPR 图中在线编辑血管中心线轨迹

(4)	在线生长血管	支持通过在横断位断层图打点的方式在线生长血管
★ (5)	4D CTA VR 动态显示	对多期相 CTA 数据的动、静脉血管进行 VR 动态显示
(6)	斑块自动检出	自动检出头颈动脉斑块，并提供斑块位置和斑块类别
(7)	狭窄量化	自动检出头颈动脉狭窄，并给出狭窄位置、直径狭窄率和狭窄程度
★ (8)	动脉瘤与非动脉瘤分类	AUC $\geq 90\%$ ，准确率 $\geq 90\%$ ，敏感性 $\geq 90\%$ ，特异性 $\geq 90\%$ 提供第三方检测报告或论文证明
(9)	动脉瘤量化	提供六大动脉瘤形态学参数
(10)	重置 AI	支持一键清除人工修改，恢复至初始的 AI 结果
(11)	文本报告	根据检出结果自动生成文本报告，报告支持复制、归档和打印
(12)	图像归档	支持将自动保存的图像和手动保存的图像发送至 PACS
(13)	胶片打印	可连接胶片打印机，支持打印黑白或彩色胶片

2.5 乳腺

功能/性能		具体要求
(1)	医疗器械注册证	提供中华人民共和国医疗器械注册证，提供注册证复印件
★ (2)	图像浏览	支持悬挂协议显示乳腺 X 光影像，并提供 5 种挂片方式，支持用户快捷键切换
(3)	跨体位映射	支持手动跨体位定位，根据用户在 LCC (LMLO) 选择的感兴趣区域，在对应体位 LMLO (LCC) 上绘制定位曲线，RCC 与 RMLO 的场景类似
(4)	乳腺腺体评估	自动分左乳和右乳评估乳腺腺体密度，支持手动修改
(5)	可疑病灶检测	自动完成在乳腺 X 线影像上对乳房内的可疑钙化、肿块和结构扭曲的检测，支持手动修改
(6)	可疑病灶定位	自动判断乳腺 X 线影像上可疑钙化、肿块和结构扭曲所处乳房内的象限、钟面、特殊位置以及深度，支持手动修改
(7)	可疑病灶 BI-RADS 分类	根据 BI-RADS 指南，自动识别可疑病灶的 BI-RADS 分类，并支持手动修改
(8)	影像所见报告	按照最新版 BI-RADS 指南，根据软件检测结果，自动生成规范的乳腺 X 线影像所见报告（包括腺体类型、乳腺内病灶、

		乳腺外伴随征象和良性钙化)
★ (9)	处理建议	提供单侧乳腺维度和病灶维度的处理建议模板，可进行选择（单侧乳腺维度：以单侧乳腺中 BI-RADS 分类最高的病灶的 BI-RADS 为基础，生成对该侧乳腺的随访和检查建议；病灶维度：生成每个可疑病灶的随访和检查建议）
(10)	报告复制	用户可一键复制文字内容到诊断报告里

3. 技术要求

3.1. 数据集成和业务整合

支持并实现多院区模式。并需要和我院及各级卫生健康政府部门各系统进行集成和数据共享，需对接的系统包括但不限于我院一级社区卫生院、二级院区和三级院区的 HIS、电子病历、财务系统、物资管理系统、体检系统、移动护理系统、绩效管理系统、重症管理系统、CA、LIS、PACS、医院 APP 或微信公众号、信息集成平台、各级区域信息平台等，同时需满足智慧医院、互联互通四甲、电子病历五级、HRP 等的建设要求。

3.2. 国产化改造

系统需支持在国产化操作系统、数据库等底层技术上开发运行，或者未来免费配合我院进行国产化升级改造。

3.3. 兼容性

系统必须支持 win7、win10 及 win11 等操作系统。B/S 架构的客户端必须兼容 IE 和 edge 浏览器。

3.4. 开放性

乙方需承诺开放功能性源代码及表结构给我院。

3.5. 第三方接口询价

请结合其它医院情况，将本次实施人工智能 AI 影像辅助检测软件需要对接的第三方系统及其接口费进行报价，作为我院综合参考，不计入系统报价内。

3.6. 安全与培训

系统验收前，乙方必须按照甲方给出的网络安全评估报告修复安全漏洞。在系统免费质保期结束前，乙方须完成对甲方工程师针对系统维护的培训，确保甲方工程师掌握系统运维的基本知识，并能完成系统运维的常规工作；如甲方工程师发生更换，乙方须按甲方要求，在甲方使用乙方系统期间，提供对接替工程师的维护培训。上述针对甲方工程师的培训，均须有书面记录，并在培训完毕后递交信息中心。

（三）商务要求

1. 购买该系统后，根据医院的使用要求，不限制影像设备的连接数量，不限制客户端的点位数量。保修期内，免费连接新增加的设备与客户端。

2. 质保期：至少三年

3. 服务要求：在质保期结束后，由甲方工程师对系统运行进行常规运维，乙方不得向甲方收取相关系统运行维护费用；若出现重大事故或 BUG 而影响临床业务，在甲方工程师解决不了的情况下，乙方需按甲方要求第一时间予以解决，然后按阶段友好协商商务事宜；并且质保期满后乙方不得以甲方不支付系统运行维护费为由，停止甲

方使用该系统，否则甲方可单方面追究乙方责任。

4. 合同履行期限：2 个月

5. 付款条件及方式：验收后付 70%，验收半年后付 25%，质保期结束后付 5%。

6. 提供售后服务承诺书：是

第四章 评定办法

一、初步评审

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	(1) 提供具备满足本项目的设施设备的证明材料； (2) 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料； (3) 供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 提供近一段时间缴纳税收的凭据； (2) 提供近一段时间缴纳社会保险的凭据；
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书，格式详见响应文件格式
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
	特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
	投标人名称	与营业执照等其他证件一致
	签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
	投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
	投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；报价金额不超过采购预算
	采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
	其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、详细评分办法（详细评分表）

序号	评审内容	评审项目	分值	评分细则
1	报价 (30%)	报价	30	以通过资格性审查符合性审查,实质性响应采购文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价(须未超过采购预算或最高限价(如有),其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100(价格权值为30%)
2	商务 (15%)	项目业绩	10	供应商所投产品生产厂商每提供一个2019年3月1日以来三甲医院业绩案例得2分,其它医疗机构得1分,最高10分。要求同时提供合同关键页及验收报告,否则不得分。
3		免费质保期	5	承诺免费维保3年得3分,4年得4分,5年及以上得5分。
4	技术 (55%)	功能满足	30	投标文件第三章中第二、三部分中功能及商务要求全部满足招标要求的得30分。标注“★”号的功能指标,每不满足一项扣2分,未标注“★”号的功能指标,每不满足一项扣1分,扣完30分为止。根据投标单位磋商响应文件中提供的偏离表(每条参数需要提供对应的证明材料或带制造商logo的产品功能截图证明)是否满足进行评分。未按要求制作偏离表及证明材料的不得分。
5		产品/企业/人员认证	6	供应商所投产品生产厂商提供以下相关证书: 1. ISO20000 信息技术服务管理体系证书 2. ISO27001 信息安全管理证书 3. ISO9001 质量管理体系认证证书 4. 实施人员具备PMP项目管理证书 5. 产品具备国产操作系统、数据库、硬件任一方改造兼容相关证明 6. 软件成熟度CMMI三级及以上证书 以上证书每有1个得1分。
6		业务需求满足度	5	对应需求书中每个子功能模块,考核供应商所投产品的生产企业是否具有相关专利证明或软件著作权用于肺结节影像、骨折影像、冠脉影像、头部影像、乳腺影像的建设,供应商所投产品的生产企业每有一个子功能模块相关专利证明或软件著作权得1分,本项最高5分。 注:需提供认证证书复印件等相关证明材料,所有资料需盖公章。不提供不得分。

7		项目整体设计方案	8	根据供应商所提供系统设计方案的先进性、实用性、易使用性，系统建设的质量保证措施和服务承诺情况，以及本次建设系统与襄阳市第一人民医院原有影像系统是否可以数据进行交互等进行评审： 1. 供应商对采购人要求基本理解、整体项目实施方案（包括项目系统实施的进度计划及控制、项目质量管理体系等）、对具体方案设计合理性优秀，投标人提供软件和硬件的兼容性高，得 6-8 分。 2. 供应商对采购人要求基本理解、整体项目实施方案（包括项目系统实施的进度计划及控制、项目质量管理体系等）、对具体方案设计合理性较好，投标人提供软件和硬件的兼容性一般，得 4-5 分。 3. 供应商对采购人要求理解一般、整体项目实施方案（包括项目实施的进度计划及控制、项目质量管理体系等）、对具体方案设计合理性一般，投标人提供软件和硬件的兼容性低，得 2-3 分。 4. 供应商对采购人要求理解较差、整体项目实施方案（包括项目实施的进度计划及控制、项目质量管理体系等）、对具体方案设计合理性差，投标人提供软件和硬件的兼容性低，得 0-1 分。
8		售后服务	6	对投标人提供的维护（售后）服务方案进行评议，包括但不限于维护方案、维护方式、应急处理措施、技术支持措施、维护（售后）服务保障能力、技术条件、售后服务便利性等方面： 1. 投标人具有完善具体的售后服务方案，各部分售后服务方案详尽，内容合理科学、可行性高，售后服务便利、响应时间短，得 5-6 分； 2. 投标人具有具体的售后服务方案，各部分售后服务方案较为详尽，内容合理、可行性较高，售后服务较便利、响应时间较短，得 3-4 分； 3. 投标人售后服务方案详细程度一般，各部分售后服务方案详尽程度一般，内容合理性一般、可行性一般，售后服务便利程度一般，得 0-2 分；
合计			100	投标人得分合计

第五章 响应文件格式

正本/副本

需求调查
响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： （盖章）

供应商法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位或个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第__包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权代表签字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、 本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、 如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
服务期	
项目负责人	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间：年月日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：_____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，需求调查问卷内容进行说明

格式 8 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的 _____(项目名称) 项目(项目编号： _____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）： _____

日期： _____年_____月_____日