



襄阳市第一人民医院  
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL  
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院  
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

## 襄阳市第一人民医院

# 采购项目需求调查

调查方式：公告；邀请；问卷；其他：\_\_\_\_\_

项目类型：工程；货物；服务；其他：\_\_\_\_\_

需求部门：东津区

项目名称：东津区采购护理单元病床、车

项目编号：

发布日期：            年        月        日

其他：

# 目 录

第一章 需求调查公告（代调查问卷） .....	3
一、 项目概述 .....	3
二、 需求调查活动参与条件 .....	3
三、 报名时间和地点 .....	3
四、 会议时间 .....	3
五、 文件获取 .....	4
六、 其他 .....	4
七、 联系方式 .....	4
八、 发布公告媒介 .....	4
第二章 需求调查须知 .....	5
第三章 采购需求调查内容 .....	6
（一） 拟采购项目概况 .....	6
（二） 拟采购货物、服务、工程清单 .....	6
（三） 拟设置的技术要求（如有） .....	6
（四） 拟设置的其他要求 .....	6
（五） 需求调查问卷 .....	13
（六） 拟设置的评分办法 .....	14
第四章 响应文件格式 .....	15
格式 1 .....	17
需求调查承诺书 .....	17
格式 2 .....	18
报价一览表 .....	18
格式 3 .....	19
格式 4 资格证明文件 .....	20
格式 5 需求响应文件 .....	20
格式 6 其他响应文件 .....	20

# 第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等的一方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

## 一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2024-YNXQ-0021

（二）项目名称：东津区采购护理单元病床、车

（三）项目概述：东津区采购准病床 500 张、电动病床 48 张、护理车 8 个、治疗车 32 个、急救药品车 8 个、病历夹车 8 个，本项目采用需求调查的方式实施采购活动。

## 二、需求调查活动参与条件

为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

## 三、报名时间和地点

（一）报名时间：2024 年 3 月 29 日 8 时至 2024 年 4 月 12 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

## 四、会议时间

以招标采购办电话通知时间为准。

## 五、文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网 (<https://www.xysdyrmyygw.com>) 招标公告— 招标信息栏 **自行下载采购文件**。

## 六、其他

(一) 供应商在接到会议通知后提供响应内容五份，无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

(二) 参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

## 七、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

## 八、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官网 (<https://www.xysdyrmyygw.com>) 上发布，信息以本网站发布为准。

## 第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3.	响应文件装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份，无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	需求调查方式	主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。 注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息，市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。
7.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
8.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
9.	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有

注：表格中“☑”

## 第三章 采购需求调查内容

### (一) 拟采购项目概况

东津区采购准病床 500 张、电动病床 48 张、护理车 8 个、治疗车 32 个、急救药品车 8 个、病历夹车 8 个,本项目采用需求调查的方式实施采购活动。

### (二) 拟采购货物、服务、工程清单

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	标准病床	张	500	
2	普通电动病床	张	48	
3	护理车	个	8	
4	治疗车	个	32	
5	急救药品车	个	8	
6	病历夹车	个	8	

### (三) 拟设置的技术要求 (如有)

#### 1. 手动病床

(1) 规格: 长 $\geq 2150\text{mm}$  整床最宽处 $\geq 940\text{mm}$  高 $\geq 500\text{mm}$

(2) 床框材料:  $\geq 30 \times 70\text{mm}$  矩形钢管, 管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。(提供矩型钢管材质证明书)

(3) 床面材料: 床板采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$  冷轧钢板 (4 块) 整体模具拉伸成凹面板, 带透气孔, 四角为整角, 无焊点。(提供实物图片证明)

(4) 床腿材料: 采用 $\geq 50 \times 50 \times 1.5\text{mm}$  矩形钢管(提供矩型钢管材质证明书)

(5) 升起角度: 背部  $0^\circ \sim 65^\circ \pm 5^\circ$ , 膝部可在  $0^\circ \sim$

45° ±5° 范围内升降。

(6) 床体载重 ≥220kg

(7) 床体喷塑工艺：床体的表面采用静电喷塑处理，处理前要求除油、酸洗、二度磷化处理，图层表面亮丽光洁（提供静电喷涂工艺规范和喷塑流水线现场照片）。喷塑表面抗菌、符合环保要求（提供抗菌粉末涂料检测报告）

(8) 床体焊接工艺：整床金属部件施以机器人自动焊接工艺。（提供制造商机器人焊接现场照片及购置焊接机器人发票真彩扫描件）

(9) 床头尾板：采用 ABS 强化塑胶一次注塑成型，直插式加厚床头尾板带暗锁装置，可拆卸，并兼作 CPR 功能。弧线型设计，床体四角配防撞包角，尾板外侧有病人信息卡插槽。床头设有开关自动锁定装置（提供自锁装置细节图片），防止转运病人过程中松脱。ABS 原料为环保材料。（ABS 原料为环保材料,提供制造商出具的 ABS 床头尾板重金属检测报告真彩扫描件）

(10) 铝合金折叠护栏：铝合金侧伏式护栏，可收缩平放，；单式按键快速定位保险开关，铁铸件制作，U 型钢制上下座，内嵌塑料件，坚固耐用，且具有防夹手功能。（提供制造商出具的铝合金护栏重金属检测报告真彩扫描件）

(11) 脚轮 选用 φ125mm 中控万向轮，一脚踩刹,静音耐磨，通过谱尼测试（PONY）（提供制造商出具的脚轮测试报告真彩扫描件）

(12) 附件要求 配杂物架，置于床头下。输液架插孔、引流袋挂钩 4 个。配一块 ABS 活动伸缩餐板、输液杆 1 支。

(13) 配套床垫：与病床尺寸配套，厚度 $\geq 80\text{mm}$ 。内褥为 $\geq 30\text{mm}$  厚机压椰棕+ $\geq 50\text{mm}$  厚高密度海绵。外套防水布，带拉链，可拆洗，两侧有透气孔。（原材料选用棕和海绵为环保材料,提供制造商海绵和棕纤维原料检测报告及床垫甲醛含量测试报告真彩扫描件）

(14) 床头柜：规格： $\geq 480 \times 470 \times 760\text{mm}$ ；材料：采用全 ABS 材料，防潮防水（ABS 原料为环保材料,提供制造商出具的床头柜重金属检测报告扫描件）；结构：三层式结构,配备托物板、抽屉、柜门。柜体两侧有隐藏式毛巾挂架、杂物挂钩。可承受 $\geq 50\text{kg}$  压力。

(15) 提供市级检测机构出具手动病床的整床检验报告真彩扫描打印件。

## 2. 电动病床

(1) 规格：长 $\geq 2150\text{mm}$  ，整床最宽处 $\geq 940\text{mm}$  ，高(500-700)mm

(2) 床框材料： $\geq 30\text{mm} \times 70\text{mm}$  矩形钢管，管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$

(3) 床面材料：床板采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$  冷轧钢板（4 块）整体模具拉伸成凹面板，带透气孔，四角为整角，无焊点。（提供实物图片证明，提供冷轧钢板材质证明书）



(4) 床腿材料：采用 $\geq 50 \times 50 \times 1.5\text{mm}$  矩形钢管(提供矩型钢管材质证明书)

(5) 升起角度： 背部  $0^\circ \sim 65^\circ \pm 5^\circ$  ， 膝部可在  $0^\circ \sim 45^\circ \pm 5^\circ$  ， 上下升降 500~700mm 范围内升降。

(6) 体载重 $\geq 220\text{kg}$

(7) 床体喷塑工艺 床体的表面采用静电喷塑处理，处理前要求除油、酸洗、二度磷化处理（提供静电喷工艺规范和喷塑流水线现场照片）。喷塑表面抗菌、符合环保要求（提供抗菌粉末涂料检测报告）

(8) 床体焊接工艺 整床金属部件施以机器人自动焊接工艺。  
(提供制造商机器人焊接现场照片及购置焊接机器人发票真彩扫描件)

(9) 电机：装有 $\geq$ 三个安全电压电机，采用医用标准 4500N 的电动推杆。使用电源：220V50Hz，工作电压：24VDC，防进液等级：IPX4。控制盒系统稳定性强，通过手控器实现各个功能，配有蓄电池；床体两侧配有手动 CPR 功能，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复到水平状态。

(10) ABS 床头尾板 挂式加厚床头尾板,采用 ABS 强化塑胶一次注塑成型，弧线型设计，床体四角配防撞轮，尾板外侧有病人信息卡插槽。可拆卸，并兼作 CPR 功能。（ABS 原料为环保材料,提供制造商出具的 ABS 床头尾板重金属检测报告真彩扫描件）

(11) PP 四护栏 长短组合阻尼式升降护栏，以 PP 材料模具成

型，气弹簧辅助上下升降，上、下锁定位。头部护栏与腿部护栏间隙 $\leq 200\text{mm}$ ；护栏两侧带有角度显示器，可实时显示背部床板抬升角度。

(12) 脚轮：选用中控万向轮，一脚踩刹，静音耐磨；踏板采用高分子材料，中心制动装置。通过谱尼测试（PONY）(提供制造商出具的脚轮测试报告真彩扫描件)

(13) 附件要求 配杂物架，置于床头下。输液架插孔、引流袋挂钩 4 个

(14) 配套床垫：与病床尺寸配套，厚度 $\geq 80\text{mm}$ 。内褥为 $\geq 30\text{mm}$ 厚机压椰棕+ $\geq 50\text{mm}$ 厚高密度海绵。外套防水布，带拉链，可拆洗，两侧有透气孔。（原材料选用棕和海绵为环保材料,提供制造商海绵和棕纤维原料检测报告及床垫甲醛含量测试报告真彩扫描件）

(15) 提供市级检测机构出具电动病床的整床检验报告真彩扫描打印件

### 3. 护理车

(1) 规格 $\geq 1005 \times 540 \times 936\text{mm}$

(2) 材料：车体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度 1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；

(3) 配置：右侧配一只污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏，易清洗；左侧车体采用三层台板、一只抽屉；车体四周安装有防

撞装置。

(4) 脚轮要求：万向静音轮，其中 2 只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

#### 4.治疗车

(1) 规格 $\geq 760 \times 480 \times 930\text{mm}$

(2) 材料：整车主要由 ABS 工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重。ABS 注塑成型一体化台面，台面、护栏、扶手一体化，使物品不易滑落、易推拉。台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。

(3) 配置：车体带中控锁，推车正面配两层中抽屉，三折静音轨道。抽屉配有 3\*3 分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为粉色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。

(4) 推车左侧配有一个杂物盒，推车右侧配一个 2L 圆桶锐器盒，2 个 ABS 污物桶。

(5) 脚轮要求：万向静音轮四只，可在任意情况下使用刹车功能，脚轮具有防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

#### 5.急救车

(1) 规格 $\geq 850 \times 520 \times 960\text{mm}$

(2) 材料：整车主要由 ABS 工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝

合金四柱承重。台面 ABS 注塑工艺成型，凹陷设计，台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。304 不锈钢三面围栏，防止医务人员误操作 药品掉落。

(3) 配置：车左前上方配有一次性锁，右前上方配有双锁舌防滑出锁定机构。配置有五层抽屉，ABS 抽屉面板带标示牌，标示抽屉物品。抽屉配有 3\*3 分隔片，可自由搭配；抽屉可随时拆装，导轨采用三节式滚珠静音导轨。

(4) 推车左侧：配有 1 个 ABS 物料盒，副工作台，除颤台。推车右侧：配有 1 个锐器盒，2 个 ABS 污物桶，伸缩输液杆 1 套，后车：配有氧气瓶支架 1 个，复苏板 1 个，220V 电源/线插座 1 套。

(5) 脚轮要求：万向静音轮四只，可在任意情况下使用刹车功能，脚轮具有防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

## 6.病历夹车

(1) 规格 60 格、50 格

(2) 材料：车体由 ABS 工程塑料、塑钢组成；病历车台面为 ABS 材质，耐磨、易清洁，塑钢四柱承重；正面：双排 60、50 格病历夹隔层。两个抽屉，三折静音金属导轨抽拉自如；有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；配有安全锁以确保病历夹资料安全。

(3) 脚轮要求：万向静音轮，其中 2 只带刹车功能，脚轮材料为

高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

#### (四) 拟设置的其他要求

详见技术、服务要求说明

#### (五) 需求调查问卷

##### 1、产业发展情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的产业现状，如产业规模，整体水平，制造情况、服务情况、人员情况等整个行业的宏观状态或代表情况）

##### 2、市场供给情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给采购人的某种货物、服务、工程的总量情况）

##### 3、同类采购项目历史成交信息：

主要要求提供其他同类型采购人（如医院）等机构的采购案例：

下列数据请各供应商认真据实填写，其他行业可续表另做说明

序号	业主单位	医院等级(或其他行业)	主要标的名称	主要标的型号	主要标的单价	合同总价
1						
2						
3						
4						
...						

##### 4、其他认为应当说明的情况：

供应商可以根据自身的服务、业绩、等各方面特点和优势提出需求解决方案、服务思路供采购人参考，内容不限。

## (六) 拟设置的评分办法

内容	评审因素	分值	评审标准
评分办法	市场占有率	10	1. 品牌知名度低，无三甲医院使用（0-3分） 2. 品牌知名度一般，有三甲医院使用（4-6分） 3. 品牌知名度高，有较多家三甲医院使用（7-10分）
	技术符合性及先进性	30	1. 技术符合性低且核心功能不具备，产品质量、配置不具有优势（0-10分） 2. 技术符合性一般且满足核心技术要求，产品质量、配置具有可操作性（11-20分） 3. 技术符合性高且完全满足核心技术要求，产品质量、配置具有先进性（21-30分）
	售后服务	10	对产品的保修年限、维修保养的及时性、易损件的供应价格、是否有退换货渠道、维修备品等情况进行综合评价
	临床评价	10	1. 临床科室评价低，不能满足临床使用需求（0-3分） 2. 临床科室评价一般，部分满足临床使用需求（4-6分） 3. 临床科室评价高，完全满足临床使用需求（7-10分）
	报价合理性	40	1. 设备、耗材、配件等报价不合理，明显高于或低于市场价（0-10分） 2. 设备、耗材、配件等报价较合理，没有明显高于或低于市场价（11-30分） 3. 设备、耗材、配件等报价合理且性价比高（31-40分）

## 第四章 响应文件格式

### 需求调查

# 响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： \_\_\_\_\_（盖章）

供应商法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 需求调查承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 资格证明文件（含产品授权、注册证、生产许可证等）
7) 需求响应文件
8) 售后服务承诺（含保修期，响应时间等）
9) 设备彩页
10) 耗材目录、来源及参考价格（没有耗材的可不做说明）
11) 供应商认为需要提交的其他文件



格式 1

**需求调查承诺书**

**襄阳市第一人民医院：**

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第\_\_包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件5。

**并进行如下承诺声明：**

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：





#### **格式 4 资格证明文件**

格式自拟

#### **格式 5 需求响应文件**

根据第三章采购需求调查内容，技术响应文件，需求调查问卷内容进行说明

#### **格式 6 其他响应文件**

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。