



襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

采购项目需求调查

调查方式：公告；邀请；问卷；其他：_____

项目类型：工程；货物；服务；其他：_____

需求部门：东津院区超声科

项目名称：东津院区超声科采购超声诊断仪

项目编号：

发布日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 需求调查公告（代调查问卷）	3
一、 项目概述	3
二、 需求调查活动参与条件	3
三、 报名时间和地点	3
四、 会议时间	3
五、 文件获取	3
六、 其他	4
七、 联系方式	4
八、 发布公告媒介	4
第二章 需求调查须知	5
第三章 采购需求调查内容	6
（一） 拟采购项目概况	6
（二） 拟采购货物、服务、工程清单	6
（三） 拟设置的技术要求（如有）	6
（四） 拟设置的其他要求	7
（五） 需求调查问卷	9
（六） 拟设置的评分办法	11
第四章 响应文件格式	12
格式 1	14
需求调查承诺书	14
格式 2	15
报价一览表	15
格式 3	16
格式 4 资格证明文件	17
格式 5 需求响应文件	17
格式 6 其他响应文件	17

第一章 需求调查公告（代调查问卷）

襄阳市第一人民医院拟对以下项目实施采购，现需对本项目的采购需求面向各方市场主体开展需求调查，欢迎能够满足需求、提供优质货物、服务等的一方主体踊跃参加，为我院高质量采购提供协助。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2024-YNXQ-0031

（二）项目名称：东津院区超声科采购超声诊断仪。

（三）项目概述：东津院区超声科采购超声诊断仪 3 台（全身机、心脏机、便携机各 1 台。），本项目采用需求调查的方式实施采购活动。

二、需求调查活动参与条件

为保证需求调查结论合理可靠，参与本需求调查活动的各市场主体应能够满足本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2024 年 7 月 26 日 8 时至 2024 年 8 月 8 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院招标采购办（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、会议时间

以招标采购办电话通知时间为准。

五、文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网

(<https://www.xysdyrmyygw.com>)招标公告— 招标信息栏 **自行下载**
采购文件。

六、其他

(一) 供应商在接到会议通知后提供响应内容五份，无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。

(二) 参与本活动的各方市场主体，可按需提供样品或有关项目的其他材料。

七、联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

八、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院官网

(<https://www.xysdyrmyygw.com>)上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 需求调查须知

供应商应按照本须知要求进行响应，以便院方提升采购质量

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	市场主体	符合本文件公告规定的需求调查活动参与条件
3.	响应文件装订要求	供应商在接到会议通知后提供响应内容五份，无需密封。封面应注明项目名称、项目编号、包号、参加的市场主体名称，并加盖公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	需求调查方式	<p>主要内容：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。旨在了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。</p> <p>参与主体：需求调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。</p> <p>注意事项：参与本调查活动的各方市场主体应诚实诚信、务实合作，向采购人提供依据充分、合理可信的价格、技术、商务等信息，市场主体如提供不实信息采购人可以拒绝响应文件，并且有权拒绝该主体参加未来的需求调查活动。</p>
7.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
8.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
9.	解释权	本文件解释权归襄阳市第一人民医院所有

注：表格中“☑”

第三章 采购需求调查内容

（一）拟采购项目概况

东津院区超声科采购超声诊断仪 3 台，本项目采用需求调查的方式实施采购活动。

（二）拟采购货物、服务、工程清单

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	超声诊断仪	台	3	全身机、心脏机、便携机各 1 台。

（三）拟设置的技术要求（如有）

1. 全身机技术要求

投标设备要求	主要用于腹部、小器官、妇产科、心脏、血管等方面的临床超声诊断和科研、教学工作，具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。				
	投标设备必须为各厂家全身机最高档次机型。				
	投标设备要求为 2022 年以后推出最新机型（以 CFDA 注册证书为准），并具备持续升级能力。				
探头配置	硬件要求	主要用途	特殊功能要求	软件配置	计划开展业务
凸阵探头	单晶体探头、全域聚焦、微血管显像技术	用于成人和小儿腹部腹部、产科、妇科，支持二维、彩色、M 型、PW、组织谐波等功能。	常规超声造影 显微造影 弹性成像	造影分析软件 显微造影分析软件 弹性成像分析软件	腹部脏器显微造影
线阵探头	单晶体探头、全域聚焦、微血管显像技术、可兼顾浅表器官和血管超声检查要求	用于甲乳、肌骨、外周血管等二维浅表线阵探头。	常规超声造影 显微造影 弹性成像	造影分析软件 显微造影分析软件 弹性成像分析软件	甲状腺、乳腺显微造影

相控阵探头	单晶体探头、全域聚焦、具有良好的时间及空间分辨率	用于成人经胸超声心动图的扇扩探头。 支持二维、彩色、M型、PW、CW、组织谐波、组织多普勒成像等功能；支持图像智能旋转。	无	心脏功能专用测量及分析，包括Simpson法测量EF、CW、TDI、Tei指数分析等	常规心脏超声
腔内探头	单晶体探头、全域聚焦、具有良好的时间及空间分辨率	用于经阴道妇科超声的腔内探头。 支持二维、彩色、PW、CW、能量多普勒等功能。	超声造影弹性成像	造影分析软件 弹性成像分析软件	常规妇科超声及造影

2. 心脏机技术要求

投标设备要求	主要用于心脏、血管、腹部、小器官、妇产科等方面的临床超声诊断和科研、教学工作，具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。				
	投标设备必须为各厂家心脏专业的最高档次机型。				
	2022年以后推出最新机型（以CFDA注册证书为准），并具备持续升级能力。				
探头配置	硬件要求	主要用途	特殊功能要求	软件配置	计划开展业务
凸阵探头	单晶体探头、全域聚焦、微血管显像技术	用于成人和小儿常规腹部、产科、妇科。 支持二维、彩色、M型、PW、组织谐波等功能。	超声造影	造影分析软件	腹部常规及造影
线阵探头	单晶体探头、全域聚焦、微血管显像技术、可兼顾浅表器官和血管超声检查要求	用于外周血管、甲乳、肌骨等二维浅表线阵探头。	超声造影（支持血管及斑块造影）	造影分析软件	血管常规及造影 甲乳常规

相控阵探头	单晶体探头、全域聚焦、具有良好的时间及空间分辨率	用于成人经胸超声心动图的扇扩探头。 支持二维、彩色、M型、PW、CW、组织谐波、组织多普勒；支持图像智能旋转。	左心腔及心肌造影	造影分析软件	MCE、LVO
			心肌应变、负荷超声	分析左室、左房、右室纵向应变负荷超声相应软件	心肌应变负荷超声心动图

3. 便携机技术要求

投标设备要求	满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用，可满足临床开展新技术应用的需求。				
	投标设备必须为各厂家便携机的最高档次机型。				
	要求配备具有可升降及防盗锁功能的专用台车及探头扩展槽。				
探头配置	硬件要求	主要用途	特殊功能要求	软件配置	计划开展业务
凸阵探头	单晶体探头、全域动态聚焦、具有良好的时间及空间分辨率	用于成人和小儿腹部探头。 支持二维、彩色、M型、PW、组织谐波等功能。	超声造影弹性成像	造影分析软件，弹性成像软件	腹部常规及造影
小微凸探头	单晶体探头、全域聚焦、具有良好的时间及空间分辨率	用于锁骨下动脉、椎动脉开口、腹部、下肢等深部血管及小儿颅脑等超声检查	高清成像技术	血管内中膜自动测量软件、动脉分析软件	位置较深的血管超声检查
线阵探头	单晶体探头、全域动态聚焦、具有良好的时间及空间分辨率、可兼顾浅表器官和血管超声检查要求	用于甲乳、肌骨、外周血管等二维浅表线阵探头。	超声造影弹性成像	造影分析软件	甲乳常规、血管常规及造影

相控阵探头	单晶体探头、全域动态聚焦、具有良好的时间及空间分辨率	用于成人经胸超声心动图的扇扩探头。支持二维、彩色、M型、PW、CW、组织谐波、组织多普勒成像等功能；	可支持选配经食道	心脏功能专用测量及分析，包括Simpson法测量EF、CW、TDI、Tei指数分析等	常规心脏
小儿心脏探头	单晶体探头、全域聚焦、具有良好的时间及空间分辨率	用于小儿经胸超声心动图的扇扩探头。支持二维、彩色、M型、PW、CW、组织谐波、组织多普勒等功能；支持图像智能旋转		心脏功能专用测量及分析，包括Simpson法测量EF、CW、TDI、Tei指数分析等	常规心脏

(四) 拟设置的其他要求

详见技术、服务要求说明

(五) 需求调查问卷

1、产业发展情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的产业现状，如产业规模，整体水平，制造情况、服务情况、人员情况等整个行业的宏观状态或代表情况）

2、市场供给情况：

供应商自行描述如（一般指项目标的的在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给采购人的某种货物、服务、工程的总量情况）

3、同类采购项目历史成交信息：

主要要求提供其他同类型采购人（如医院）等机构的采购案例：

下列数据请各供应商认真据实填写，其他行业可续表另做说明

序号	业主单位	医院等级（或其他行业）	主要标的名称	主要标的型号	主要标的单价	合同总价
1						
2						
3						
4						
...						

4、其他认为应当说明的情况：

供应商可以根据自身的服务、业绩、等各方面特点和优势提出需求解决方案、服务思路供采购人参考，内容不限。

(六) 拟设置的评分办法

内容	评审因素	分值	评审标准
评分办法	市场占有率	10	1. 品牌知名度低，无三甲医院使用（0-3分） 2. 品牌知名度一般，有三甲医院使用（4-6分） 3. 品牌知名度高，有较多家三甲医院使用（7-10分）
	技术符合性及先进性	30	1. 技术符合性低且核心功能不具备，产品质量、配置不具有优势（0-10分） 2. 技术符合性一般且满足核心技术要求，产品质量、配置具有可操作性（11-20分） 3. 技术符合性高且完全满足核心技术要求，产品质量、配置具有先进性（21-30分）
	售后服务	10	对产品的保修年限、维修保养的及时性、易损件的供应价格、是否有退换货渠道、维修备品等情况进行综合评价
	临床评价	10	1. 临床科室评价低，不能满足临床使用需求（0-3分） 2. 临床科室评价一般，部分满足临床使用需求（4-6分） 3. 临床科室评价高，完全满足临床使用需求（7-10分）
	报价合理性	40	1. 设备、耗材、配件等报价不合理，明显高于或低于市场价（0-10分） 2. 设备、耗材、配件等报价较合理，没有明显高于或低于市场价（11-30分） 3. 设备、耗材、配件等报价合理且性价比高（31-40分）

第四章 响应文件格式

需求调查

响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： _____（盖章）

供应商法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 目录（含页码）
3) 需求调查承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 资格证明文件（含产品授权、注册证、生产许可证等）
7) 需求响应文件
8) 售后服务承诺（含保修期，响应时间等）
9) 设备彩页
10) 耗材目录、来源及参考价格（没有耗材的可不做说明）
11) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

需求调查承诺书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第__包采购货物或服务的需求调查公告（代调查问卷），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件5。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均真实、客观，并且承诺响应内容与我公司正常经营以及市场活动情况一致；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

4. 所附价格有关材料均为本调查活动所公布要求后，经我司慎重分析和考虑，按照采购人需求进行填报。

5. 本响应文件的有效期限自提交之日起共90个日历天。

6. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

7. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
服务期	
项目负责人	
备注	

说明：人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间：年月日

格式 3

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

- 注：
1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
 2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。
 3. 设备的标配内容及价格表，选配项目及价格表及有效期（不在选配中标明，而标配中没有而确实需要的配置视为包含在标配中）

投标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： _____

格式 4 资格证明文件

格式自拟

格式 5 需求响应文件

根据第三章采购需求调查内容，技术响应文件，需求调查问卷内容进行说明

格式 6 其他响应文件

根据自身情况提出方案、建议、以及其他认为有必要的提出的内容。