



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☒磋商； ☐谈判； ☐询价； ☐需求调查（市场调研、价格摸底）； ☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☒货物； ☐服务； ☐其他： _____

需求部门： 西院区康复科

项目名称： 西院区康复科采购下肢气阻康复评估训练系统、足底压力步态分析治疗仪等运动康复类设备一批

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	5
七、 其他	5
八、 联系方式	6
九、 发布公告媒介	6
第二章 供应商须知	7
第三章 采购需求	8
（一）工程内容、货物清单、服务内容	8
（二）技术或服务要求（详细技术要求）	8
（三）商务要求	8
第四章 评定办法	17
一、 初步评审	17
二、 详细评分办法（详细评分表）	18
三、 计算方式及定标办法	20
第五章 合同签署	22
第六章 响应文件格式	23
一、 报价书	25
二、 法定代表人授权书	26
三、 法定代表人身份证明书	27
四、 报价一览表	28
五、 分项报价表	29
六、 资格证明文件	30
七、 需求响应文件	30
八、 评审办法响应文件	30
九、 无重大违法记录声明	31
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	32

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2026-YNCS-0029

（二）项目名称：西院区康复科采购下肢气阻康复评估训练系统、足底压力步态分析治疗仪等运动康复类设备一批。

（三）项目概述：

1. 描述项目主要采购内容：

采购设备包含足内外翻训练系统 1 套，足部屈伸及足弓训练系统 1 套，下肢气阻康复评估训练系统（下肢蹬踏训练）1 套，足底压力步态分析治疗仪 1 套。

2. 项目包含的延伸内容：

包含设备主机以及拟购置设备的运输、安装、调试、试运行、配套辅助设备、技术服务、售后服务、质保、培训、备品备件准备、专项验收（如有）等工作，并包含货物、人工、材料、质保等全部内容以及税金。

3. 合同履行期限：

30 日历天内送达并调试安装完毕。

（四）项目预算总金额：

预算总金额 57.88 万元。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、

行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：

供应商应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，所投货物纳入医疗器械管理的，所投货物为二类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所投货物为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。此外，所投货物包含耗材时，供应商必须具备耗材的经营资质（如临床检验分析仪器所使用的试剂，其供应商经营范围必须包含体外诊断试剂。）。国家另有规定的从其规定。

（六）报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2026 年 2 月 27 日 8 时至 2026 年 3 月 11 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院集采联络部（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以集采联络部电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（<https://www.xysdyrmyygw.com>）招标公告—招标信息栏**自行下载采购文件**。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料（全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效）：

- （一）法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）；
- （二）营业执照；
- （三）按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料；
- （四）公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）；
- （五）产品授权；
- （六）产品资质。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

（二）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名

单，直接影响后续各项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：集采联络部 0710-3420737。

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院

（<https://www.xysdyrmyygw.com>）网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	襄阳市第一人民医院。
2	供应商	资格要求：符合本文件公告规定。
3	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5	响应文件有效期	不少于 90 日历天。
6	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商。 （4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明。
8	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9	定标办法	☒ 综合评价； ☐ 最低价； ☐ 其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有。
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据。
13	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。

注：表格中“☒”

第三章 采购需求

（一）工程内容、货物清单、服务内容

序号	采购内容	单位	数量	单价预算(万元)
1	足内外翻训练系统	套	1	4.96
2	足部屈伸及足弓训练系统	套	1	4.92
3	下肢气阻康复评估训练系统（下肢蹬踏训练）	套	1	22
4	足底压力步态分析治疗仪	套	1	26
合计				57.88

（二）技术或服务要求（详细技术要求）

1. 足外翻训练系统

（1）主要针对下肢生物力线失衡调整，增加肌肉肌肉力量、运动的稳定性、平衡性和控制能力以及本体感觉的输入的下肢康复训练。

（2）不同功能训练的九个训练单元，以不同的训练方式激活足底肌群，稳定踝关节，加强脚和小腿肌肉组织，以及伸展足弓和足底筋膜，提升本体感觉、再生、激活以及加强脚部力量为目的。

（3）有效训练患者的平衡、协调、移动性和提高患者的运动表现力，足部功能改善足部和腿部肌肉缺陷或毛细血管通透不良所致的脚的畸形。

（4）适用症范围广，应用于足踝骨折、膝关节骨折、髌关节骨折、半月板损伤、韧带重建术后、拇外翻、足底筋膜炎、X/O型腿、扁平足、高弓足训练。

（5）整套设备至少配置4个训练单元构成，每个训练单元可独立使用，也可针对不同症状组合使用。

（6）足部本体感觉训练板，用于增加足部感觉输入；

(7) 足部内外翻训练板，用于激活足内外翻本体感觉功能及加强稳定性；

(8) 足部屈伸训练板，用于激活足屈伸的加强、足部本体感觉及加强稳定性；

(9) 足趾控制训练板，用于脚趾抓地能力的控制及感觉输入。

(10) 工作站支架尺寸 $\geq 40*45*110\text{cm}$ ，系统带防滑贴纸。

(11) 有独立的训练系统、采用递进式和组合式的训练方式，使训练更有趣味性和挑战性。

(12) 全实木训练板对足部肌肉和神经有更好地刺激，使训练更有效，防滑耐磨损。

(13) 配置：足部平衡牵伸训练板 1 个，足部本体感觉训练板 1 个，足部内外翻训练板 1 个，足部屈伸训练板 1 个。

2. 足部屈伸及足弓训练系统

(1) 主要针对下肢生物力线失衡调整，增加肌肉肌肉力量、运动的稳定性、平衡性和控制能力以及本体感觉的输入的下肢康复训练。

(2) 不同功能训练的九个训练单元，以不同的训练方式激活足底肌群，稳定踝关节，加强脚和小腿肌肉组织，以及伸展足弓和足底筋膜，提升本体感觉、再生、激活以及加强脚部力量为目的。

(3) 有效训练患者的平衡、协调、移动性和提高患者的运动表现力，足部功能改善足部和腿部肌肉缺陷或毛细血管通透不良所致的脚的畸形。

(4) 适用症范围广，应用于足踝骨折、膝关节骨折、髌关节骨折、半月板损伤、韧带重建术后、拇外翻、足底筋膜炎、X/O 型腿、扁平足、高弓足训练。

(5) 整套设备至少配置 5 个训练单元及工作站支架构成，每个训练单元可独立使用，也可针对不同症状组合使用。

- (6) 足部牵伸训练板，用于小腿肌肉的牵伸及跟腱的牵伸；
- (7) 足部平衡牵伸训练板，用于足部功能及平衡训练；
- (8) 提跟训练板，用于增强下肢肌肉离心与向心的肌力；
- (9) 足部肌肉力量训练板，用于胫前肌力量训练；
- (10) 足弓训练板，用于放松足底筋膜、足弓牵伸、预防足弓塌陷；
- (11) 工作站支架尺寸 $\geq 40*45*110\text{cm}$ ，系统带防滑贴纸。
- (12) 有独立的训练系统、采用递进式和组合式的训练方式，使训练更有趣味性和挑战性。
- (13) 全实木训练板对足部肌肉和神经有更好地刺激，使训练更有效，防滑耐磨损。
- (14) 配置：系统工作站支架 1 个，足部牵伸训练板 1 个，提跟训练板 1 个，足部肌肉力量训练板 1 个，足弓训练板 1 个，足趾控制训练板 1 个。

3. 下肢气阻康复评估训练系统（下肢蹬踏训练）

- (1) ▲阻力系统：采用微电脑控制的气阻式柔性阻力系统，无论运动速度的快慢，都能提供平稳且按照实际运动规律变化的负荷阻力；
- (2) 阻力调整在设备端既可以通过增减手动调节，也可以直接通过在设备端输入阻力大小来实现，通过设备配套的康复管理系统下发运动处方也可直接设置阻力大小；
- (3) 训练阻力：10-830N（ $\pm 10\%$ ）；
- (4) 训练精度：采用高精度的传感器，使器材严格控制使用的力量、角度，精度 $\leq 0.1\text{kg}$ ；
- (5) ▲应用模式：要求具备至少六种应用模式，包括活动度评估、等张评估、等长评估、快速开始、等长控制、等张控制；

(6)活动度评估：可以同时患者的左右腿分别进行活动度评估，可显示运动过程中实时的活动度和最大活动度；

(7)等张评估：采用国际通行的 1RM 评估方式，即在运动中来评估肌力；

(8)等长评估：借助左右侧高精度的测力传感器可分别对左右腿同时进行肌力评估，可显示实时的肌力和最大肌力；

(9)快速开始：即在未设置运动处方的前提下快速开始训练；

(10)等长控制：可根据患者的肌力预设力量曲线，并要求患者根据力量曲线的轨迹发力，进行相应的等长训练；

(11)等张控制：即可根据患者的关节活动范围预先设定运动轨迹曲线，要求患者根据预先设定的实时滚动运动轨迹进行动态训练；训练完毕后，可对患者的等张控制训练进行评分；

(12)评估精度：力量精度 ≤ 0.1 牛顿米， ≤ 0.1 公斤，活动度精度 ≤ 1 度；

(13)可根据曲线限制运动速度，活动范围，次数，组数和间歇时间，保证患者安全；

(14)可根据患者性别，体重提供正确的参考值，并自动进行对比自动生成测试报告，评价测试结果；

(15)可根据评估结果自动生成力量曲线和周期计划；

(16)具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度，限制杠杆臂起点和终点的位置，可根据术后患者的术后康复指南的控制角度进行限位训练；

(17)▲具有等长肌力测试孔，设备自身具备等长肌力测试功能，设备在不借助任何外配测力设备的情形下，可分别对左右腿进行等长肌力测试。；

(18)自然运动轨迹：采用自然阻力传导技术，设备与肌肉运动方式完全符合，保证肢体与躯干在任何速度情况下训练；

(19) 显示屏 $\geq$ 12 英寸触摸屏；

(20) 语音功能：音量可调，最大分贝可达 80 分贝；

(21) ▲设备通过有线或无线网络的方式与配套的康复管理系统相连，在训练过程中，设备端可将包括阻力、负荷、时间、次数、心率、血压和血氧在内的数据实时传输至康复管理系统；在训练结束后，可在管理系统生成运动报告；

(22) 支持设备端刷卡，自动调取系统软件处方，进行调整处方或直接进行训练；

(23) 可通过刷卡将患者评估后的数据上传到配套的康复管理系统，医护人员根据评估数据制定运动处方；

(24) ▲训练过程中具有安全保护功能：具有无线心率监控功能，在设备屏幕上实时显示患者的心率，可以设置目标心率和报警心率，可通过不同颜色的柱状图，动态显示目标心率和报警心率，设备配备单道心电监护仪、指夹式血氧仪、臂式血压计，监护设备与患者一一对应，输入患者生理编号后可以与任意一台设备进行连接，方便患者训练，可在屏幕上实时显示运动的负荷、时间、次数、血氧以及心率的变化，可以根据康复患者的需要控制运动强度和时间，防止患者出现突发情况；

(25) 噪音水平 $\leq$ 50 分贝，气压范围： $\leq$ 0.7MPa。

(26) 训练时间：每组 1-60 分钟；训练间隔时间：10-60 秒

(27) 训练组数：可设置 1-5 组；

(28) 训练次数：可设置每组范围为 5-200 次；

(29) 训练部位：增强下肢肌肉力量，主要锻炼股四头肌、臀大肌、小腿三头肌等，提高髌膝踝的控制能力，屈髋动作的诱发，通过大阻力的静力性收缩可提高下肢肌张力；

(30) ▲座椅可前后调节，调节范围为 0-190mm；

(31) 配置安全扶手。

4. 足底压力步态分析治疗仪

(1) 系统提供静态、动态、稳定性足底压力测试，采用 USB 接口连接电脑，运用专业分析软件提供测试中压力分布描绘、图像、数据及曲线，客观分析平衡和步态；

(2) 单次测试可记录和保存至少 4 组步态数据，并可任意调用每一组数据；

(3) 压力感应类型：压阻式传感元件；

(4) ▲压力测量板有效测试面积：有效测试宽度 ≥ 500 mm，有效测试长度 ≥ 1200 mm；

(5) 压力测量板厚度 ≤ 10 mm；

(6) ▲压力数据感应点数 ≥ 30000 ；

(7) 压力测量板最大采样频率 ≥ 400 Hz；

(8) ▲压力测量传感器数量每平方厘米不低于 5 个，要有带刻度标识的实物照片；

(9) ▲系统支持配置 3D 惯性运动传感器，实现对关节角度的测量；在步行或跑步时评估旋转和骨盆倾斜，分析头部摇摆和身体躯干重心，与足底压力平板一起采集；

(10) 软件内置中、英等多种软件语言包可随意切换；

(11) ▲系统支持网络摄像头同步使用，支持视频解析软件功能拓展；

(12) ▲系统支持 2D 足底扫描仪采集和记录足底轮廓，通过 2D 扫描仪进行足底电子影像扫描，获取足底形态与骨性分析、足弓指标、足翻角度，呈现足部胼胝、溃疡等变化；

(13) ▲系统带有 2D 足底扫描仪；

(13.1) 足底扫描仪，接口类型：USB 2.0，图像传感器：CCD，采集类型：2D，

(13.2) 光源：冷阴荧光 CCFC；

- (14) 患者信息管理、测试数据管理、预约日历;
- (15) 支持数据导出、报告打印功能;
- (16) 足底压力静态测量分析, 显示左右足的最大压力值、平均压力值、接触面积;
 - (16.1) 支持单脚/双脚、光脚/穿鞋等多种测试条件的平衡测定;
 - (16.2) ▲内置 sway 测试、Romberg 测试、颈椎测试、口颌测试等多种测试模板;
 - (16.3) ▲可调的采集频率和采集时间;
 - (16.4) 可实时反馈重心的轨迹变化, 同时显示重心左右移动和前后移动的振荡图;
 - (16.5) 可自动计算获得包括重心椭圆面积、椭圆倾角、椭圆离心度等指标;
 - (16.6) ▲足底压力静态测量分析可自动测得重心左右移和前后移动偏移值、重心傅里叶分析、重心移动距离、平均速度值;
 - (16.7) 测量结束后可任意回放重心轨迹变化影像;
 - (16.8) 可在同一界面对多组数据进行陈列对比展示;
 - (16.9) ▲可自动计算左右足负重占比以及足前后部位负重占比;
 - (16.10) 自带参数对照正常值便于比较分析;
 - (16.11) 自带平衡训练模块;
 - (16.12) ▲支持静态、动态步态的足底压力分布测量分析;
 - (16.13) 一键式打印报告;
 - (16.14) 可导出.CSV 格式数据文件;
 - (16.15) 可对数据进行基础信息汇总与统计;
- (17) 足底压力动态测量分析, 可自动识别左脚步态和右脚步态;
 - (17.1) 显示每个步态的时间、足印长度、接触面积、平均压

力、最大压力、足角度；

(17.2) 提供压力分布的 2D 图像、3D 图像、冲量图像、传感器数值陈列和动态变化的影像回放；

(17.3) 每个步态的压力中心轨迹、整体步态的压力中心、每次采样的最大压力点曲线；

(17.4) 左右脚各自步态的内外侧受力比例、前后侧受力比例、后跟内外侧受力比例；

(17.5) 足底至少 8 个区域的各自的受力面积；

(17.6) 足底至少 8 个区域的各自的受力比例；

(17.7) 支持显示和导出每个传感元件探测的压力数值至 Excel；

(17.8) 每侧每个步态的压力时间曲线、旋转时间曲线、速度时间曲线、面积时间曲线；

(17.9) 步态周期自动划分及计算每阶段时间、最大负荷百分比、接触面积和移动速度；

(17.10) 每侧每个步态的足跟、足中、前掌各自的压力时间曲线、面积时间曲线；

(17.11) 每侧所有步态的平均受力、面积、旋转和速度；

(18) 步态分析功能可采集步态周期参数，包括压力变化、足部触底时间数据、面积数据、视频数据等，可将单足划分 6 个区域进行受力面积分析，并与正常步态数值对比分析；

(19) 具有平衡功能测试分析系统，不同功能动作状态与模式下，身体整体与局部关节的稳定能力测试，包括前庭功能测试，踝关节稳定性测试等，显示定量分析的指标（移动轨迹、椭圆面积），为辅助康复方案制定；

(20) ▲支持扩展人体形态学测量、并在同一界面回放压力与图像、影像数据；

(21) ▲系统具有姿势评估软件系统，通过高清摄像头进行全方位的姿势评估，可以支持全身正面、背面、侧面和局部面图像拍摄及测量，包括圆肩驼背、脊柱侧弯、高低肩、骨盆倾斜等。也可以导入X 光片、MRI 等影像数据的导入分析；

(22) 姿势评估软件系统至少可以测量肩膀倾斜、骨盆倾斜、膝盖内外翻角度，并提供标准测试引导进行相应姿势测量及自由测量工具；

(23) 配置足底压力步态分析软件 ， 姿势评估分析软件系统；

(三) 商务要求

1. 合同履行期限：签订合同后 30 日内应将本次采购内容供应到医院指定地点，并安装调试完毕，试机符合标准，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。

2. 质保期：本次采购的所有货物验收合格后质保期不得少于 2 年，质保期内应提供定期维护维修保养等服务；质保期后若需维修替换零件或配件等应只收取基本的零件或配件购置费，并提供价格折扣。

3. 服务要求：供应商应需提供免费的操作培训和维修培训，直至达到采购人要求。

4. 付款条件及方式：按合同约定执行。

5. 提供售后服务承诺书：验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。

6. 其他：供应商如需获得其他材料或咨询更多信息可自行联系本项目公告列明的联系方式。

第四章 评定办法

一、初步评审

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明；），或银行资信证明。 （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明。 （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 （2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

禁止参加情况	(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。
特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求。
投标人名称	与营业执照等其他证件一致。
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书。
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理。
采购需求	★号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件。
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的。

备注：对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

二、详细评分办法（详细评分表）

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	市场占有率	10	投标机型用户量（国内三甲医院），提供近三年的合同或中标通知书复印件，每提供一份得2分，满分10分。
		质保期	5	以最长质保期为基准，按等比例折算。
	技术评审	主要技术参数	40	供应商应逐条响应采购文件第三章第二项技术需求：技术参数每有一项未响应或响应不符合要求的扣3分，直至本项不得分。 其中：▲为重要技术要求，要求每有一项未响应或响应不符合要求的扣3分，直至本项不得分。 （技术要求中为实物的，响应内容应辅以图片或文字说明，或附产品说明等，不能仅简单响应是否偏离，仅简单响应是否偏离的视为缺项。如存在虚假应标，主要技术参数项得分为0。）
		现场情况	5	根据投标公司标书制作情况、投标人现场讲解及答疑情况，酌情给0～5分。
			5	根据投标公司出具的技术培训方案（应包括培训讲师安排、技术培训内容、培训流程、培训计划、实机操作等五项内容），酌情给0～5分。
			5	根据投标公司承诺的售后保障情况（应有具体的维修响应和售后服务承诺），酌情给0～5分。
	价格评审		30	满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值。
总分（100分）				

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序。
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
评定办法	☒ 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）。
	☐ 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价。
	☐ 其他	

（一）本次采购为院内磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告

知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行磋商。

（八）磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（十二）磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

（十三）本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（如有耗材，报价需按照注册证名称进行报价）（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料（国内三甲医院近三年成交合同或中标通知书）
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期: 年 月 日

附：

代理人工作单位:

职务： 性别：

身份证号码:

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年 月 日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在院内磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

3. 若为工程类项目，则按工程量清单报价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：_____

格式 6

资格证明文件

格式自拟

格式 7

需求响应文件

格式自拟

格式 8

评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日