



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☒磋商； ☐谈判； ☐询价； ☐需求调查（市场调研、价格摸底）； ☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☒货物； ☐服务； ☐其他： _____

需求部门： 全院

项目名称： 襄阳市第一人民医院采购 2026 年度常规手术器械目录

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	5
七、 其他	5
八、 联系方式	6
九、 发布公告媒介	6
第二章 供应商须知	7
第三章 采购需求	8
（一）工程内容、货物清单、服务内容	8
（二）技术或服务要求（详细技术要求）	8
（三）商务要求	8
第四章 评定办法	32
一、 初步评审	32
二、 详细评分办法（详细评分表）	33
三、 计算方式及定标办法	34
第五章 合同签署	37
第六章 响应文件格式	38
一、 报价书	40
二、 法定代表人授权书	41
三、 法定代表人身份证明书	42
四、 报价一览表	43
五、 分项报价表	44
六、 资格证明文件	45
七、 需求响应文件	45
八、 评审办法响应文件	45
九、 无重大违法记录声明	46
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	47

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2026-YNCS-0120

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院采购 2026 年度常规手术器械目录。

（三）项目概述：

1. 描述项目主要采购内容：

采购常规手术器械目录。

2. 项目包含的延伸内容：

包含设备主机以及拟购置设备的运输、安装、调试、试运行、配套辅助设备、技术服务、售后服务、质保、培训、备品备件准备、专项验收（如有）等工作，并包含货物、人工、材料、质保等全部内容以及税金。

3. 合同履行期限：

30 日历天内送达并调试安装完毕。

（四）项目预算总金额：

预算总金额 58 万元。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同

投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：

所投设备或耗材纳入医疗器械管理的，所投设备或耗材为一类医疗器械的须提供货物的《第一类医疗器械备案信息表》或《第一类医疗器械备案凭证》等证明材料，所投设备或耗材为二类医疗器械的供应商应具备《第二类医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所设备或耗材为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

此外，所投货物包含耗材时，供应商必须具备耗材的经营资质。（如临床检验分析仪器所使用的试剂，其供应商经营范围必须包含体外诊断试剂。）所投耗材、试剂属于医用耗材管理范畴的，须在湖北省药品和医用耗材招采管理系统完成注册挂网，并提供挂网截图佐证（若未挂网的耗材，提供未挂网说明并承诺正在推进其挂网工作）。不属于医用耗材管理范畴的，需提供不纳入耗材管理文件说明。

（六）报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2026 年 7 月 15 日 8 时至 2026 年 7 月 28 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院集采联络部（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以集采联络部办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网
(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 招标公告—招标信息栏 **自行下载
采购文件**。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料 **(全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效)**：

- (一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书 (请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件)；
- (二) 营业执照；
- (三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料；
- (四) 公司承诺书 (对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)；
- (五) 产品授权；
- (六) 产品资质。

七、其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份 (一正四副)，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。(供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份)。

(三) 若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必

须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：集采联络部办公室 0710-3420737。

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院

(<https://www.xysdyrmyygw.com>) 网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	襄阳市第一人民医院。
2	供应商	资格要求：符合本文件公告规定。
3	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5	响应文件有效期	不少于 90 日历天。
6	样品	☒ 提交； ☐ 不提交；样品要求：12 .精细手术剪，65. 咬骨钳，105. 髓核钳
7	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商。 （4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明。
8	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9	定标办法	☒ 综合评价； ☐ 最低价； ☐ 其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有。
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据。
13	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。

第三章 采购需求

(一) 工程内容、货物清单、服务内容

序号	采购内容	规格 (mm)	单位	单价预算 (元)
1	组织钳	140/160/180/200	把	110
2	止血钳	125/140/160/180	把	98
3	止血钳	200/240/260	把	153
4	海绵钳	250×8-12	把	134
5	持针钳	125/140/160/180/200	把	115
6	医用镊	125/180/220, 直	把	42
7	组织镊	125/140/180/200	把	37.5
8	组织镊	160, 枪状, 带齿	把	75
9	手术刀柄	125-160	把	68
10	手术剪	140/160/180	把	91
11	手术剪	180, 特快	把	180
12	精细手术剪	115	把	180
13	拆线剪	140×40	把	80
14	深腰盘	40/50	把	99
15	精细剪	180×1.5	把	285
16	组织剪	140	把	72
17	组织剪	180	把	100
18	组织剪	180, 特快	把	225

19	组织剪	250	把	130
20	帕巾钳	140/160	把	120
21	不锈钢镊子筒	80×200	个	84
22	不锈钢洗涤盆	Φ320/Φ360	个	159
23	不锈钢洗涤盆	Φ200/Φ220/Φ240	个	102
24	不锈钢方盘	260/310	个	147
25	不锈钢药杯	50×50	个	24
26	不锈钢腰子盘	190/205	个	45
27	不锈钢换药碗	Φ120/Φ140/Φ160	个	43
28	子宫颈扩张器	Φ3-Φ9	把	27
29	眼用剪	100	把	90
30	眼科镊	100，弯无钩，有齿	把	48
31	整形镊	120/125/140/150	把	220
32	脑吸引管	Φ1.2/Φ1.5/Φ2/Φ2.5/Φ3/Φ3.5/Φ4/Φ4.5/Φ5	把	600
33	脑吸引管	可控吸引管头	把	225
34	吸引管	Φ1.2/Φ1.5/Φ2.4	把	225
35	鼻腔吸引管	Φ2.5/Φ3/Φ3.5/Φ4	把	390
36	腹腔吸引管	240，角弯	把	172
37	乳突牵开器	105	把	938
38	乳突牵开器	130	把	1560

39	骨刮匙	280/300	把	480
40	骨刮匙	160/200	把	294
41	骨刀	125/180/200/230	把	270
42	颅骨骨膜剥离器	220×10/15，微弯头	把	280
43	骨膜剥离器	180	把	420
44	骨膜剥离器	180，双弯头	把	180
45	鼻中隔剥离器	190/220	把	330
46	脑膜剥离器	240	把	252
47	鼻骨膜剥离器	190×3×3	把	220
48	子宫颈钳	250	把	340
49	胸腔镊	200/220/250/280	把	780
50	胆管钳	220×2.5	把	330
51	辊轴取皮刀	160	把	102
52	显微止血夹	50，直，弯	把	210
53	显微止血夹	60，直，弯	把	173
54	骨锤	200	把	263
55	骨克丝钳	160/200	把	660
56	创口钩	210/220	把	342
57	钢丝结扎钳	190	把	735
58	主动脉阻断钳	120	把	1800
59	阴道拉钩	180×32×100	把	228
60	子宫探针	280	把	30

61	后颅凹牵开器	200/280/290	把	1950
62	棘突咬骨钳	240×16	把	1200
63	双翼阴道手术扩张器	92/105×34	把	172
64	椎板牵开器	180/210	把	1950
65	咬骨钳	180/240	把	1185
66	椎板咬骨钳	180/200/230	把	1650
67	椎板咬骨钳	230×1.5/2/3/4/5，超硬膜	把	4920
68	鼻中隔咬骨钳	180×2/3/4	把	1800
69	乳突咬骨钳	90×2/3/4/5	把	1575
70	头皮拉钩	180	把	185
71	头皮夹钳	160	把	660
72	扁桃体拉钩	225	把	330
73	口腔开口器	120，钳式	把	300
74	舌钳	170	把	203
75	压舌板	180	把	38
76	丁字式开口器	130	把	207
77	直角拉钩	单头	把	188
78	直角拉钩	双头	把	128
79	骨科钻头	80×Φ6	把	300
80	取钉器	150/90	把	300

81	鼻咬切钳	120/150	把	1470
82	鼻咽活体取样钳	150/160	把	1350
83	鼻腔撑开器	80	把	330
84	鼻刮匙	190×2.5	把	330
85	鼻剪	160	把	330
86	医用尺	200	把	38
87	阑尾拉钩	205	把	66
88	阑尾肠钳	200×11	把	210
89	拉钩	205, 22×25/28×35, 方头	把	66
90	拉钩	200×18, 静脉	把	158
91	皮肤拉钩	170×0.8×6	把	135
92	心室拉钩	200×10×6	把	145
93	腹壁拉钩	250, 30×40/37×60	把	278
94	深部拉钩	160/170/200/240/300	把	198
95	甲状腺拉钩	117, 120	副	51
96	压肠板	350, 直板	把	45
97	钢丝剪	215×Φ2.5	把	900
98	钢丝剪	235×Φ2	把	675
99	子宫刮匙	280×6/9/12/15	把	115
100	起子	梅花	把	297
101	起子	SW2.5/SW3.5, 内六方	把	215

102	宫内节育器取出 钩	280, 直	把	30
103	流产吸引头	弯	把	36
104	凹凸齿止血夹	65/75, 直/弯	把	540
105	髓核钳	握柄式	把	1470
106	髓核钳	握柄式, 超硬膜	把	3975
107	气管钳	220×4×45, 直角	把	570
108	肠钳	220/250, 志/弯, 斜齿	把	378
109	拔牙钳	180/185/190	把	270
110	牙挺	150×2.5/4	把	117
111	线锯	60, 手把	把	75
112	线锯	500	把	17
113	骨锉	190, 直, 单头, 指用	把	180
114	可重复使用导尿管	F15 (Φ5)	把	27
115	耳道皮瓣刀	160×2.2, 直型	把	240
116	医用检查灯	/	个	225
117	气腹针	100-200	把	1008
118	穿刺器	Φ3-Φ12.5	把	3976
119	单极电极	330×Φ5, 钩状/棒状/ 球状/铲状/刀状	把	1680
120	单极分离钳	330×Φ5	把	2240

121	单极剪	330×Φ5	把	2240
122	单极抓钳	300-420×Φ3-Φ10	把	2240
123	冲吸器	330×Φ5	把	2688
124	持针器	330×Φ5，直/弯	把	3640
125	取石钳	330×Φ10	把	2240
126	篮钳	125×3.2，鸭嘴，右弯	把	8450
127	病历夹	ABS	个	87
128	不锈钢清洗篮筐	250mm/320mm/340mm	个	600
129	不锈钢清洗篮筐	480mm/520mm	个	700
130	骨牵引针	0.8mm-2.5mm	把	28.5
131	气管套管	金属，各规格	把	132
132	消毒盘	300×200×50，无孔	个	185
133	咬骨钳	160-240	把	2250
134	中心化持骨钳	270	把	693
135	骨锤	250/500g，双硬平头	把	263
137	穿刺针	7/9	把	31
138	妇科组织钳	220，直	把	208
139	骨撬	325，单钩，髋关节	把	845
140	骨凿	170×10，双斜刃	把	137
141	精密器械清洗筐	240/120*120mm	个	390

(二) 技术或服务要求 (详细技术要求)

序号	品名	参数
1	组织钳	总长 140-200mm, 直型, 20Cr13 医用不锈钢, 热处理硬度 40-48HRC, 表面电镀处理。
2	止血钳	总长 125-180mm, 直型 / 弯型 / 蚊式 / 半齿 / 全齿可选, 头高 6-12mm, 头宽 1.8-2.8mm, 头厚 1.6-2.2mm, 20Cr13 医用不锈钢, 热处理硬度 40-48HRC, 表面电镀处理。
3	止血钳	总长 200-260mm, 直型 / 弯型 / 全齿可选, 20Cr13 医用不锈钢, 热处理硬度 40-48HRC, 表面电镀处理。
4	海绵钳	总长 250mm, 直型 / 弯型 / 有齿 / 无齿可选, 头宽 8-12mm, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面电镀处理
5	持针钳	总长 125-200mm, 直头, 粗针 / 细针 / 网纹齿可选, 可支持小血管用, 20Cr13 医用不锈钢, 热处理硬度 40-48HRC, 表面电镀处理; 125mm 直型小血管持针钳粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu m$ 。
6	医用镊	长 125-220mm, 直型、横齿, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面电镀处理。
7	组织镊	长 125-200mm, 1×2 钩、直型, 20Cr13 医用不

		锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀处理。
8	组织镊	总长 160mm，头宽 1.2mm，枪状、横齿，17-4 医用不锈钢，表面刷光，粗糙度 $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
9	手术刀柄	总长 125-160mm，医用不锈钢，适配 9-17#、20-39# 手术刀片，表面电镀处理。
10	手术剪	长度 140-180mm，直尖 / 直圆 / 弯圆，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面电镀处理
11	手术剪	长度 180mm，弯圆 / 弯型，特快型，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，指圈镀黑、表面亚光处理。
12	精细手术剪	长 115mm，头宽 1.3mm、头厚 1mm，直圆 / 弯圆，适用小血管，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面亚光处理。
13	拆线剪	长度 140mm，头宽 40mm，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面电镀处理。
14	深腰盘	长 165-245mm，宽 80-125mm，高 40-50mm，深型，304 医用不锈钢，表面亮光处理。
15	精细剪	长度 180mm，头宽 1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面镀金圈处理。
16	组织剪	长度 140mm，直型，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面电镀处理。

17	组织剪	长度 180mm，弯型，综合，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面电镀处理。
18	组织剪	长度 180mm，弯型、综合、特快型，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面亚光处理
19	组织剪	长度 250mm，弯型、综合，30Cr13 医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面电镀处理。
20	帕巾钳	总长 140-160mm，尖头，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀处理。
21	不锈钢镊子筒	直径 80mm，高 200mm，有盖，304 医用不锈钢，表面亮光处理。
22	不锈钢洗涤盆	直径 320-360mm，高 85-100mm，浅型，304 医用不锈钢，表面亮光处理。
23	不锈钢洗涤盆	直径 200-240mm，高 65-90mm，浅型，304 医用不锈钢，表面亮光处理。
24	不锈钢方盘	长 260-310mm，宽 200-240mm，高 30-31mm，304 医用不锈钢，表面亮光处理。
25	不锈钢药杯	直径 50mm，高 50mm，304 医用不锈钢，表面亮光处理。
26	不锈钢腰子盘	长 190-205mm，宽 115-130mm，高 25mm，浅型，304 医用不锈钢，表面亮光处理
27	不锈钢换药碗	直径 120-160mm，304 医用不锈钢，表面亮光处理。

28	子宫颈扩张器	总长 180mm, 直径 $\Phi 3-\Phi 9\text{mm}$, 尖圆头, 1Cr18Ni9 医用不锈钢, 表面电镀处理。
29	眼用剪	总长 100mm, 直尖 / 弯尖, 40Cr13 材料, 热处理硬度 48-58HRC, 表面电镀, 粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 。
30	眼科镊	总长 100mm, 直 / 弯、有钩 / 无钩、有唇头齿 / 无齿, 20Cr13 材料, 热处理硬度 40-48HRC, 表面刷光, 粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 。
31	整形镊	长 120-150mm, 头宽 0.6-1mm, 直型, 平台 / 有钩 / 有齿 / 精细型, 医用不锈钢, 表面亚光处理。
32	脑吸引管	长度 250-270mm, 管体直径 $\Phi 1.2-4.5\text{mm}$, 水滴形控制孔, 柔性可塑、头端缩口, 12Cr18Ni9 医用不锈钢, 表面亚光, 粗糙度 $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ 。
33	脑吸引管	150 $\times \Phi 2-\Phi 2.5$ 可控, 2 柄 9 头, 可控吸引管头, 12Cr18Ni9 医用不锈钢。
34	吸引管	总长 90mm, 管径 1.2-1.5mm, 角弯 38° , 直头。12Cr18Ni9 医用不锈钢, 表面电镀, 粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 。
35	鼻腔吸引管	总长 150-190mm, 管径 2.5-4mm, $\Phi 3$ 头部圆弯 18° 、弯高 24mm、可控, 12Cr18Ni9 医用不锈钢, 表面亚光, 粗糙度 $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ 。
36	腹腔吸引管	总长 240mm, 角弯, 20Cr13/1Cr18Ni9 医用不锈

		钢，表面电镀处理。
37	乳突牵开器	长度 105mm，3×3 钩，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀，粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu m$ 。
38	乳突牵开器	总长 130mm，3×3 钝钩、固定式，20Cr13 医用不锈钢，热处理硬度 40-48HRC，表面亚光处理。
39	骨刮匙	长 280-300mm，头宽 6-12mm，前弯 10° ，硅胶 / 胶木手柄，医用不锈钢，表面电镀处理。
40	骨刮匙	总长 160-200mm，头宽 2mm/3mm、10mm/9mm，直型、双头，医用不锈钢，表面电镀处理
41	骨刀	总长 125-230mm，头宽 3-20mm，直 / 薄型 / 颈椎用 / 手指用，圆柄 / 六方柄，医用不锈钢，表面电镀处理。
42	颅骨骨膜剥离器	220×10/220×15，微弯头，20Cr13 医用不锈钢。
43	骨膜剥离器	总长 180-200mm，双头，头宽 4/6mm，圆头圆柄，头宽 11/12mm，锐口 / 钝口，扁柄，可选。 20Cr13/GB/T4237 不锈钢，热处理，表面刷光，粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu m$ 。
44	骨膜剥离器	总长 180mm，双头、弯头，头宽 4/5mm、圆柄，20Cr13 医用不锈钢，热处理硬度 40-48HRC，表面电镀，粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu m$ 。

45	鼻中隔剥离器	总长 190-220mm，双头（弯型头宽 3.5-4.5mm、直型头宽 4mm），手柄 12Cr18Ni9、其余 20Cr13，硬度 40-48HRC，表面亚光处理。
46	脑膜剥离器	240mm，20Cr13 医用不锈钢。
47	鼻骨膜剥离器	总长 190mm，双头、两侧头宽 3mm，滚花手柄，20Cr13 医用不锈钢，热处理硬度 40-48HRC，表面亚光处理。
48	子宫颈钳	总长 250mm，侧弯 / 直，2×3 齿 / 3×4 齿，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀处理。
49	胸腔镊	总长 200-280mm，头宽 1.5-2mm，1×2 凹凸齿，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面刷光，耐腐蚀达 YY/T 0149 - 2006 b 级。
50	胆管钳	长 220mm，头宽 2.5mm，圆弯（R16×17），20Cr13 医用不锈钢，热处理硬度 40-48HRC，表面电镀处理。
51	辊轴取皮刀	刀片长 160mm，医用不锈钢，刚度良好。
52	显微止血夹	总长 50mm，直 / 弯、头部横齿，反力式，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面亚光处理。
53	显微止血夹	总长 60-65mm，直 / 弯、头宽 2mm、横齿，结合式，20Cr13/17-4PH/GB/T4237 不锈钢，热处理，表面亚光喷砂， $Ra \leq 0.8\mu m$ ，耐腐蚀 b 级。

54	骨锤	总长 200mm, 锤头 75g/140g, 铝合金手柄, 头部 20Cr13, 硬度 40-48HRC, 表面电镀处理。
55	骨克丝钳	总长 160-200mm, 剪切 $\leq \Phi 2\text{mm}$ 钢丝, 尖头 / 虎头 / 厚腮 / 薄腮, 医用不锈钢, 表面电镀处理。
56	创口钩	长 210-220mm, 两爪 / 三爪、钝钩、扁柄, 长度公差 $\pm 5\text{mm}$, 医用不锈钢, 表面电镀处理。
57	钢丝结扎钳	长度 190mm, 直头、镶 TC 钨钢、金指圈, 20Cr13 医用不锈钢, 表面刷光, $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$ 。
58	主动脉阻断钳	长度 120mm, 弯型、弯高 17mm、弯柄、无损伤 Debakey 齿, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面刷光, $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$, 耐腐蚀 b 级。
59	阴道拉钩	总长 180mm, 宽 32mm、深 100mm, 平型、板式、单头, 20Cr13 医用不锈钢, 表面电镀处理。
60	子宫探针	长 280mm, 直型、带刻度、柔性, H62 医用不锈钢, 表面电镀处理。
61	后颅凹牵开器	200 $\times$ 60 $\times$ 8 单钩头弯 60° / 290 $\times$ 23 活动式 4 $\times$ 4 钝钩 / 280 $\times$ 30 活动式 4 $\times$ 4 钝直钩, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC。
62	棘突咬骨钳	长 240mm, 开口 16mm, 双关节, 长度公差 $\pm 5\text{mm}$, 医用不锈钢, 表面电镀处理。
63	双翼阴道手术扩张器	长度 92-105mm, 头宽 34mm, 可调式, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面电镀处理。

64	椎板牵开器	长度 180-210mm，钩高 60-70mm，钩端 $\phi 3-\phi 6\text{mm}$ ，单钩、钝钩，20Cr13 医用不锈钢， 硬度 40-48HRC，表面亚光， $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ 。
65	咬骨钳	长 180-240mm，头宽 2-8mm，直头 / 前弯 20° / 右弯 30° / 右侧角 13° ，双关节，长度公差 $\pm 5\text{mm}$ ，医用不锈钢，表面电镀处理。
66	椎板咬骨钳	总长 180-260mm，头宽 1-5mm，开口 10mm，刃口 $90^\circ-130^\circ$ ，长度公差 $\pm 5\text{mm}$ ，医用不锈钢，表 面电镀处理。
67	椎板咬骨钳	总长 180-260mm，头宽 1-5mm，开口 10mm，刃口 $90^\circ-130^\circ$ ，超硬膜、超薄 / 普通型，长度公差 $\pm 5\text{mm}$ ，医用不锈钢，表面超硬膜处理。
68	鼻中隔咬骨 钳	总长 180mm，头宽 2-4mm，角弯、对切口 / 对咬 口，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面 电镀， $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 。
69	乳突咬骨钳	工作长度 90mm，咬切口 2-5mm，30Cr13 医用不 锈钢，硬度 48-53HRC，表面亚光， $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ 。
70	头皮拉钩	长度 180mm，钝头、带弹簧，20Cr13 医用不锈钢， 硬度 40-48HRC，表面电镀， $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 。
71	头皮夹钳	长度 160mm，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀， $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 。
72	扁桃体拉钩	总长 225mm，双头（头宽 10/12mm，弯高

		4.8/5.4mm)，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面亚光， $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
73	口腔开口器	总长 120mm，钳式，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀， $Ra \leq 0.4 \mu m$ 。
74	舌钳	长度 170mm，头部 $\Phi 28mm$ 、厚 3.6mm，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀， $Ra \leq 0.4 \mu m$ 。
75	压舌板	总长 180mm，直形、头宽 11mm，12Cr18Ni9/GB/T4237 不锈钢，表面抛光， $Ra \leq 0.4 \mu m$ 。
76	丁字式开口器	总长 130mm，头宽 5mm，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀， $Ra \leq 0.4 \mu m$ 。
77	直角拉钩	长 270mm，宽 25mm、深 80mm，单头，长度公差 $\pm 5mm$ ，医用不锈钢，表面电镀处理。
78	直角拉钩	双头两片式：长 127/123mm（头宽 9/12mm，高 25/28/30//34mm），GB/T4237 不锈钢，热处理，表面刷光， $Ra \leq 0.4 \mu m$ 。
79	骨科钻头	长 80mm，头端 $\Phi 6mm$ ，硬质合金，医用不锈钢，表面亚光处理。
80	取钉器	长 90mm，头端锯齿、内孔 $\Phi 3-5.3mm$ ，三角接口、换柄式，医用不锈钢，表面亚光处理。
81	鼻咬切钳	工作端 120-150mm，头长 11mm、宽 2mm，杆带刻

		度，盖板式、直型、反切，30Cr13 医用不锈钢，硬度 48-53HRC，表面亚光， $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
82	鼻咽活体取样钳	总长 180mm，工作端 150-160mm，头 $3 \times 3 \times 3mm$ ，直型盖板 / 管式、圆头、上开合，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面亚光， $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
83	鼻腔撑开器	总长 80mm，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀处理。
84	鼻刮匙	总长 190mm，单头、头宽 2.5mm，角弯 45° 、弯高 15mm、厚 2.6mm，手柄 12Cr18Ni9、刮匙 20Cr13，硬度 40-48HRC，表面亚光， $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
85	鼻剪	总长 160mm，上介、头长 82mm，40Cr13 医用不锈钢，硬度 50-58HRC，表面亚光， $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
86	医用尺	长度 200mm，医用不锈钢，表面电镀， $Ra \leq 0.4 \mu m$ 。
87	阑尾拉钩	总长 205mm，双头同向（ $17 \times 22 / 17 \times 38$ ），20Cr13 医用不锈钢，表面电镀处理。
88	阑尾肠钳	长 200mm，头宽 11mm，直型、三角头，进口医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面刷光处理。
89	拉钩	总长 205mm，方头、双头同向（ $22 \times 25 / 28 \times 35$ ），20Cr13 医用不锈钢，表面电镀处理。
90	拉钩	总长 200mm，头宽 18mm，单头、输尿管 / 静脉，医用不锈钢，表面刷光处理。
91	皮肤拉钩	总长 170mm，双齿、头 $\Phi 0.8mm$ 、钩深 6mm、圆

		钝，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀， $Ra \leq 0.4 \mu m$ 。
92	心室拉钩	总长 200mm，深 10mm、宽 6mm，可塑性、挡板，12Cr18Ni9 医用不锈钢，表面亚光， $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
93	腹壁拉钩	总长 250mm，实心柄、双头同向（ $30 \times 40/37 \times 60$ ），20Cr13 医用不锈钢，表面电镀处理。
94	深部拉钩	尺寸 $160 \times 6 \times 12/170 \times 8/200 \times 24 \times 84/240 \times 35 \times 170/300 \times 48 \times 150$ ，S 型，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面喷砂， $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。
95	甲状腺拉钩	一副两把：117mm（宽 10mm，头长 23/35mm）、120mm（宽 11mm，头长 25/37mm），20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面电镀处理。
96	压肠板	长度 350mm，头宽 35/45mm，直板，1Cr18Ni9 医用不锈钢，表面电镀处理。
97	钢丝剪	总长 215mm，剪切 $\leq \Phi 2.5mm$ 钢丝，医用不锈钢，表面电镀处理。
98	钢丝剪	总长 235mm，剪切 $\leq \Phi 2mm$ 钢丝，虎头，医用不锈钢，表面电镀处理。
99	子宫刮匙	长度 280mm，头宽 6-15mm，锐 / 钝、环形、简易柄、柔性，20Cr13/1Cr18Ni9 医用不锈钢，刮匙头硬度 40-48HRC，表面电镀处理。

100	起子	长 90mm, 外梅花 T20/T30、内六角 Sw1.5, 外圆 $\Phi 3.94-\Phi 5.58\text{mm}$, 三角接口、换柄式, 医用不锈钢, 表面亚光处理。
101	起子	总长 220mm, 内六方 SW2.5/SW3.5, 医用不锈钢, 表面电镀处理。
102	宫内节育器 取出钩	长度 280mm, 直型, H62 医用不锈钢, 表面电镀处理。
103	流产吸引头	弯, 1Cr18Ni9 医用不锈钢, 表面电镀处理
104	凹凸齿止血 夹	总长 65-75mm, 直 / 弯、头部 1×2 凹凸齿, 可调式, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面亚光, $Ra\leq 0.8\mu\text{m}$ 。
105	髓核钳	总长度 160-260mm, 头宽 2-5mm, 握柄式, 32Cr13Mo, 硬度 48-56HRC, 表面电镀处理。
106	髓核钳	长度 160-260mm, 头宽 2-5mm, 握柄式, 32Cr13Mo, 硬度 48-56HRC, 表面电镀、超硬膜处理。
107	气管钳	总长 220mm, 头角弯 90° 、弯高 45mm、头宽 4mm、竖齿, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面亚光, $Ra\leq 0.8\mu\text{m}$ 。
108	肠钳	总长 220-250mm, 直 / 弯、斜齿, 20Cr13 医用不锈钢, 硬度 40-48HRC, 表面亚光处理。
109	拔牙钳	总长 180-190mm, 直 / 弯头 ($30^\circ / 40^\circ / 75^\circ$), 适配上下颌不同牙位, 17-4/GB/T4237 不锈钢,

		热处理，镜面抛光， $Ra \leq 0.2\mu m$ 。
110	牙挺	长度 150mm，头宽 2.5-4mm、尖厚 0.7mm，直 / 弯，空心六角 / 八角柄，32Cr13Mo/GB/T4237 不锈钢，热处理，表面抛光， $Ra \leq 0.4\mu m$ 。
111	线锯	60mm，手把，20Cr13 医用不锈钢。
112	线锯	500mm，12Cr18Ni9 医用不锈钢。
113	骨锉	总长 190mm，直型、单头、手指用，医用不锈钢，表面电镀处理。
114	可重复使用 导尿管	长度 160mm， $\Phi 5mm$ (F15)，女用、鸡心 / 双圈，1Cr18Ni9 医用不锈钢，表面电镀处理。
115	耳道皮瓣刀	总长 160mm，头宽 2.2mm，直型、耳切口，刀体 20Cr13、手柄 12Cr18Ni9，硬度 40-48HRC，表面电镀， $Ra \leq 0.4\mu m$ 。
116	医用检查灯	ABS 外壳，尺寸 $125 \pm 3 \times 30 \pm 2 \times 15 \pm 1.5mm$ ，可调压舌板锁位，触发式亮灯，显色指数 ≥ 85 ，色温 3000K-6700K，总辐照度 $< 1000W/m^2$ ，充电自动断电。
117	气腹针	工作长度 100-200mm，外管 $\Phi 2.0-2.5mm$ ，接触部 06Cr19Ni10 不锈钢， $Ra \leq 0.8\mu m$ ，耐腐蚀 b 级，可高温 / 等离子 / 环氧灭菌，头端锋利、保护簧自动回弹。
118	穿刺器	工作长度 95-115mm，穿刺针 $\Phi 3.5-12.5mm$ ，接

		触部 20Cr13/06Cr19Ni10, Ra≤0.8ummm, 耐腐蚀 b 级, 可多种灭菌, 4KPa 密封, 磁片式密封。
119	单极电极	工作长度 330mm, Φ5mm, 钩 / 棒 / 球 / 铲 / 刀, 接触部 06Cr19Ni10, Ra≤0.8ummm, 耐腐蚀 b 级, 可多种灭菌, 前端绝缘陶瓷。
120	单极分离钳	工作长度 330mm, Φ5mm, 接触部 20Cr13, 硬度 250-600HV0.2, Ra≤0.8ummm, 耐腐蚀 b 级, 可多种灭菌, 三拆快拆结构。
121	单极剪	工作长度 330mm, Φ5mm, 接触部 30Cr13, 硬度 ≥363HV0.2, 片差≤45HV0.2, Ra≤0.8ummm, 耐腐蚀 b 级, 可多种灭菌, 三拆快拆。
122	单极抓钳	工作长度 300-420mm, Φ3-10mm, 接触部 20Cr13, 硬度 250-600HV0.2, Ra≤0.8ummm, 耐腐蚀 b 级, 可多种灭菌, 三拆快拆。
123	冲吸器	工作长度 330mm, Φ5mm, 推拉 / 按压式, 接触部 06Cr19Ni10, Ra≤0.8ummm, 耐腐蚀 b 级, 可多种灭菌, 手柄顺畅、密封优良。
124	持针器	工作长度 330mm, Φ5mm, 直 / 弯, 接触部 05Cr17Ni4Cu4Nb, Ra≤0.8ummm, 耐腐蚀 b 级, 可多种灭菌, 头部镶合金、手柄带锁。
125	取石钳	工作长度 330mm, Φ10mm, 金属手柄, 接触部 20Cr13, 硬度 390-490HV10, Ra≤0.8ummm, 耐腐

		蚀 b 级，可多种灭菌，张开 45°、转轮顺滑。
126	篮钳	工作长度 125mm，咬切宽 3.2mm，鸭嘴、右弯 15°，1.4034 不锈钢，硬度 420-700HV0.2，工作端 $Ra \leq 0.4\mu m$ ，耐腐蚀 b 级，可多种灭菌。
127	病历夹	ABS 材质。
128	不锈钢清洗 篮筐	长 250-340mm，高 50-70mm，宽度定制，不锈钢网状。
129	不锈钢清洗 篮筐	长 480-520mm，高 50-70mm，宽度定制，不锈钢网状。
130	骨牵引针	总长 120-300mm，直径 0.8-4mm，三角刃口，医用不锈钢，表面刷光。
131	气管套管	管部直径 4-13mm，06Cr18Ni9 医用不锈钢，表面电镀， $Ra \leq 0.4\mu m$ ，耐腐蚀 b 级。
132	消毒盘	长 300mm，宽 200mm，高 50mm，11.5 寸无孔，304 医用不锈钢，表面亮光处理。
133	咬骨钳	长 160-240mm，头宽 2-5mm，直 / 弯、双关节，长度公差 $\pm 5mm$ ，医用不锈钢，表面超硬膜处理。
134	中心化持骨 钳	总长 270mm，中心化，医用不锈钢，表面电镀处理。
135	骨锤	总长 250mm，锤头 500g，双硬平头，长度公差 $\pm 5mm$ ，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，耐腐蚀 b 级，表面电镀。

136	穿刺针	直径 0.7-0.9mm，长度 80mm，医用不锈钢，表面电镀处理。
137	妇科组织钳	总长 220mm±5mm，直型，20Cr13 医用不锈钢，硬度 40-48HRC，表面刷光处理。
138	骨撬	长 325mm±5mm，单钩、髋关节用，医用不锈钢，表面电镀处理。
139	骨凿	总长 170mm±5mm，头宽 10mm±1mm，双斜刃、方柄，医用不锈钢，表面电镀处理。
141	精密器械清洗筐	长 240/120mm±5mm，宽 120mm±5mm，不锈钢网状。

（三）商务要求

1. 合同履行：本目录为零星供货，总量控制，按实际配送结算。接到送货通知后，**7 个日历天**内应将通知内指定货物供应到医院指定地点，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。

2. 质保期：本次采购的所有货物验收合格后质保期不得少于 2 年，质保期内应提供定期维护维修保养等服务；质保期后若需维修替换零件或配件等应只收取基本的零件或配件购置费，并提供价格折扣。

3. 服务要求：供应商需提供配送和安装服务，并配合承办科室完成目录建档工作。

4. 付款条件及方式：根据实际供货金额据实结算。

5. 提供售后服务承诺书：验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。

6. 其他：供应商如需获得其他材料或咨询更多信息可自行联系本项目公告列明的联系方式。

第四章 评定办法

一、初步评审

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明；），或银行资信证明。 （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明。 （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 （2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

禁止参加情况	(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。
特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求。
投标人名称	与营业执照等其他证件一致。
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书。
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理。
采购需求	★号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件。
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的。

备注：对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

二、详细评分办法（详细评分表）

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	市场占有率	10	投标机型用户量（国内三甲医院），提供近三年的合同或中标通知书复印件，每提供一份得 2 分，满分 10 分。
		质保期	5	以最长质保期为基准，按等比例折算。
	技术评审	主要技术参数	30	供应商应逐条响应采购文件第三章第二项技术需求：技术参数每有一项未响应或响应不符合要求的扣 1 分，直至本项不得分。 （技术要求中为实物的，响应内容应辅以图片或文字说明，或附产品说明等，不能仅简单响应是否偏离，仅简单响应是否偏离的视为缺项。如存在虚假应标，主要技术参数项得分为 0。）
		现场情况	5	根据投标公司标书制作情况、投标人现场讲解及答疑情况，酌情给 0~5 分。
			5	根据投标公司出具的技术培训方案（应包括培训讲师安排、技术培训内容、培训流程、培训计划、实机操作等五项内容），酌情给 0~5 分。
			5	根据投标公司承诺的售后保障情况（应有具体的维修响应和售后服务承诺），酌情给 0~5 分。
	价格评审		40	满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值。
总分（100 分）				

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序。
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
评定办法	☒ 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）。
	☐ 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价。
	☐ 其他	

（一）本次采购为院内磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交谈判响应文件，并准备参加谈判。

（二）供应商应当在谈判文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达谈判会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的谈判文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告

知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应谈判文件资格要求的供应商按所抽取的谈判顺序，依次与磋商小组分别进行谈判。

（八）磋商小组将就谈判文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（十二）磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

（十三）本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（如有耗材，报价需按照注册证名称进行报价）（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料（国内三甲医院近三年成交合同或中标通知书）
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

附：

代理人工作单位:

职务： 性别：

身份证号码:

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年 月 日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在院内磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位（元 / 万元）：

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2. 如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

3. 若为工程类项目，则按工程量清单报价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：_____

格式 6

资格证明文件

格式自拟

格式 7

需求响应文件

格式自拟

格式 8

评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的_____(项目名称) 项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日