

襄阳市第一人民医院
XIANG YANG NO.1 PEOPLESHOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICNE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☑磋商；☐谈判；☐询价； ☐需求调查（市场调研、价格摸底）；☐其他：_____

项目类型： ☐工程；☑货物；☐服务；☐其他：_____

需求部门： 高新区口腔科

项目名称： 高新区口腔科采购根管马达、超声骨刀等设备一批

项目编号：

采购日期： 年 月 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）.....3
一、 项目概述.....3
二、 申请人资格要求.....3
三、 报名时间和地点.....4
四、 采购会议时间.....4
五、 采购文件获取.....5
六、 报名要求.....5
七、 其他.....5
八、 联系方式.....6
九、 发布公告媒介.....6
第二章 供应商须知.....7
第三章 采购需求.....8
（一）工程内容、货物清单、服务内容.....8
（二）技术或服务要求（详细技术要求）.....8
（三）商务要求.....8
第四章 评定办法.....20
一、 初步评审.....20
二、 详细评分办法（详细评分表）.....21
三、 计算方式及定标办法.....22
第五章 合同签署.....25
第六章 响应文件格式.....26
一、 报价书.....28
二、 法定代表人授权书.....29
三、 法定代表人身份证明书.....30
四、 报价一览表.....31
五、 分项报价表.....32
六、 资格证明文件.....33
七、 需求响应文件.....33
八、 评审办法响应文件.....33
九、 无重大违法记录声明.....34
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函.....35

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYY-2026-YNCS-0157

（二）项目名称：高新区口腔科采购根管马达、超声骨刀等设备一批。

（三）项目概述：

1.描述项目主要采购内容：

采购根管马达5台，超声骨刀1台，负压吸引器1台，种植机1台，根测仪6台，牙胶切断器+牙胶充填仪4套，热牙胶充填器（根管充填器）5组，口腔科器械一批。

2.项目包含的延伸内容：

包含设备主机以及拟购置设备的运输、安装、调试、试运行、配套辅助设备、技术服务、售后服务、质保、培训、备品备件准备、专项验收（如有）等工作，并包含货物、人工、材料、质保等全部内容以及税金。

3.合同履约期限：

30日历天内送达并调试安装完毕。

（四）项目预算总金额：

设备预算总金额29.3万元。

二、申请人资格要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。

（四）通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：

所投设备或耗材纳入医疗器械管理的，所投设备或耗材为一类医疗器械的须提供货物的《第一类医疗器械备案信息表》或《第一类医疗器械备案凭证》等证明材料，所投设备或耗材为二类医疗器械的供应商应具备《第二类医疗器械经营备案凭证》和产品的《医疗器械注册证》，所设备或耗材为三类医疗器械的供应商应具备《医疗器械经营许可证》和产品的《医器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

此外，所投货物包含耗材时，供应商必须具备耗材的经营资质。（如临床检验分析仪器所使用的试剂，其供应商经营范围必须包含体外诊断试剂。）所投耗材、试剂属于医用耗材管理范畴的，须在湖北省药品和医用耗材招采管理系统完成注册挂网，并提供挂网截图佐证（若未挂网的耗材，提供未挂网说明并承诺正在推进其挂网工作）。不属于医用耗材管理范畴的，需提供不纳入耗材管理文件说明。

（六）报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

三、报名时间和地点

（一）报名时间：2026 年 10 月 20 日 8 时至 2026 年 11 月 2 日 17 时 30 分。

（二）报名地点：襄阳市第一人民医院集采联络部（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106)工作日上午 8:00～12:00、下午 14:30～17:30 受理投标工作，节假日除外）。

四、采购会议时间：以集采联络部办电话通知时间为准。

五、采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网（https://www.xysdyrmyygw.com）招标公告—招标信息栏**自行下载采购文件**。

六、报名要求

供应商报名应提供的证明材料**（全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效）：**

（一）法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）；

（二）营业执照；

（三）按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料；

（四）公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）；

（五）产品授权；

（六）产品资质。

七、其他

（一）供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

（二）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。**（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）**。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权

委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在**项目开标前提前3个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，**直接影响后续各项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、联系方式

报名联系电话：集采联络部办公室0710-3420737。

九、发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院（https://www.xysdyrmyygw.com）网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	襄阳市第一人民医院。
2	供应商	资格要求：符合本文件公告规定。
3	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5	响应文件有效期	不少于90日历天。
6	样品	☐提交；☑不提交；
7	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商。 （4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明。
8	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9	定标办法	☑综合评价；　☐最低价；　☐其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有。
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据。
13	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。

第三章 采购需求

（一）工程内容、货物清单、服务内容

序号	采购内容	单位	数量	单价预算（万元）	合计（万元）
1	种植机	1	台	2.68	2.68
2	超声骨刀（核心设备）	1	台	4.8	4.8
3	负压吸引器	1	台	0.085	0.085
4	根管马达	5	台	1.12	5.6
5	根测仪	6	台	0.51	3.06
6	牙胶切断器+牙胶充填仪	4	套	0.98	3.92
7	热牙胶充填器（根管充填器）	5	组	0.06	0.3
8	口腔科器械	1	批	8.855	8.855
					29.3

（二）技术或服务要求（详细技术要求）

一、种植机

1. ▲屏幕：≥7 英寸彩色可视化种植图案界面，触摸操作，可设定、保存参数。

2. ▲至少适配不少于 9 种机头转速比：1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1。

3. ▲马达：静音微型马达，电机扭矩≥5.5N·cm，终端最大输出

扭矩≥80N·cm。

4. 轴承：弯手机跳动幅度≤20 微米，高低速均可稳定输出扭矩。

5. 脚踏控制：水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制，均可多功能脚踏完成。

6. ▲操作模式：具备多组预设程序，至少包含简易操作分组、标准操作分组，预设程序总数不少于 13 组。

7. ▲扭矩监测：植入扭矩实时显示，可记录植入峰值扭矩。

8. 扭矩输出特性：植入过程持续维持扭力输出。

9. ▲扭矩校准：开机自动扭力校准，无需额外操作。

10. 安全功能：故障自诊、自动保护，电机 / 脚踏连接异常立即报警。

11. 马达空载转速：300－40000 r/min 。

12. 扭矩范围：5－80 N·cm 。

13. 蠕动泵流量：0－135mL/min。

14. 使用期限≥10 年。

15.配置：手机 3 把、设备推车 1 台。

16.提供专机专用耗材报价（一次性冲洗管）。

二、超声骨刀

1. ▲显示：中文显示液晶屏，可显示功率档位、水量档位、模式等信息，按键调整设置。

2. 频率：自动搜频系统，搜索最佳工作频率。

3. 控制：微电脑全自动控制。

4. 安全：具备故障报警功能。

5. 手柄消毒：能耐 134℃高温、0.22MPa 高压消毒.

6. ▲供水：步进电机，超静音供水。

7. 功率档位：不少于 5 档功率控制，每档功率对应骨密度。

8. 水量档位：不少于5 档水量控制，直接显示输出流量速度数值。

9. 工作尖尖端主振幅：20－200 μm。

10. 工作尖尖端横向振幅：≤30 μm。

11. 工作尖振动频率：24.0 kHz －36.0 kHz。

12. ▲蠕动泵流量：30－110mL/min。

13. ▲导出的输出声功率：200－490mW。

14.主声输出面积：＜10 ㎜²。

15. 次级横振动声输出面积：＜20 ㎜²。²

16. 脚踏：多功能脚踏，可控制模式、功率和水量。

17. ▲供水管：可反复高温高压灭菌的供水管。

18. 使用期限≥10 年。

19.配置：消毒盒套件3套（每套包含手柄1个，限力扳手1个，工作尖7个，蠕动泵管1个），设备推车1台。

三、负压吸引器

1. ▲电机功率≥160VA。

2. 抽气速率：≥20L/min。

3. 极限负压值：≥0.06Mpa。

4. ▲负压调节范围：0.02Mpa 至极限负压值。

5. 吸引泵：活塞泵。

6. 噪声：≤65dB (A)。

7. 运行模式：非连续运行。

8. 贮液瓶≥2个，容量≥2500mL。

四、根管马达

1. 用途：主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清

理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。

2. 电机：采用无刷电机。

3. ▲弯机头：可配套 6:1 减速比弯机头，机头可多角度旋转，便于临床操作，口内视野开阔。

4. 具备实时扭矩反馈技术，可对电机输出扭矩实时动态控制，有效降低断针风险。

5. ▲支持往复预备模式，往复角度可分级调节，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备效率高。

6. 无线式手柄，操作灵活自如。

7. 支持不少于 10 组自定义程序，内置多种主流根管锉系统。

8. ▲扭矩和速度调节范围宽，转速：100-1200rpm，扭矩 0.4-5.0N·cm。

9. ▲电池:马达手柄内置可反复充放电锂电池,电池规格≥3.7V,电池容量≥2000mAh。

10.配置：弯手机 3 把、锉夹 6 根，探针 2 根，唇挂钩 6 根，隔离硅胶套 3 个。

五、根测仪

1. 配有彩色液晶屏，图像清晰，可通过不同颜色标识锉针在根管内位置轨迹。

2. ▲采用数字信号处理测量技术，具备自动校准功能，保障测量准确度。

3. 锉夹、唇挂钩、测量探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，防止交叉感染。

4. 配备≥2000mAh 大容量可充电电池，无需频繁更换电池。

5. 支持根尖止点报警，可按需设置阈值，到达预设位置时进行提醒。

6. ▲具备恒流型牙髓电活力测试功能，可辅助判断牙髓活力状态。

7. 输出信号电压：≤200mV。

8. 输出信号频率：≤8kHz。

9. 整机功耗：≤0.5W。

10. 显示屏：≥3.8 英寸彩色显示屏。

11. 配置：测量线 2 根，锉夹 6 根，探针 2 根，唇挂钩 10 个，牙髓活力探针 4 根。

六、牙胶切断器+牙胶充填仪

1. 牙胶切断器

1.1. 电池：≥2000mAh 锂电池。

1.2. 充电所需时间≤ 2.5 小时，充电底座可实时监控电池温度。

1.3. 续航：4 小时持久续航，满电下可工作不少于 1500 次。

1.4. ▲ 显示屏可设置为适应左手或者右手操作。

1.5. 采用无线设计，扩大操作范围。

1.6. 双重操作提示信号：加热工作时，显示屏实时显示工作尖尖端温度，并有提示音。

1.7. ▲ 至少七种预设温度可选：90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃。

1.8. ▲具备安全保护机制，3－10 秒可调加热保护时间，超时自动停止加热，无操作十分钟后自动关机。

1.9. 设备提醒音量可调。

1.10. 液晶显示屏，清晰显示机器电量、温度等参数。

2. 牙胶充填仪

2.1. 充电所需时间≤2.5 小时（首次充电需 3 小时）。

2.2. 无线电动注胶方式，出胶均匀。

2.3. ▲双注胶按键对称设置，按键设置在手柄两侧。

2.4.可通过按压模式设置按键快速切换常用工作温度和注胶速度。

2.5. ▲热熔牙胶充填机至少有 5 种预设温度可选择：100℃、120℃、150℃、180℃、200℃。

2.6. ▲至少有 3 档注胶速度可选。

2.7. 注胶针支持 360° 旋转。

2.8. 牙胶棒可直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留。

2.9. 配备液晶屏，机器电量、温度、速度等参数可清晰显示。

2.10. 充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全。

2.11. 设有牙胶余量指示窗，精准直观显示牙胶余量情况。

2.12. 具备完善的保护机制，超时自动停止加热、超时自动关机；自动关机时间 5-10 分钟可调，默认 5 分钟。

2.13. 设备提醒音量可调。

2.14. 注胶针、隔热保护罩、扳手可多次进行高温高湿高压灭菌消毒。

2.15. 设有不少于 3 组可关机记忆保存的参数模式供用户设定。

2.16. ▲加热至设定温度所需时间≤16 秒。

2.17. 具备更换牙胶模式。

2.18. ▲具备快速排空机制，装入半根牙胶棒，4 秒内即可出胶。

3.整机配置：注胶针 12 根，注胶针隔热套 2 个，注胶针扳手 2 个，携热头 12 个，牙胶棒 1 盒。

七、热牙胶充填器（根管充填器）

1. 不少于 4 种规格尖端直径型号可选。

2. 器械一端为镍钛合金，另一端为不锈钢材质。

3. 镍钛端带有激光深度刻度标识，便于识别加压深度。

4. ▲尖端直径精度≤0.02mm。

八、口腔科器械

序号	名称	数量	单价预算(元)	参数
1	三用枪喷嘴	10	5.5	总长： 50～55mm，形态：弯形（弯管式），规格： Φ3.8mm，特征：喷头端为气流、液体出口端；尾部凹槽端与喷枪连接配合喷枪使用，可与多种三用喷枪兼容。
2	剔挖器	60	23	总长： 160～180mm，形态：双头八角柄，规格：八角柄，约 5.5mm（对边宽），特征：双头工作端。
3	粘固粉调拌刀	10	55	总长： 160～180mm，形态：双头，规格：5.5mm 八角柄，特征：双头调刀，刀头宽 / 窄。
4	牙周探针	20	80	总长： 165～180mm，形态：单头，弯柄刻度探针，规格：单头。
5	粘固粉充填器	30	35	总长：约 160～180mm，形态：双头，规格：八角柄，特征：供补牙时作填塞和压紧水门汀用。
6	石膏剪	2	198	总长： 160mm，形态：钳形，规格：16cm，特征：钳形剪刀，头部咬合刃口。
7	无针注射推进器	15	149	总长： 140～160mm，形态：钩头，规格：钩头，特征：用于口腔治疗局部麻醉时注射药液；不接触患者

				和药液，无剂量控制功能。
8	牙科用锤	2	128	总长：150～180mm，规格：单头，特征：锤头为铜材质，手柄为黑色塑料材质，用于口腔科手术中敲击牙骨凿。
9	口腔修复用比色板	1	1000	色数配置：26 个自然牙色 + 3 个漂白色= 共 29 色，用途：口腔修复（全瓷 / 烤瓷 / 树脂修复体）的牙齿颜色测定与医技沟通；漂白治疗效果监测。
10	调拌碗	2	4	直径 10～10.5cm、高 5～6cm，常见材质：硅胶 / 橡胶（软胶）。
11	调拌刀	2	26	总长：180～200mm，材质：刀身不锈钢；手柄硬质木材或塑料。
12	拔牙挺	40	98	总长： 160±2.0mmmm，形态：单头，特征：用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。
13	口扫头	5	360	灭菌方式：可高温高压消毒，用途：口内扫描获取牙齿、牙龈与黏膜表面数字化印模，供口腔修复、正畸和种植用。
14	拔牙钳	120	280	总长： 150～190mm，形态：钳形，适用于成人和儿童，特征：供拔除牙齿用（固定、夹持、摇动、牵引）。
15	手术刀柄	1	977	#5 圆型手柄，表面有防滑纹，可安装通用刀片。

16	线剪	1	1168	对应刃口部分一侧有户型缺口，工作端为圆钝状，全长 12cm。
17	骨膜分离器	2	823	一端为菱形头，分离龈缘及龈乳头，一端为椭圆形，分离全厚及半厚瓣。
18	组织镊	1	853	无齿镊，工作端和颈部有防滑纹路，全长 12cm。
19	显微外科刮匙	1	626	单头设计，圆形工作头，直径为 1.5mm。
20	成型器	2	406	圆形金属手柄设计，一端为柳叶形，一端为尖端翘起。
21	牙周诊断三件套	2	1341	内含双头刻度探针、金属镊、口镜柄、22mm 单面口镜和五只装金属器械盒。
22	颊面拉钩	2	554	两端均为半圆设计，用于使游离瓣、脸颊、嘴角和舌头远离手术区域。
23	持针钳	1	5776	用于在缝合时抓持并引导缝合针，碳钨钢钳喙。圆头设计，全长 18cm。可抓持 5-0，6-0，7-0，8-0，9-0，10-0
24	双头根管探	2	370	由合金材料制作，适用于根管探查

	针			和评估。
25	单面口镜#4	2	68	单面口镜设计，圆柱颈部，易于牵拉，直径 22mm
26	口镜柄 #6	3	263	单头粗柄设计，中空，易握持，可安装口镜头。
27	吸唾器	1	1216	包含可拆卸金属细丝，用于在口腔进行精准抽吸，以清除血液、唾液以及组织和骨骼碎片。全长 17.8cm，口径 1.5mm。
28	显微充填/研磨器	3	472	双端设计一端为圆球形，直径为 1.4mm，一端为弯曲装圆柱形，直径为 0.5mm，用于加压和研磨根尖充填材料。
29	冠延长尺	1	853	高性能树脂手柄，包含两个 BLPG 尖端和两个乳头状尖端。
30	牙冠比例尺（牙冠美学尺）	1	853	高性能树脂手柄，包含两个 T 型尖端和两个内嵌尖端。
31	牙槽嵴测量尺	1	417	高性能树脂手柄，单头设计，工作尖带三段深度测量线。
32	双面口镜	1	161	双面口镜设计，扁平颈部，易于牵拉，直径 24mm。

33	记号镊	2	853	左右成对校准刻度(1-2-3-4-5-6-7-8-9) 设计，用于在袋底的牙龈上建立外部穿刺标记，以指示切口的初始线。
34	牙周龈切刀	1	878	金属手柄设计，两端为斧型，用于牙槽嵴切开的初始切角。
35	牙龈刀	1	1247	金属手柄设计，两端为矛型，两边开刃。
36	双头牙周凿	1	1380	双头设计，金属手柄，工作端三段弯曲,一段为 2.9mm,一段为 4.7mm,用于切除和修整骨骼。
37	牙周锉	1	888	双头金属手柄设计，两端均为纹路，用于切除骨上和骨下袋中的肉芽肿组织。
38	手术剪	1	1732	组织剪，单金柄设计，对应刃口部分嵌有钨合金镶片，呈现防滑纹，工作端为尖状，全长 11.5cm。
39	组织镊 （弯头）	1	2599	金柄设计，全长 18cm，弯头工作端无齿，带防滑纹路。
40	组织镊（直头）	1	2337	金柄设计，全长 18cm，直头工作端无齿，带防滑纹路。
41	显微持针钳	1	5652	弯头金柄设计，全长 14cm，碳钨钢

				钳喙，呈现防滑纹。圆头设计。可抓持 5-0，6-0，7-0，8-0

（三）商务要求

1.合同履约期限：签订合同后 30 日内应将本次采购内容供应到医院指定地点，并安装调试完毕，试机符合标准，货物标准应符合国家有关技术规范和技术标准，并接受采购人验收。

2.质保期：本次采购的所有货物验收合格后质保期不得少于 5 年，质保期内应提供定期维护维修保养等服务；质保期后若需维修替换零件或配件等应只收取基本的零件或配件购置费，并提供价格折扣。

3.服务要求：供应商应需提供免费的操作培训和维修培训，直至达到采购人要求。

4. 供应商应需承担与本院系统对接的接口服务费。

5.付款条件及方式：按合同约定执行。

6.提供售后服务承诺书：验收中如若发现所供应货物无法达到采购人需求、采购文件要求、投标文件承诺或规定的性能指标，供应商必须更换设备，并承担相应损失。

7.其他：供应商如需获得其他材料或咨询更多信息可自行联系本项目公告列明的联系方式。

第四章 评定办法

一、初步评审

审查内容		评审因素
初步评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明；），或银行资信证明。 （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明。 （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 （2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

	禁止参加情况	(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。(2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包。
	特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求。
	投标人名称	与营业执照等其他证件一致。
	签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
	投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书。
	投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理。
	采购需求	★号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件。
	其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的。

备注:对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

二、详细评分办法（详细评分表）

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	市场占有率	5	投标机型用户量（国内三甲医院），提供近三年的合同或中标通知书复印件，每提供一份得 1 分，满分 5 分。
		使用年限	5	以 5 年为基准，每提高一年得 1 分，满分 5 分。（提供有效证明文件：设备铭牌或检测报告或技术白皮书等）
		质保期	5	以最长质保期为基准，按等比例折算。
		售后承诺事项（提供加盖公章的售后服务承诺函）	3	1. 承诺质保时间内，设备故障严重时工程师**0.5小时内**到达现场：得 3分。 2. 承诺质保时间内，设备故障严重时工程师**1小时内**到达现场：得 2分。 3. 承诺质保时间内，设备故障严重时工程师**2小时内**到达现场：得1分。 4. 承诺质保时间内，设备故障严重时工程师**2小时以上**到达现场，不得分。
	技术评审	主要技术参数	40	供应商应逐条响应采购文件第三章第二项技术需求：技术参数每有一项未响应或响应不符合要求的扣 0.2 分，直至本项不得分。 其中：▲为重要技术要求，要求每有一项未响应或响应不符合要求的扣 0.5 分，直至本项不得分。 （技术要求中为实物的，响应内容应辅以图片或文字说明，或附产品说明等，对应参数表明页码，不能仅简单响应是否偏离，仅简单响应是否偏离的视为缺项。如存在虚假应标，主要技术参数项得分为 0。）
		现场情况	6	根据投标公司标书制作情况、投标人现场讲解及答疑情况，酌情给 0～6 分。
			6	根据投标公司出具的技术培训方案（应包括培训讲师安排、技术培训内容、培训流程、培训计划、实机操作等五项内容），酌情给 0～6 分。
	价格评审	设备价格分	25	满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值。
		耗材价格分	5	
总分（100 分）				

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序。
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
评定办法	☑综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）。
	☐最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价。
	☐其他	

（一）本次采购为院内磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交谈判响应文件，并准备参加谈判。

（二）供应商应当在谈判文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达谈判会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。

（六）磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的谈判文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告

知供应商，取消其参加评标资格。

（七）实质性响应谈判文件资格要求的供应商按所抽取的谈判顺序，依次与磋商小组分别进行谈判。

（八）磋商小组将就谈判文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（九）磋商小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（十一）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（十二）磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

（十三）本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：　年　月　日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1） 封面
2） 标书目录（含页码）
3） 响应函、廉洁承诺书
4） 报价汇总表（如有耗材，报价需按照注册证名称进行报价）（响应院方采购文件配置需求表）
5） 分项报价表（按项目性质编制）
6） 法定代表人身份证明书
7） 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8） 资格证明文件（按申请人资格要求）
9） 需求响应文件
10）技术响应文件
11）报价文件
12）投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保障金的证明材料**（详见第四章评定办法中有关要求）**
13）财务状况**（详见第四章评定办法中有关要求）**
14）同类项目业绩的印证材料（国内三甲医院近三年成交合同或中标通知书）
15）供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1.响应文件；

2.资格证明文件；

3.有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1．我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2．我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3．我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1.所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2.将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4.本响应文件的有效期自开标之日起共 90 个日历天。

5.接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供　　应　　商：（公章）

通　讯　地　址：

传　　　　真：　　　　电　　话：

电　子　函　件：

授权 代表 签字：

日　　　　期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：　　年　　月　　日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别：年龄：

身份证号码：

年　　月　　日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在院内磋商响应文件中外，另复制一份与**报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）**

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时　　间：　　年　　月　　日

格式 5

分项报价表

包号： **报价单位（元 / 万元 ）：**

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注： 1.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2.如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

3.若为工程类项目，则按工程量清单报价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：_____

格式 6

资格证明文件

格式自拟

格式 7

需求响应文件

格式自拟

格式 8

评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时　间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

（供应商名称）参加贵院组织的（项目名称）项目(项目编号：_____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:_____

日期：_____年_____月____日